

4° VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE COLLOCATE A SISTEMA RELATIVE ALL'APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 6 – PER MEDICINA GENERALE

Il giorno 3 agosto 2023, alle ore 9:30, presso gli uffici dell'Agenzia Intercent-ER in via Aldo Moro 38 a Bologna si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER, Dott. Adriano Leli, Prot.04/05/2023.0027118.U del 04/05/2023, per l'esame delle offerte tecniche collocate sulla piattaforma SATER dell'Agenzia Intercent-ER, relative all' appalto specifico per la fornitura di materiale da medicazione classica 6 – per medicina generale, indetta con Determinazione n. n. 747 del 27/12/2022, suddivisa in 29 lotti;

Sono presenti tutti i membri della Commissione:

- **Dott.ssa Candida Govoni** – Responsabile *ad interim* dell'Area Soggetto Aggregatore – Agenzia Intercent-ER, con funzioni di Presidente;
- **Dott.ssa Amalia De Paola** - Infermiera Pronto soccorso presso L' Istituto Ortopedico Rizzoli;
- **Dott. Emanuele Gobbi** – Infermiere professionale Coordinatore presso l'Azienda USL di Reggio Emilia;
- **Dott.ssa Wania Tantone** – Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
- **Dott. Gianluigi Mele** – Coordinatore U.O. presso l'Ospedale Ravenna.

La Commissione riprende i lavori prendendo in esame il chiarimento pervenuto per il lotto 7.

F.A.S.E. S.r.l. risposta PG.2023.40905 del 11/07/2023 (lotto 7)

La ditta DICHIARA, che "l'invio della campionatura è errata, e che in data odierna sono partite due confezioni di "Cerotto con supporto adesivo ipoallergenico in TNT e tampone assorbente a due strati. Le confezioni sono senza stampe, (pura campionatura per verificare la tipologia di TNT) per cortesia, considerate la stampa di quelle in Vs. possesso, In quanto in caso di aggiudicazione saranno fornite stampate con tutte le informazioni necessarie".

La Commissione, valutata la risposta al chiarimento e la campionatura presentata in sostituzione, rileva che il prodotto consegnato pur apparendo in TNT come riportato con etichetta adesiva sulla scatola, contiene un foglietto illustrativo che riporta: "*Cerotto per ferite composto da un rivestimento in POLIETILENE microperforato con supporto adesivo ipoallergenico e tampone assorbente non aderente...*", inoltre la misura campionata (cm 8x5 m) non risulta essere quella richiesta in sede di gara (cm 6 x 5 m) non rendendo il prodotto campionato comparabile con i prodotti dei restanti operatori economici.

La Commissione, pertanto per quanto sopra riportato ritiene di **ESCLUDERE** il prodotto offerto dalla ditta F.A.S.E. dal prosieguo della gara per il lotto 7.

La Commissione terminata la valutazione del chiarimento, prende in carico la campionatura presentata per il lotto 7 di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

La Commissione prosegue i lavori prendendo in esame le offerte presentate dai Concorrenti per il lotto 9 procedendo alla lettura della documentazione tecnica al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti in gara.

La Commissione prende in esame il **lotto 9 "CEROTTINI PRETAGLIATI IN FILM PLASTICO CON COMPRESSA ASSORBENTE"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- DEALFA S.R.L.
- F.A.S.E. S.R.L.
- PAUL HARTMANN S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **DEALFA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
9	1	ME5S1972	TOUCHMED - Cerotti in polietilene mm.19x72	19 X 72 mm	M050102	1174940
9	2	ME5S2576	TOUCHMED - Cerotti in polietilene mm.25x76	25 X 76 mm	M050102	1174940

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
9	1	CURE1972	CURE-AID	mm 19 x 72 mm	M0599	6197
9	2	CURE2572	CURE-AID	mm 25 x 72 mm	M0599	6197

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
9	1	535151	Dermaplast Universal Cerotto strip	19 mm X 72 mm	M050102	82200/R
9	2	535152	Dermaplast Universal Cerotto strip	25 mm X 72 mm	M050102	82215/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione, a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 9, rileva che nella scheda tecnica è riportato:

1. *cerottini non sterili,*
2. *tampone assorbente per la ferita a due differenti strati: Strato di trasferimento dell'essudato in viscosa, Strato assorbente in tessuto non tessuto con fibre assorbenti.*

La Commissione ritiene, pertanto, di chiedere conferma che il prodotto offerto sia sterile come richiesto nella documentazione di gara e di meglio specificare la composizione del tampone.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

In attesa della risposta al chiarimento, la Commissione procede con l'esame del **lotto 10 "CEROTTI PER SUTURA CUTANEA RIGIDI O A RIDOTTA ELASTICITA'"** e constata che hanno presentato offerta

- 3M ITALIA S.R.L.
- ESSITY ITALY S.P.A.
- EUROFARM S.P.A.
- PAUL HARTMANN S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **3M ITALIA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
10	1	R1542	3M STERI STRIP R	mm 6 X 38	H900102	2183488/R
10	2	R1541	3M STERI STRIP R	mm 6 X 75	H900102	2183486/R
10	3	R1546	3M STERI STRIP R	mm 6 X 100	H900102	2183490/R
10	4	R1547	3M STERI STRIP R	mm 12 X 100	H900102	2183491/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **ESSITY ITALY S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
10	1	72740-00	LEUKOPLAST WOUND CLOSURE STRIP	mm.6 x mm. 38	H900102	2332391
10	2	72740-02	LEUKOPLAST WOUND CLOSURE STRIP	mm. 6 x mm. 75	H900102	2332409
10	3	72740-03	LEUKOPLAST WOUND CLOSURE STRIP	mm. 6 x mm. 100	H900102	2332410
10	4	72740-04	LEUKOPLAST WOUND CLOSURE STRIP	mm. 12 x mm. 100	H900102	2332411

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
10	1	717472	EUROSUTURE	mm 6 X mm 38	H900102	12240
10	2	717473	EUROSUTURE	mm 6 X mm 75	H900102	12240
10	3	717474	EUROSUTURE	mm 6 X mm 100	H900102	12240
10	4	717475	EUROSUTURE	mm 13 X mm 100	H900102	12240

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti per il lotto 10 "EUROSUTURE", sono i medesimi offerti per il lotto 11, la Commissione procede quindi alla visione della campionatura e constata che i cerotti risultano, elastici e non rigidi, e quindi non conformi ai requisiti previsti dal capitolato tecnico per il lotto 10.

Pertanto, l'offerta di Eurofarm viene ESCLUSA dal lotto 10.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
10	1	540682	Omnistrip Cerotti per suture (50 bustine x 6 strip)	mm 6X38	H900102	46986/R
10	2	540683	Omnistrip Cerotti per suture (50 bustine x 3 strip)	mm 6X76	H900102	46987/R
10	3	540684	Omnistrip Cerotti per suture (50 bustine 2x5 strip)	mm 6X101	H900102	46988/R
10	4	540685	Omnistrip Cerotti per suture (50 bustine 2x3 strip)	mm 12X101	H900102	46989/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento 2017/745/EU.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 10, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 10, la Commissione procede con l'esame del **lotto 11 "CEROTTI PER SUTURA CUTANEA AD ELEVATA ELASTICITA"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- EUROFARM S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.
- PIKDARE-S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
11	1	717473	EUROSUTURE	mm 6 X mm 75	H900102	12240
11	2	717474	EUROSUTURE	mm 6 X mm 100	H900102	12240
11	3	717475	EUROSUTURE	mm 13 X mm 100	H900102	12240

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
11	1	PHST675	PHARMASTRIP	mm 6 x 75 mm	H900201	3798
11	2	PHST6100	PHARMASTRIP	mm 6 x 100 mm	H900201	3798
11	3	PHST13102	PHARMASTRIP	mm 13 x 102 mm	H900201	3798

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PIKDARE S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
11	1	02029002000000	Cerotto sutura in TNT - MARCHIO PIC	mm6X75	H900102	2255340
11	2	02029003000000	Cerotto sutura in TNT - MARCHIO PIC	mm6X100	H900102	2255340
11	3	02029004000000	Cerotto sutura in TNT - MARCHIO PIC	mm12X100	H900102	2255340

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 11, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 11, la Commissione procede con l'esame del **lotto 12 "MEDICAZIONI POST OPERATORIE PRETAGLIATE IN TNT"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- BENEFIS S.R.L.
- DEALFA S.R.L.
- EUROFARM S.P.A.

- F.A.S.E. S.R.L.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- MOVE & FIND S.R.L.
- PAUL HARTMANN S.P.A.
- PIKDARE S.P.A.
- RAYS S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **BENEFIS S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	17287	Medicazione composta da una compressa assorbente e antiaderente applicata ad un supporto adesivo di tessuto non tessuto altamente conformabile	cm 5 X 7 cm	M04010101	1551276/R
12	2	17294	Medicazione composta da una compressa assorbente e antiaderente applicata ad un supporto adesivo di tessuto non tessuto altamente conformabile	cm 10 x 15 cm	M04010101	1551280/R
12	3	17289	Medicazione composta da una compressa assorbente e antiaderente applicata ad un supporto adesivo di tessuto non tessuto altamente conformabile	cm 8 x 10 cm	M04010101	1631459/R
12	4	17296	Medicazione composta da una compressa assorbente e antiaderente applicata ad un supporto adesivo di tessuto non tessuto altamente conformabile	cm 10 x 20 cm	M04010101	1551281/R
12	5	17297	Medicazione composta da una compressa assorbente e antiaderente applicata ad un supporto adesivo di tessuto non tessuto altamente conformabile	cm 10 x 25 cm	M04010101	1551283/R
12	6	17299	Medicazione composta da una compressa assorbente e antiaderente applicata ad un supporto adesivo di tessuto non tessuto altamente conformabile	cm 10 x 35 cm	M04010101	1551288/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **DEALFA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	ME1S0570	TOUCHMED - Medicazione adesiva sterile	5 x 7 cm	M04010101	1682805
12	2	ME1S0815	TOUCHMED - Medicazione adesiva sterile	8 x 15 cm	M04010101	1682805
12	3	ME1S0810	TOUCHMED - Medicazione adesiva sterile	8 x 10 cm	M04010101	1682805
12	4	ME1S1020	TOUCHMED - Medicazione adesiva sterile	10 x 20 cm	M04010101	1682805
12	5	ME1S1025	TOUCHMED - Medicazione adesiva sterile	10 x 25 cm	M04010101	1682805
12	6	ME1S1030	TOUCHMED - Medicazione adesiva sterile	10 x 30 cm	M04010101	1682805

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	717800	EUROMED	cm 5 x cm 7	M04010101	8714
12	2	717805	EUROMED	cm 15 x cm 8	M04010101	8714
12	3	717803	EUROMED	cm 10 x cm 10	M04010101	8714
12	4	717806	EUROMED	cm 20 x cm 10	M04010101	8714
12	5	717807	EUROMED	cm 25 x cm 10	M04010101	8714
12	6	717808	EUROMED	cm 30 x cm 10	M04010101	8714

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	PORE6070	PHARMAPORE	cm 6 x 7 cm	M04010102	3702
12	2	PORE100140	PHARMAPORE	cm 10 x 14 cm	M04010102	3702
12	3	PORE100100	PHARMAPORE	cm 10 x 10 cm	M04010102	3702
12	4	PORE90200	PHARMAPORE	cm 9 x 20 cm	M04010102	3702
12	5	PORE90250	PHARMAPORE	cm 9 x 25 cm	M04010102	3702
12	6	PORE90300	PHARMAPORE	cm 9 x 30 cm	M04010102	3702

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La commissione valutata la documentazione tecnica presentata e la campionatura, rileva che il prodotto offerto "PHARMAPORE" non ha i bordi arrotondati come richiesto nella documentazione di gara quale requisito di minima, pertanto, il prodotto offerto dalla ditta F.A.S.E. per il lotto 12 viene **ESCLUSO** dal prosieguo della gara.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	1206310507M	medicazione adesiva in tnt sterile - Marca Farmapore	cm5x7cm	M04010101	2331884
12	2	1206310815M	medicazione adesiva in tnt sterile - Marca Farmapore	cm8x15cm	M04010101	2331884
12	3	1206311010M	medicazione adesiva in tnt sterile - Marca Farmapore	cm10x10cm	M04010101	2331884
12	4	1206311020M	medicazione adesiva in tnt sterile - Marca Farmapore	cm10x20cm	M04010101	2331884
12	5	1206311025M	medicazione adesiva in tnt sterile - Marca Farmapore	cm10x25cm	M04010101	2331884
12	6	120631030M	medicazione adesiva in tnt sterile - Marca Farmapore	cm10x30cm	M04010101	2331884

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **MOVE & FIND S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	1378	CPK SURGICAL DRESSING	cm 5x7 cm	M04010101	2277910
12	2	1382	CPK SURGICAL DRESSING	cm 15x10 cm	M04010101	2277923
12	3	1381	CPK SURGICAL DRESSING	cm 10x10 cm	M04010101	2277922
12	4	1383	CPK SURGICAL DRESSING	cm 20x10 cm	M04010101	2277924
12	5	1384	CPK SURGICAL DRESSING	cm 25x10 cm	M04010101	2277926
12	6	1385	CPK SURGICAL DRESSING	cm 30x10 cm	M04010101	2277927

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	900870	Cosmopor E sterile Medicazione adesiva in TNT	cm 7,2X5	M04010101	46418/R
12	2	900874	Cosmopor E sterile Medicazione adesiva in TNT	cm 15X8	M04010101	46872/R
12	3	900873	Cosmopor E sterile Medicazione adesiva in TNT	cm 10X8	M04010101	46873/R
12	4	900876	Cosmopor E sterile Medicazione adesiva in TNT	cm 20X10	M04010101	46878/R
12	5	900877	Cosmopor E sterile Medicazione adesiva in TNT	cm 25X10	M04010101	46879/R
12	6	900878	Cosmopor E sterile Medicazione adesiva in TNT	cm 35X10	M04010101	46880/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PIKDARE S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	02022670200000	Medicazione adesiva post-operatoria Soffix-Med con tampone centrale assorbente, sterile - MARCHIO PIC	cm5X7	M04010101	1848006
12	2	02022673200000	Medicazione adesiva post-operatoria Soffix-Med con tampone centrale assorbente, sterile - MARCHIO PIC	cm15X10	M04010101	1848009
12	3	02022671200000	Medicazione adesiva post-operatoria Soffix-Med con tampone centrale assorbente, sterile - MARCHIO PIC	cm10X8	M04010101	1848007
12	4	02022674200000	Medicazione adesiva post-operatoria Soffix-Med con tampone centrale assorbente, sterile - MARCHIO PIC	cm20X10	M04010101	1848010
12	5	02022675200000	Medicazione adesiva post-operatoria Soffix-Med con tampone centrale assorbente, sterile, - MARCHIO PIC	cm25X10	M04010101	1848011
12	6	02022676200000	Medicazione adesiva post-operatoria Soffix-Med con tampone centrale assorbente, sterile - MARCHIO PIC	cm30X10	M04010101	1848012

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **RAYS S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
12	1	DRE12SBSR	BIOdress	cm 7 x 5 cm	M04010101	2342833
12	2	DRE36SBSS	BIOdress	cm 15 x 8 cm	M04010101	2343003
12	3	DRE14SBSS	BIOdress	cm 10 x 8 cm	M04010101	2343001
12	4	DRE16SBSU	BIOdress	cm 10 x 20 cm	M04010101	2343014
12	5	DRE25SBSU	BIOdress	cm 10 x 25 cm	M04010101	2343016
12	6	DRE26SBSU	BIOdress	cm 10 x 30 cm	M04010101	2343018

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 12, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti; per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 12, la Commissione procede con l'esame del **lotto 13 "TAMPONI NASALI MUNITI DI FILO DI REPERE CON CANNULA DI SCARICO CENTRALE IN SILICONE (post-operatori)"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- EFFEBI HOSPITAL S.R.L.
- F.A.S.E. S.R.L.
- FERMED S.R.L.
- MEDIVAL SRL
- MONDOMED ITALIA S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EFFEBI HOSPITAL S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
13	1	PE-7182	TAMPONI NASALI MUNITI DI FILO DI REPERE CON CANNULA DI SCARICO CENTRALE IN SILICONE (post-operatori)	cm 8 x 1,5 cm x 2 cm	M040701	2374625

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
13	1	NS802015SA	NASAL SPONGE	cm 8 x 2 x 1,5 cm	M0407	1560167

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FERMED S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
13	1	E7182	Tampone nasale emostatico OSSEOUS PVA DRESSING con filo e tubo ventilazione	8x1,5x2 cm	Q030299	1421141

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **MEDIVAL SRL** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
13	1	ENNP-LL15ST	TAMPONE NAS STD C/FILO E CANN.	80X20X15mm	M0407	1169714

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **MONDOMED ITALIA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
13	1	1155515F	Tampone nasale c/filo e tubo	cm 8x1,5cmx2cm	M0407	1557670

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 13, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 13, la Commissione procede con l'esame del **lotto 14 "TAMPONI NASALI MUNITI DI FILO DI REPERE SENZA CANNULA DI SCARICO CENTRALE IN SILICONE (per epistassi)"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- EFFEBI HOSPITAL S.R.L.
- F.A.S.E. S.R.L.
- FERMED S.R.L.
- MEDIVAL SRL
- MONDOMED ITALIA S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EFFEBI HOSPITAL S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
14	1	NP-552515-T	TAMPONI NASALI MUNITI DI FILO DI REPERE	cm 5 x cm 1,5 x cm 2,5	M0407	2144729
14	2	NP-802015-T	TAMPONI NASALI MUNITI DI FILO DI REPERE	cm 8 x 1,5 cm x 2,0 cm	M0407	2144719
14	3	NP-1002515-T	TAMPONI NASALI MUNITI DI FILO DI REPERE	cm 10 x 1,5 cm x 2,5 cm	M0407	2144734

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
14	1	NS552015S	NASAL SPONGE	cm 5,5 x cm 1,5 x cm 2	M0407	1560167
14	2	NS802015S	NASAL SPONGE	cm 8 x cm 1,5 x 2 cm	M0407	1560167
14	3	NS1002515S	NASAL SPONGE	cm 10 x cm 1,5 x cm 2,5	M0407	1560167

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FERMED S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
14	1	E7177	TAMPONE NASALE EMOSTATICO "OSSEOUS PVA DRESSING" con filo	4.5x1.5x2 cm	Q030299	1421141
14	2	E7181	TAMPONE NASALE EMOSTATICO "OSSEOUS PVA DRESSING" con filo	8x1.5x2 cm	Q030299	1421141
14	3	E7185	TAMPONE NASALE EMOSTATICO "OSSEOUS PVA DRESSING" con filo	10x1.5x2.5cm	Q030299	1421141

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **MEDIVAL SRL** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
14	1	ENNP-ES15S	TAMPONE NASALE STD C/FILO	55X25X15mm	M0407	1169714
14	2	ENNP-LL15S	TAMPONE NASALE STD C/FILO	80X20X15mm	M0407	1169714
14	3	ENNP-EL15S	TAMPONE NASALE STD C/FILO	100X25X15mm	M0407	1169714

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **MONDOMED ITALIA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
14	1	1155500F	Tampone nasale c/filo	cm 4,5x1,5cmx2cm	M0407	1557664
14	2	1155505F	Tampone nasale c/filo	cm 8x1,5cmx2cm	M0407	1557666
14	3	1155506F	Tampone nasale per epistassi	cm10x1,5cmx2cm	M0407	1557668

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/CEE.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 14, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 14, la Commissione procede con l'esame del **lotto 15 "BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- CO.DI.SAN. S.P.A.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- FILMAR S.R.L.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.
- PIKDARE-S.P.A.
- RAYS S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **CO.DI.SAN. S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
15	1	COD4505	APP Benda elastica Ideal	mt. 4,5 x 5 cm.	M0304010101	2263999
15	2	COD4508	APP Benda elastica Ideal	mt. 4,5 x 8 cm.	M0304010101	2263999
15	3	COD4510	APP Benda elastica Ideal	mt. 4,5 x 10 cm.	M0304010101	2263999
15	4	COD4512	APP Benda elastica Ideal	mt. 4,5 x 12 cm.	M0304010101	2263999
15	5	COD4515	APP Benda elastica Ideal	mt. 4,5 x 15 cm.	M0304010101	2263999
15	6	COD4520	APP Benda elastica Ideal	mt. 4,5 x 20 cm.	M0304010101	2263999

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il prodotto "APP Benda elastica Ideal", rileva che, relativamente al confezionamento secondario non risultano dati rilevanti rispetto a quanto richiesto in documentazione di gara (numero max 20 pezzi) e la tipologia del medesimo confezionamento (es. scatola o sacchetto).

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere:

- di esplicitare la tipologia di confezionamento secondario;
- la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di fornire il prodotto offerto per il Lotto 15 in confezione da massimo 20 pezzi come richiesto da documentazione di gara.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
15	1	2500829401	bende elastiche - Marca Idealflex Line	cm5x4,5m in trazione	M0303010101	56690
15	2	2500829403	bende elastiche - Marca Idealflex Line	cm7x4,5m in trazione	M0303010101	56690
15	3	2500829405	bende elastiche - Marca Idealflex Line	cm10x4,5m in trazione	M0303010101	56690
15	4	2500829406	bende elastiche - Marca Idealflex Line	cm12x4,5m in trazione	M0303010101	56690
15	5	2500829407	bende elastiche - Marca Idealflex Line	cm15x4,5m in trazione	M0303010101	56690
15	6	2500829408	bende elastiche - Marca Idealflex Line	cm20x4,5m in trazione	M0303010101	56690

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FILMAR S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
15	1	771042	FISIOIDEAL	cm.6 x 4.5 mt	M0303010101	2373701
15	2	771044	FISIOIDEAL	cm.8 x 4.5 mt	M0303010101	2373703
15	3	771045	FISIOIDEAL	cm.10 x 4.5 mt	M0303010101	2373704
15	4	771046	FISIOIDEAL	cm.12 x 4.5 mt	M0303010101	2373705
15	5	771047	FISIOIDEAL	cm.15 x 4.5 mt	M0303010101	2373706
15	6	771048	FISIOIDEAL	cm.20 x 4.5 mt	M0303010101	2373707

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione, a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 15, non rileva nella documentazione tecnica presentata il dato relativo all'elasticità.

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere alla ditta di esplicitare la percentuale di elasticità del prodotto offerto.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
15	1	39430	LENKELAST	6cm x 5m	M0304010102	2271907/R
15	2	39431	LENKELAST	8cm x 5m	M0304010102	2271907/R
15	3	39432	LENKELAST	10cm x 5m	M0304010102	2271907/R
15	4	39433	LENKELAST	12cm x 5m	M0304010102	2271907/R
15	5	39434	LENKELAST	15cm x 5m	M0304010102	2271907/R
15	6	39435	LENKELAST	20cm x 5m	M0304010102	2271907/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PIKDARE-S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
15	1	02051020100000	Benda elastica universale ELAST BIANCA - MARCHIO PIC	cm5x4,5m	M03040299	2281181
15	2	02051022100000	Benda elastica universale ELAST BIANCA - MARCHIO PIC	cm7x4,5m	M03040299	2281182
15	3	02051024100000	Benda elastica universale ELAST BIANCA - MARCHIO PIC	cm10x4,5m	M03040299	2271425
15	4	02051025100000	Benda elastica universale ELAST BIANCA - MARCHIO PIC	cm12x4,5m	M03040299	2271428
15	5	02051026100000	Benda elastica universale ELAST BIANCA - MARCHIO PIC	cm15x4,5m	M03040299	2271442
15	6	02051027100000	Benda elastica universale ELAST BIANCA - MARCHIO PIC	cm20x4,5m	M03040299	2271453

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione, a seguito della verifica della documentazione tecnica presentata, rileva che per il prodotto offerto, nelle specifiche tecniche e sul campione presentato è riportata l'indicazione di presenza di lattice.

La Commissione rileva pertanto, che i prodotti offerti non risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico, in quanto i prodotti non sono "latex free". La Commissione ESCLUDE la ditta PIKDARE-S.P.A. dal prosieguo della gara per il lotto 15.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **RAY S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
15	1	E61E7N1NSV	BENDA ELASTICA IDEAL	cm 5 x 4,5 mt in trazione	M0304010102	2222450
15	2	E62E7N1NSV	BENDA ELASTICA IDEAL	cm 7 x 4,5 mt in trazione	M0304010102	2222451
15	3	E64E7N1NSV	BENDA ELASTICA IDEAL	cm 10 x 4,5 mt in trazione	M0304010102	2222452
15	4	E65E7N1NSV	BENDA ELASTICA IDEAL	cm 12 x 4,5 mt in trazione	M0304010102	2222441
15	5	E66E7N1NSV	BENDA ELASTICA IDEAL	cm 15 x 4,5 mt in trazione	M0304010102	2222442
15	6	E67E7N1NSV	BENDA ELASTICA IDEAL	cm 20 x 4,5 mt in trazione	M0304010102	2222443

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta ai chiarimenti sopra descritti.

In attesa della risposta ai chiarimenti, la Commissione procede con l'esame del **lotto 16 "BENDE BIELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- EUROFARM S.P.A.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- FILMAR S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
16	1	527308	FLEBIMED BIELAST	MT 7 X CM 8	M030402010103	2255346
16	2	527310	FLEBIMED BIELAST	MT 7 X CM 10	M030402010103	2255346

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
16	1	2500851301	bende bielastiche non adesive - Marca Pressoflex Poliestensiva	cm8x7m in trazione	M030402010103	58180
16	2	2500851302	bende bielastiche non adesive - Marca Pressoflex Poliestensiva	cm10x7m in trazione	M030402010103	58180

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FILMAR S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
16	1	774032	FISIOFLEX B	CM.8 X 7M	M0304010103	2306186
16	2	774033	FISIOFLEX B	CM.10 X 7M	M0304010103	2306187

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 16, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 16, la Commissione procede con l'esame del **lotto 17 "BENDE ELASTICHE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- EUROFARM S.P.A.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- FILMAR S.R.L.

- KOS BIOMEDICA S.R.L.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.
- PAUL HARTMANN S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
17	1	527212	FLEBIMED FORTE	mt 7 x cm 12	M0304010103	2255349

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
17	1	2500850904	bende elastiche a compressione forte - Marca Pressoflex Forte	cm12x7m in trazione	M0304010103	59003

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FILMAR S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
17	1	774004	FISIOFLEX MEDIA	cm.12 x 7 mt	M0304010103	2283137

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

Tuttavia, la Commissione, dopo la verifica della corrispondenza ai requisiti minima, rileva che il prodotto campionato non corrisponde alle misure del prodotto descritto, la ditta Filmar infatti presenta per il lotto17 un campione di dimensioni inferiori e codice REF differente.

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere alla ditta di inviare la campionatura del prodotto offerto in gara al fine di poter effettuare una corretta valutazione.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **KOS S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
17	1	A1720 120 070	WERO SWISS FORTE	12 cm x 7 m	M0304010102	129679

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
17	1	105917	Dauerbinde F	12cm x 7m	M030402010101	2337457/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
17	1	931666	Lastodur Strong Benda elastica compressione forte	12 cm X 7m	M0304020101	55962/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta ai chiarimenti sopra descritti.

Alle ore 15.00 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Candida Govoni

Amalia De Paola

Emanuele Gobbi

Wania Tantone

Gianluigi Mele