

5° VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE COLLOCATE A SISTEMA RELATIVE ALL'APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 6 – PER MEDICINA GENERALE

Il giorno 13 settembre 2023, alle ore 9:30, presso gli uffici dell'Agenzia Intercent-ER in via Aldo Moro 38 a Bologna si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER, Dott. Adriano Leli, Prot.04/05/2023.0027118.U del 04/05/2023, per l'esame delle offerte tecniche collocate sulla piattaforma SATER dell'Agenzia Intercent-ER, relative all' appalto specifico per la fornitura di materiale da medicazione classica 6 – per medicina generale, indetta con Determinazione n. n. 747 del 27/12/2022, suddivisa in 29 lotti;

Sono presenti tutti i membri della Commissione:

- **Dott.ssa Candida Govoni** – Responsabile *ad interim* dell'Area Soggetto Aggregatore – Agenzia Intercent-ER, con funzioni di Presidente;
- **Dott.ssa Amalia De Paola** - Infermiera Pronto soccorso presso L' Istituto Ortopedico Rizzoli;
- **Dott. Emanuele Gobbi** – Infermiere professionale Coordinatore presso l'Azienda USL di Reggio Emilia;
- **Dott.ssa Wania Tantone** – Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
- **Dott. Gianluigi Mele** – Coordinatore U.O. presso l'Ospedale Ravenna.

La Commissione riprende i lavori prendendo in esame i chiarimenti pervenuti per i lotti: 9, 15 e 17.

PAUL HARTMANN S.P.A. risposta PG.2023.49512 del 11/09/2023 (lotto 9)

La ditta DICHIARA, che “relativamente al Lotto 9 conferma quanto riportato in scheda tecnica e cioè che:

- Il dispositivo medico offerto non è sterile
- Il tampone assorbente è realizzato in viscosa e tessuto non tessuto assorbente e non in cellulosa”.

La Commissione, valutata la risposta ai chiarimenti ritiene il prodotto offerto dalla ditta Paul Hartmann non conforme ai requisiti minimi di gara per il lotto 9, non essendo un prodotto sterile.

Pertanto, il prodotto offerto risulta ESCLUSO dal prosieguo della gara per il lotto 9.

CO.DI.SAN. S.P.A. risposta PG.2023.49604 del 12/09/2023 (lotto 15)

La ditta DICHIARA, che “il prodotto offerto è confezionato singolarmente in blister. A sua volta in confezionamento secondario in sacchetti di polietilene nelle misure:

- cm 5x5, 7x5 e 10x5 = 20 pezzi per sacchetto;
- cm 12x5, 15x5 e 20x5 = 10 pezzi per sacchetto.”

La Commissione, valutata la risposta ai chiarimenti ritiene il prodotto offerto dalla ditta CO.DI.SAN. SPA conforme ai requisiti minimi di gara per il lotto 15.

FILMAR S.R.L. risposta Prot.2023.0049764 del 12/09/2023 (lotti 15 e 17)

La ditta DICHIARA, per il lotto 15 che “l'elasticità è non inferiore all'80%, partendo dalle condizioni di riposo, come indicato nella scheda tecnica”.

La Commissione, valutata la risposta al chiarimento per il lotto 15, ritiene il prodotto offerto dalla ditta Filmar NON conforme ai requisiti minimi di gara in quanto, nella scheda tecnica è indicato il

dato relativo all'estensibilità e non all'elasticità, pertanto, con chiarimento, la Commissione aveva ritenuto di chiedere il dato relativo all'elasticità, il dato fornito non corrisponde a quanto richiesto nella documentazione di gara come requisito di minima.

Pertanto, il prodotto offerto per il lotto 15 risulta ESCLUSO dal prosieguo della gara.

Infine, in merito alla richiesta di campionatura per il lotto 17, la ditta, con consegna del 12/9/2023, ha inviato il prodotto corrispondente al prodotto offerto e descritto nella scheda tecnica presentata al momento dell'offerta. Pertanto, la Commissione prende in carico il prodotto per la prova in uso.

La Commissione terminata la lettura dei chiarimenti, riprende i lavori prendendo in esame le offerte presentate dai Concorrenti per il lotto 18 procedendo alla lettura della documentazione tecnica al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti in gara.

La Commissione prende in l'esame il **lotto 18 "BENDE EMOSTATICHE TIPO ESMARK"** e constata che ha presentato offerta la seguente ditta:

- PRAESIDIA S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PRAESIDIA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
18	1	AR-35309	BENDA DI ESMARCH	cm 7,62 X 274	12139006	NO - CLASSE I
18	2	AR-35409	BENDA DI ESMARCH	cm 10,16 X 274	12139006	NO - CLASSE I
18	3	AR-35609	BENDA DI ESMARCH	cm 15,24 X 365	12139006	NO - CLASSE I

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che per le voci 1 e 2 la benda risulta essere di lunghezza 274 cm e non di minimo 3 metri. Trattandosi comunque di prodotto idoneo all'uso, come previsto da capitolato tecnico art.2, la commissione ritiene il prodotto conforme e prende in carico la campionatura presentata per il lotto 18, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 18, la Commissione procede con l'esame del **lotto 19 "KIT PER BENDAGGIO FLEBOLOGICO A DUE COMPONENTI"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- ESSITY ITALY S.P.A.
- EUROFARM S.P.A.
- FILMAR S.R.L.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.
- MOVE & FIND S.R.L.
- PAUL HARTMANN S.P.A.
- URGO MEDICAL ITALIA S.R.L.
- WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **ESSITY ITALY S.P.A.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	76271-02	JOBST COMPRI2 LITE	10cm x 3.5m - 10cm x 5.5m	Ovatta: M01020202 Benda: M0304010102	Ovatta:1946450 Benda:1946389

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	724207	KIT IMMOBIL BEND	KIT 2 COMPONENTI: 1: Flebimed Short - <u>cm 8 x m 5</u> ; 2: Eurelasto L - cm 10 x mt 4	na	136867

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione, a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 19, rileva che:

- la benda "Flebimed" risulta essere 8 cm in altezza, anziché 10 cm, come richiesto per la partecipazione nella documentazione di gara quale requisito di minima;
- nella scheda tecnica è riportata la dicitura "*Latex free*", mentre sull'etichetta del campione della spugna a contatto con la pelle è presente la dicitura "Lattice";
- nella documentazione tecnica non è riportato se "*indicato anche per pazienti con APBI compreso tra 0.5 e 0.8*"

La Commissione, pertanto ESCLUDE il prodotto "KIT IMMOBIL BEND" offerto dalla ditta EUROFARM dal prosieguo della gara in quanto non conforme ai requisiti di minima previsti dalla documentazione di gara.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FILMAR S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	775097	FISIOPLAST PRESS	cm.10 x 4.5 mt	M0399	2373727

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	26484	Rosidal TCS Latex free	10 x 3,5 m /10 x 6 m	M030499	2340944/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **MOVE & FIND S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	1250	CPK COMPRESS-2 LITE	cm 10x5,5 mt	M03040199	2171384

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN S.P.A.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	332017	Putter Pro 2 Lite Bendaggio compressivo a due componenti	10 cm x 6,5 m 10 cm x 8,2 m	M0399	2216249/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **URGO MEDICAL ITALIA S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	552911	URGO K2 LITE LATEX FREEE	Kit per una caviglia dalla circonferenza di 18-25 cm	M0304010202	2317728

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
19	1	3M-2794E	3M COBAN 2 LITE - Sist. compressivo x ulcere	benda 1: 10cm x 2,7m benda 2: 10cm x 3,2m	M0304010201	2214232

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 19, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

La Commissione procede con l'esame del **lotto 20 "CALZE COMPRESSIVE"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.
- KOS BIOMEDICA S.R.L.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
20	1	3071LF, 3130LF, 3222LF	T.E.D.™ Calze anti-trombo - Coscia Small	small - diverse lunghezze	M030405	DM Classe I di fabb. Estero
20	2	3310LF, 3416LF, 3549LF	T.E.D.™ Calze anti-trombo - Coscia Regular	medium - diverse lunghezze	M030405	DM Classe I di fabb. Estero
20	3	3634LF, 3728LF, 3856LF	T.E.D.™ Calze anti-trombo - Coscia Large	large - diverse lunghezze	M030405	DM Classe I di fabb. Estero
20	4	XL:4010LF, 4114LF, 4216LF; XL plus: 3180LF, 3181LF, 3182LF; XXL: 3183LF, 3184LF, 3185LF	T.E.D.™ Calze anti-trombo - Coscia Extra Large	extra large e aggiuntive misure maggiori (XXL) - diverse lunghezze	M030405	DM Classe I di fabb. Estero

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **KOS BIOMEDICA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
20	1	5605AA02 - (S CORTO) 5605AC02 - (S LUNGO) 5605AL02	ELIVAR A.T.E. SOFT TOUCH	SMALL (REGULAR - CORTO - LUNGO)	M030405	2127838
20	2	5605AA03 - (M CORTO) 5605AC03 - (M LUNGO) 5605AL03	ELIVAR A.T.E. SOFT TOUCH	MEDIO (REGULAR - CORTO - LUNGO)	M030405	2127838
20	3	5605AA04 - (L CORTO) 5605AC04 - (L LUNGO) 5605AL04	ELIVAR A.T.E. SOFT TOUCH	LARGE (REGULAR - CORTO - LUNGO)	M030405	2127838
20	4	5605AA05 - (XL CORTO) 5605AC05 - (XL LUNGO) 5605AL05 - 5605AA06 - (XXL CORTO) 5605AC06 - (XXL LUNGO) 5605AL06	ELIVAR A.T.E. SOFT TOUCH	EXTRA LARGE (REGULAR - CORTO - LUNGO) / DOPPIA EXTRA LARGE (REGULAR - CORTO - LUNGO)	M030405	2127838

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 20, rileva che:

- nella documentazione non è presente se il prodotto è o meno "Radiotrasparente";
- relativamente al confezionamento secondario la confezione risulta essere di 20 paia anziché max 10 come richiesto in documentazione di gara.

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere se il prodotto è radiotrasparente ed inoltre la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di fornire il prodotto offerto per il Lotto 20 in confezione da massimo 10 paia come richiesto da documentazione di gara.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
20	1	150036 150035 150037	Venosan AES	S (corta, regolare, lunga)	M030405	2305418/R
20	2	150039 150038 150040	Venosan AES	M (corta, regolare, lunga)	M030405	2305418/R
20	3	150042 150041 150043	Venosan AES	L (corta, regolare, lunga)	M030405	2305418/R
20	4	150044 150045	Venosan AES	XL (corta, regolare, lunga)	M030405	2305418/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta ai chiarimenti sopra descritti.

In attesa della risposta ai chiarimenti, la Commissione procede con l'esame del **lotto 21 "MEDICAZIONI NON ADERENTI ASSORBENTI"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- EUROFARM S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.

- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.
- PAUL HARTMANN S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
21	1	722003	EURODRESSING	cm 10 x cm 10	M040201	10529
21	2	722004	EURODRESSING	cm 10 x cm 20	M040201	10529

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
21	1	VILO100120	VILOWOND	cm 10 x 12 cm	M040299	2059713
21	2	VILO100200	VILOWOND	cm 10 x 20 cm	M040299	2059713

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
21	1	1601971010A	medicazioni assorbenti in tnt, non aderenti, sterili - Marca FarmaTnt	cm10x10cm	M040201	1317101
21	2	1601971020A	medicazioni assorbenti in tnt, non aderenti, sterili - Marca FarmaTnt	cm10x20cm	M040201	1317101

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
21	1	30450	VLIWAZELL® compressa assorbente, sterile	10 cm x 10 cm	M040201	85532/R
21	2	30451	VLIWAZELL® compressa assorbente, sterile	10 cm x 20 cm	M040201	85532/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla Direttiva CEE 93/42.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
21	1	413770	Zetuvit E sterile Medicazione assorbente	10X10 cm	M040201	72199/R

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
21	2	413771	Zetuvit E sterile Medicazione assorbente	10X20 cm	M040201	72201/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione rileva che per entrambe le voci, nessuna offerta presentata risponde esattamente al requisito di minima misure (area attiva), riferito ad entrambi i riferimenti, vista la documentazione tecnica dei prodotti offerti, ritiene comunque di non escludere nessun prodotto offerto e di procedere con la valutazione della campionatura.

Pertanto, la Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 21, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 21, la Commissione procede con l'esame del **lotto 22 "MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO PER TRACHESTOMIA"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
- EUROFARM S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
22	1	BT50	BIOTRAC - MEDICAZIONE PER TRACHEOTOMIA	9 X 8 CM.	H900299	1392845/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
22	1	717310	TRACHEOPAD	cm 8 x cm 9,3	M040203	8669

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
22	1	ALUBPAD8090T	ALUBURN	cm 9x8,3 cm	M040202	2272401

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
22	1	1400610001M	medicazione sterile per tracheostomia in tnt alluminizzato - Marca Farmac Zabban SpA	cm 8x9,3 cm	M040203	1226906

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
22	1	23094	METALLINE® Tracheo, sterile	8 cm x 9 cm	M040203	63272/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 22 di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 22, la Commissione procede con l'esame del **lotto 23 "MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO SENZA FORO"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- EUROFARM S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM S.P.A.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
23	1	722303	EURODRESSING METAL	CM 10 X CM 10	M040202	10527

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
23	1	ALUPAD100100	ALUBURN	cm 10x10 cm	M040202	2272401

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla Direttiva 93/42 CEE.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 23 di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 23, la Commissione preso atto che per il lotto 24 non

è pervenuta nessuna offerta, procede con l'esame del **lotto 25 "BENDE A GESSO FISSATO A PRESA RAPIDA"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- ESSITY ITALY S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **ESSITY ITALY S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
25	1	71996-04	PLATRIX	cm. 10 x m 2	M03050201	2275323
25	2	71996-05	PLATRIX	cm. 15 x m. 2	M03050201	2275329
25	3	71996-06	PLATRIX	cm. 20 x m. 2	M03050201	2275332
25	4	71996-09	PLATRIX	cm. 10 x m. 3	M03050201	2275341
25	5	71996-11	PLATRIX	cm. 15 x m. 3	M03050201	2275342
25	6	71996-13	PLATRIX	cm. 20 x m. 3	M03050201	2275343

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 25, rileva che nella documentazione tecnica è riportato: "Gesso di origine naturale a base di Solfato di calcio (97%) e leganti cellulosici e vinilici (3%) per permettere alla massa di aderire al supporto in maniera uniforme per tutta la lunghezza della benda...", ma non si fa riferimento a massa gessata a base di semidrati alfa e/o beta di solfato di calcio, come richiesto in documentazione di gara.

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere se il gesso del prodotto offerto è a base di semidrati alfa e/o beta di solfato di calcio come richiesto in documentazione di gara per il Lotto 25.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
25	1	PLA1002000	PHARMA-POP	cm 10 x 2 mt.	M03050201	N.A. CLASSE I
25	2	PLA1502000	PHARMA-POP	cm 15 x 2 mt.	M03050201	N.A. CLASSE I
25	3	PLA2002000	PHARMA-POP	cm 20 x 2 mt.	M03050201	N.A. CLASSE I
25	4	PLA1003000	PHARMA-POP	cm 10 x 3 mt.	M03050201	N.A. CLASSE I
25	5	PLA1502000	PHARMA-POP	cm 15 x 3 mt.	M03050201	N.A. CLASSE I
25	6	PLA2003000	PHARMA-POP	cm 20 x 3 mt.	M03050201	N.A. CLASSE I

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 25, rileva che nella documentazione tecnica:

- è riportato "gesso sintetico a presa rapida" e in un'altra sezione "gesso di Parigi", ma non viene indicato se a base di semidrati alfa e/o beta di solfato di calcio.
- non viene indicato se radiotrasparente
- inoltre, il confezionamento proposto è di 12 bende anziché max 5 come indicato tra i requisiti di minima.

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere:

- se il gesso del prodotto offerto è a base di semidrati alfa e/o beta di solfato di calcio;
- se il prodotto è radiotrasparente;
- se in caso di aggiudicazione, F.A.S.E. è disponibile a fornire il prodotto offerto in confezione da massimo 5 pezzi;

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
25	1	1309580210A	bende a gesso fisso a presa rapida - Marca Plastifarm 2000	m2x10cm	M03050201	42332
25	2	1309580215A	bende a gesso fisso a presa rapida - Marca Plastifarm 2000	m2x15cm	M03050201	42332
25	3	1309580220A	bende a gesso fisso a presa rapida - Marca Plastifarm 2000	m2x20cm	M03050201	42332
25	4	1309580310A	bende a gesso fisso a presa rapida - Marca Plastifarm 2000	m3x10cm	M03050201	42332
25	5	1309580315A	bende a gesso fisso a presa rapida - Marca Plastifarm 2000	m3x15cm	M03050201	42332
25	6	1309580320A	bende a gesso fisso a presa rapida - Marca Plastifarm 2000	m3x20cm	M03050201	42332

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
25	1	25402	CELLONA® Benda	10cm x 2m	M03050201	2330032/R
25	2	25404	CELLONA® Benda	15cm x 2m	M03050201	2330032/R
25	3	25405	CELLONA® Benda	20cm x 2m	M03050201	2330032/R
25	4	25412	CELLONA® Benda	10cm x 3m	M03050201	2330032/R
25	5	25414	CELLONA® Benda	15cm x 3m	M03050201	2330032/R
25	6	25415	CELLONA® Benda	20cm x 3m	M03050201	2330032/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

In attesa della risposta ai chiarimenti, la Commissione procede con l'esame del lotto 26 "MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO SINTETICA IDROFOBA" e constata che ha presentato offerta la seguente ditta:

• FISIOSVILUPPI S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FISIOSVILUPPI S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
26	1	106000107PE-20M	MAGLIA TUBOLARE IDROREPELLENTE TUBINET	15cmx20m	M03030201	2283528
26	2	106000108PE-20M	MAGLIA TUBOLARE IDROREPELLENTE TUBINET	20cmx20m	M03030201	2283528
26	3	106000109PE-20M	MAGLIA TUBOLARE IDROREPELLENTE TUBINET	25cmx20m	M03030201	2283528

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 26 di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

In attesa delli risultati della prova in uso per poter effettuare l'attribuzione del punteggio di qualità ai prodotti offerti dalle Ditte partecipanti al lotto 26, la Commissione preso atto che per il lotto 27 non è pervenuta nessuna offerta, procede con l'esame del **lotto 28 "BENDAGGIO DESAULT ORTOPEDICO"** e constata che ha presentato offerta la seguente ditta:

- ARTSANITY S.R.L.
- ESSITY ITALY S.P.A.
- FILMAR S.R.L.
- FISIOSVILUPPI S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **ARTSANITY S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
28	1	4401	CORSETTO NEW YORK	S	M030501	58440
28	2	4402	CORSETTO NEW YORK	M	M030501	58441
28	3	4403	CORSETTO NEW YORK	L	M030501	58442
28	4	4404	CORSETTO NEW YORK	XL	M030501	58443

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **ESSITY ITALY S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
28	1	76192-00	ACTIMOVE GILCHRIST PLUS	Small	M030501	2291777
28	2	76192-01	ACTIMOVE GILCHRIST PLUS	Medium	M030501	2291779
28	3	76192-02	ACTIMOVE GILCHRIST PLUS	Large	M030501	2291778
28	4	76192-03	ACTIMOVE GILCHRIST PLUS	XLarge	M030501	2291780

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 28, rileva che:

- nella documentazione non è presente se il prodotto è o meno "Radiotrasparente";

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere se il prodotto è radiotrasparente come richiesto da documentazione di gara.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FILMAR S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
28	1	D777071	FIXOROLL-D	SMALL - LUNG. CM.190	M030501	2181154
28	2	D777072	FIXOROLL-D	MEDIUM-LUNG. CM.230	M030501	2181159
28	3	D777073	FIXOROLL-D	LARGE- LUNG.CM.280	M030501	2181160
28	4	D777101	FIXOROLL-D	EXTRA LARGE - LUNG.CM.320	M030501	2181161

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42 CEE

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 28, rileva che:

- nella documentazione non è presente se il prodotto è o meno "Radiotrasparente";

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere se il prodotto è radiotrasparente come richiesto da documentazione di gara.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FISIOSVILUPPI S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
28	1	ST-BADS0B	GILET IMMOBILIZZATORE ARTO SUPERIORE mis S -Colore Nero	S	M030501	2243167
28	2	ST-BADM0B	GILET IMMOBILIZZATORE ARTO SUPERIORE mis M -Colore Nero	M	M030501	2243166
28	3	ST-BADL0B	GILET IMMOBILIZZATORE ARTO SUPERIORE mis L -Colore Nero	L	M030501	2243165
28	4	ST-BADX0B	GILET IMMOBILIZZATORE ARTO SUPERIORE mis XL -Colore Nero	XL	M030501	2243169

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

In attesa della risposta ai chiarimenti, la Commissione procede con l'esame del **lotto 29 "OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA DA IMBOTTITURA IN ROTOLI"** e constata che ha presentato offerta la seguente ditta:

- BENEFIS S.R.L.
- ESSITY ITALY S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **BENEFIS S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
29	1	040CO010	Ovatta per ortopedia in bende candida e soffice, per fasciature sottogesso, morbida, monouso, non steril	CM 10	M01020202	2227206/R
29	2	040CO015	Ovatta per ortopedia in bende candida e soffice, per fasciature sottogesso, morbida, monouso, non steril	CM 15	M01020202	2227197/R
29	3	040CO020	Ovatta per ortopedia in bende candida e soffice, per fasciature sottogesso, morbida, monouso, non steril	CM 20	M01020202	2227198/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **ESSITY ITALY S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
29	1	71486-05	SOFFBAN SYNTHETIC	cm. 10 x m. 2,70	M01020202	2275462
29	2	71465-01	SOFFBAN SYNTHETIC	cm. 15 x m. 2,70	M01020202	2275463
29	3	71466-01	SOFFBAN SYNTHETIC	cm. 20 x m. 2,70	M01020202	2275464

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 29, rileva che nella documentazione non è presente:

- se il prodotto è o meno "Radiotrasparente";
- è l'indicazione del peso al metro quadro (richiesto non inferiore a 80 grammi).

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere se il prodotto è radiotrasparente e di indicare il peso al metro quadro.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
29	1	CAST1002700	PHARMA-UNDERCAST	cm 10 x 2,7 mt.	M0201050102	N.A. CLASSE I
29	2	CAST1502700	PHARMA-UNDERCAST	cm 15 x 2,7 mt.	M0201050102	N.A. CLASSE I
29	3	CAST2002700	PHARMA-UNDERCAST	cm 20 x 2,7 mt.	M0201050102	N.A. CLASSE I

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 29, rileva che nella documentazione non è presente:

- se il prodotto è o meno "Radiotrasparente";
- se l'ovatta è priva di sbiancanti ottici.

Pertanto, la Commissione ritiene di richiedere se il prodotto è radiotrasparente e se l'ovatta è priva di sbiancanti ottici.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN S.P.A.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
29	1	1309750010	bende di ovatta ortopedica sintetica - Marca Farmac Zabban	cm 10	M01020202	2227206/R
29	2	1309750015	bende di ovatta ortopedica sintetica - Marca Farmac Zabban	cm 15	M01020202	2227197/R
29	3	1309750020	bende di ovatta ortopedica sintetica - Marca Farmac Zabban	cm 20	M01020202	2227198/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
29	1	10694	CELLONA® Synthetikwatte	10cm x 3m	M01020201	2330052/R
29	2	10695	CELLONA® Synthetikwatte	15cm x 3m	M01020201	2330052/R
29	3	10696	CELLONA® Synthetikwatte	20cm x 3m	M01020201	2330052/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Candida Govoni

Amalia De Paola

Emanuele Gobbi

Wania Tantone

Gianluigi Mele

