

3° VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE COLLOCATE A SISTEMA RELATIVE ALL'APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 6 – PER MEDICINA GENERALE

Il giorno 22 giugno 2023, alle ore 9:30, presso gli uffici dell'Agenzia Intercent-ER in via Aldo Moro 38 a Bologna si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER, Dott. Adriano Leli, Prot.04/05/2023.0027118.U del 04/05/2023, per l'esame delle offerte tecniche collocate sulla piattaforma SATER dell'Agenzia Intercent-ER, relative all' appalto specifico per la fornitura di materiale da medicazione classica 6 – per medicina generale, indetta con Determinazione n. n. 747 del 27/12/2022, suddivisa in 29 lotti;

Sono presenti tutti i membri della Commissione:

- **Dott.ssa Candida Govoni** – Responsabile *ad interim* dell'Area Soggetto Aggregatore – Agenzia Intercent-ER, con funzioni di Presidente;
- **Dott.ssa Amalia De Paola** - Infermiera Pronto soccorso presso L' Istituto Ortopedico Rizzoli;
- **Dott. Emanuele Gobbi** – Infermiere professionale Coordinatore presso l'Azienda USL di Reggio Emilia;
- **Dott.ssa Wania Tantone** – Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
- **Dott. Gianluigi Mele** – Coordinatore U.O. presso l'Ospedale Ravenna.

La Commissione riprende i lavori prendendo in esame i chiarimenti pervenuti per i lotti: 1 e 2.

- **DEALFA S.R.L.** risposta PG.2023.35878 del 16/06/2023 (lotto 1)

La ditta DICHIARA, che “il prodotto presentato per il lotto n. 1 è privo di lattice.”

Pertanto, il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 1.

- **PIKDARE S.p.A.** risposta PG.2023.35267 del 14/06/2023 (lotto 1)

La ditta DICHIARA, che “Si conferma quanto indicato in scheda tecnica: *Cerotto su rocchetto su supporto in tessuto di cotone non estensibile, spalmato con adesivo a base di lattice naturale*”.

La Commissione, valutata la risposta ai chiarimenti ritiene il prodotto offerto dalla ditta Pikedare non conforme ai requisiti minimi di gara per il lotto 1, non essendo un prodotto privo di lattice.

Pertanto, il prodotto offerto dalla ditta PIKDARE risulta **ESCLUSO dal prosieguo della gara per il lotto 1.**

- **EUROFARM S.P.A.** risposta PG.2023.36320 del 19/06/2023 (lotto 2)

La ditta DICHIARA, che “è disponibile, in caso di aggiudicazione, a modificare il confezionamento per la voce 2 in 20 pezzi e la voce 3 in 10 pezzi.”

Pertanto, il prodotto offerto risulta conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 2.

La Commissione terminata la valutazione dei chiarimenti, prende in carico la campionatura presentata per i lotti 1 e 2, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

La Commissione procede quindi prendendo in esame le offerte presentate dai Concorrenti a partire dal lotto 7 e procede alla lettura della documentazione tecnica al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi previsti in gara.

La Commissione prende in esame il **lotto 7 "CEROTTI IN TNT CON COMPRESSA CENTRALE PER MEDICAZIONI DI PICCOLE FERITE"** e constata che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- DEALFA S.R.L.
- ESSITY ITALY S.P.A.
- EUROFARM S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.
- FARMAC - ZABBAN S.P.A.
- PAUL HARTMANN S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **DEALFA S.R.L.** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
7	1	CFX05006	TOUCHMED - Cerotto in rotolo dealfix con Pad	mt 5 X 6 cm	M04010101	1805367
7	2	CFX05008	TOUCHMED - Cerotto in rotolo dealfix con Pad	mt 5 X 8 cm	M04010101	1805367

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **ESSITY ITALY SPA** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
7	1	76450-01	Leukoplast Soft	cm. 6 x m. 5	M050102	2364395
7	2	76450-02	Leukoplast Soft	cm. 8 x m. 5	M050102	2364397

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione constata che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM SPA** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
7	1	740008	LONG FIX	CM 6 X MT 5	M0599	2255363
7	2	740009	LONG FIX	CM 8 X MT 5	M0599	2255363

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. SRL** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
7	1	DERMI605000	DERMIPLASTER	cm 6 x 5 mt	M050299	1672185
7	2	DERMI805000	DERMIPLASTER	cm 8 x 5 mt	M050299	1672185

E rileva che i prodotti offerti sono conformi alla direttiva 93/42/EEC

La Commissione, a seguito della verifica della documentazione tecnica dell'offerta presentata per il Lotto 7, rileva che nella scheda tecnica è riportato: "Cerotto con supporto adesivo ipoallergenico in TNT e tampone assorbente a due strati" e che le caratteristiche del prodotto sono: Supporto o Tessuto non tessuto colore bianco.

La Commissione rileva tuttavia, che il prodotto campionato per il lotto 7 non sembra corrispondere a quanto descritto nella scheda tecnica, ovvero il supporto sembra essere in polietilene e di colore mattone chiaro come risulta anche da foglietto illustrativo allegato ("DESCRIZIONE: Cerotto per ferite composto da un rivestimento in polietilene microperforato con supporto adesivo ipoallergenico e tampone assorbente non aderente).

La Commissione, pertanto, ritiene di richiedere la consegna del prodotto in TNT descritto in scheda tecnica.

La Commissione sospende quindi la valutazione di conformità in attesa di ricevere la risposta al chiarimento sopra descritto.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **FARMAC - ZABBAN SPA** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
7	1	200001037	cerotto in tnt con compressa centrale, in rotoli - Marca Farmapore	m5x6cm	M04010101	2293395
7	2	200001038	cerotto in tnt compressa centrale, in rotoli - Marca Farmapore	m5x8cm	M04010101	2293395

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN SPA** che offre i seguenti prodotti:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
7	1	535061	Dermaplast Profess. Classic Cerotto tela striscia	6 cm X 5 m	M050101	81704/R
7	2	535071	Dermaplast Profess. Classic Cerotto tela striscia	8 cm X 5 m	M050101	81706/R

E rileva che i prodotti offerti sono conformi al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

In attesa della risposta ai chiarimenti per il lotto 7, la Commissione procede con l'esame del **lotto 8 "CEROTTINI PRETAGLIATI IN TNT CON COMPRESSA ASSORBENTE"** e constata che hanno presentato offerta:

- BENEFIS S.R.L.
- DEALFA S.R.L.
- EUROFARM S.P.A.
- F.A.S.E. S.R.L.
- PAUL HARTMANN S.P.A.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **BENEFIS S.R.L.** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
8	1	17287	Medicazione composta da una	cm 5 X 7 cm	M04010101	1319280

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
			compressa assorbente e antiaderente applicata ad un supporto adesivo di tessuto non tessuto altamente conformabile			

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **DEALFA SRL** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
8	1	ME1S0570	TOUCHMED - Medicazione adesiva sterile	5 X 7 cm	M04010101	1682805

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **EUROFARM SPA** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
8	1	731263	EUROSTRIPS STERILE IN TNT	mm 72 X mm 31	M050102	25675

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **F.A.S.E. SRL** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
8	1	CURE3072	CURE-AID	mm 30 x 72 mm	M0599	6197

E rileva che il prodotto offerto è conforme alla direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione apre l'offerta tecnica presentata dal concorrente: **PAUL HARTMANN SPA** che offre il seguente prodotto:

Lotto	Voce	COD. ARTICOLO	DENOMINAZIONE ARTICOLO	MISURE OFFERTE	CND	CODICE REP.
8	1	900870	Cosmopor E sterile Medicazione adesiva in TNT	cm 7,2X5	M04010101	46418/R

E rileva che il prodotto offerto è conforme al Regolamento UE 2017/745.

La Commissione rileva che i prodotti offerti risultano conformi ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico.

La Commissione prende in carico la campionatura presentata per il lotto 8, di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

Alle ore 17,30 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Candida Govoni

Amalia De Paola

Emanuele Gobbi

Wania Tantone

Gianluigi Mele (Commissario)

