

**6° VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE COLLOCATE A SISTEMA RELATIVE ALL'APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 6 – PER MEDICINA GENERALE**

Il giorno 20 settembre 2023, alle ore 9:00, in modalità videoconferenza, da canale room con link riservato, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER, Dott. Adriano Leli, Prot.04/05/2023.0027118.U del 04/05/2023, per l'esame delle offerte tecniche collocate sulla piattaforma SATER dell'Agenzia Intercent-ER, relative all'appalto specifico per la fornitura di materiale da medicazione classica 6 – per medicina generale, indetta con Determinazione n. n. 747 del 27/12/2022, suddivisa in 29 lotti;

Sono presenti tutti i membri della Commissione:

- **Dott.ssa Candida Govoni** – Responsabile *ad interim* dell'Area Soggetto Aggregatore – Agenzia Intercent-ER, con funzioni di Presidente;
- **Dott.ssa Amalia De Paola** - Infermiera Pronto soccorso presso L' Istituto Ortopedico Rizzoli;
- **Dott. Emanuele Gobbi** – Infermiere professionale Coordinatore presso l'Azienda USL di Reggio Emilia;
- **Dott.ssa Wania Tantone** – Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
- **Dott. Gianluigi Mele** – Coordinatore U.O. presso l'Ospedale Ravenna.

La Commissione riprende i lavori prendendo in esame i chiarimenti pervenuti per i lotti: 20, 25, 28 e 29.

KOS BIOMEDICA S.R.L. risposta PG.2023.50570 del 18/09/2023 (lotto 20)

La ditta DICHIARA, che *“si conferma che il prodotto Elivar ATE Soft Touch, offerto al Lotto 20, è radiotrasparente.”*

Specifica, inoltre, *“la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a fornire il prodotto offerto per il Lotto 20 in confezione secondaria da massimo 10 paia come richiesto da documentazione di gara.”*

Valutata la risposta ai chiarimenti, la Commissione ritiene, il prodotto offerto conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 20.

ESSITY ITALY S.P.A. risposta PG.2023.50627 del 18/09/2023 (lotto 25)

La ditta DICHIARA, che *“il prodotto offerto al Lotto 25, denominato Platrix è composto da una garza in cotone impregnata di Gesso di Parigi, composto per il 97% di Solfato di Calcio semiidrato (CaSO<sub>4</sub> 1/2 H<sub>2</sub>O) alfa e beta e leganti”.*

Valutata la risposta al chiarimento, la Commissione ritiene, il prodotto offerto conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 25.

F.A.S.E. S.R.L. risposta PG.2023.50768 del 19/09/2023 (lotto 25)

La ditta DICHIARA, che *“il prodotto Pharma-POP è costituito da una massa di gesso a base di alfa Semidrati di Calcio solfato. Inoltre, che il prodotto Pharma-Undercast è radiotrasparente”.*



In merito alla richiesta di disponibilità a fornire, in caso di aggiudicazione, il prodotto in confezione da massimo 5 pezzi come da documentazione di gara, la ditta dichiara che: *"per quanto riguarda il confezionamento, purtroppo il produttore non riesce a modificare il confezionamento da 12 pezzi, poichè conforme alle disposizioni ISO 11607"*.

Valutata la risposta ai chiarimenti, la Commissione ritiene, il prodotto offerto NON conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 25, in quanto il confezionamento indicato nella documentazione di gara rientra tra i requisiti di minima (massimo 5 pezzi) e rappresenta il limite massimo per la partecipazione.

Pertanto, la Commissione ritiene il prodotto offerto "Pharma-POP" ESCLUSO dal prosieguo della gara per il lotto 25.

ESSITY ITALY S.P.A. risposta PG.2023.50630 del 18/09/2023 (lotto 28)

La ditta DICHIARA, che *"il prodotto offerto Actimove Gilchrist Plus, offerto al Lotto 28, è completamente radiotrasparente grazie all'assenza di componenti metallici o altri componenti radiopachi nella sua composizione (poliammide, elastane e viscosa)."*

Valutata la risposta al chiarimento, la Commissione ritiene, il prodotto offerto conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 28.

FILMAR S.R.L. risposta PG.2023.50820 del 19/09/2023 (lotto 28)

La ditta DICHIARA, che il prodotto offerto *".....è trasparente ai raggi X"*.

Valutata la risposta al chiarimento, la Commissione ritiene, il prodotto offerto conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 28.

ESSITY ITALY S.P.A. risposta PG.2023.50635 del 18/09/2023 (lotto 29)

La ditta DICHIARA, che *"il prodotto offerto al Lotto 29, denominato Soffban Synthetic è completamente radiotrasparente e non necessita la rimozione in caso di indagine radiologica."*

Inoltre, dichiara che: *"In merito al peso del prodotto per unità di superficie confermiamo che l'ovatta sintetica Soffban Synthetic ha un peso pari a circa 95 g/m2"*.

Valutata la risposta ai chiarimenti, la Commissione ritiene, il prodotto offerto conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 29.

F.A.S.E. S.R.L. risposta PG.2023.50825 del 19/09/2023 (lotto 29)

La ditta DICHIARA, che *"il prodotto, Pharma Undercast, è Radiotrasparente e senza agenti sbiancanti"*.

Valutata la risposta al chiarimento, la Commissione ritiene, il prodotto offerto conforme ai requisiti minimi previsti in Capitolato per il lotto 29.

La Commissione terminata la lettura dei chiarimenti, prende in carico la campionatura presentata per i lotti 20, 25, 28 e 29 di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti tecnici minimi previsti, per effettuare la valutazione e la prova in uso.

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Candida Govoni

Amalia De Paola

Emanuele Gobbi

Wania Tantone

Gianluigi Mele



