

FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L'APPARATO UROGENITALE

Lotto n.: 1/2/3/4/5/6/7/8/41/42/43/62/63/64/65/66/68 - Scheda n. 1 -

CRITERIO VALUTATIVO 1		PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Facilità d'uso intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare.</p> <p>Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 11 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	20
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza: Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.: 9/10/11/12/13/14/15/19/20/26/27/32/36/37/38/39/40/44/56/112 - Scheda n.2 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 11 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE VALVOLA DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica. Viene valutata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facilità/precisione di raccordo alla siringa: Max punti 2 - la tenuta della valvola: Max punti 2 <p>viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dalla valvola.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA

- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: **Max punti 5**
- Tempi e modalità assistenza post vendita: **Max punti 5**

10

lotto n.: 16/17/18/ 21/22/23/24/25/28/29/30/31/33/34/35 - Scheda n.3 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 11 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	10
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.	6
CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICA DEL CANALE DI LAVAGGIO	Si opera con prova pratica. Viene valutata: - tenuta del canale di lavaggio: Viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dal canale di lavaggio.	4
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA

-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: **Max punti 5**

-Tempi e modalità assistenza post vendita: **Max punti 5**

10

Lotto n. 45/46/47/48 - Scheda n. 4 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	20
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA E DEI FORI	<p>La punta e i fori dovrebbero essere liberi da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	22
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE E RESISTENZA AL KINKING	<p>Vengono analizzati :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie del catetere: con una ispezione visiva. La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni: Max punti 7 - kiinking: valutando il comportamento del catetere dopo averlo sottoposto a una piegatura a 180° (su se stesso) sovrapponendo le due estremità per verificare la assenza di strozzatura: Max punti 7 <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	14
-CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Facilità d'uso intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare.</p> <p>Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 11 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione e rastrematura.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n. 52 - Scheda n. 6

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Penetrabilità Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	2
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX

UNIFORMITÀ DELLE PARTI GIÀ CONGIUNTE (SALDATE, PRESSOFUSE, ECC)	Viene valutata l'assenza di scalino nella parte di congiunzione tra catetere e ago: la parte interessata dovrebbe apparire uniforme e priva di scanalature, asperità, imperfezioni. Si valuta la MIGLIOR uniformità.	10
CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE VALVOLA DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCINO	Si opera con prova pratica. Viene valutata : - la facilità/precisione di raccordo alla siringa: Max punti 2 - la tenuta della valvola: Max punti 2 - la connessione alla sacca di raccolta urine: Max punti 1 viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dalla valvola.	5
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n. 53/57/58 - Scheda n.7 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	20
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ, CONFORMAZIONE DELLA PUNTA E DEI FORI	<p>La punta e i fori dovrebbero essere liberi da sbavature, scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE E RESISTENZA ALL'INGINOCCHIAMENTO	<p><u>Levigatezza delle superfici del catetere</u> : Max punti 7,5 La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni.</p> <p><u>Resistenza all'inginocchiamento</u>: Max punti 7,5 Si valuta il comportamento del catetere dopo averlo sottoposto a una piegatura a 180° (su se stesso) sovrapponendo le due estremità per verificare la assenza di strozzatura.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	2
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RAPPORTO TRA IL DIAMETRO ESTERNO E IL DIAMETRO DEL LUME INTERNO, DEL CATETERE	<p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il MINOR valore numerico del rapporto e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	5

CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5	10
	-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	

Lotto n. 54 - Scheda n. 8 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Penetrabilità del trocar: Max punti 10 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE DELLA PUNTA DEL TROCAR	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - La robustezza: Max punti 1 - La struttura: Max punti 1 - La facilità di apertura: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	3
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	2
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test.	5

CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE VALVOLA DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica. Viene valutata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facilità/precisione di raccordo alla siringa: Max punti 3 - la tenuta della valvola: Max punti 2 <p>viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dalla valvola.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 8	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n. 55 - Scheda n.9 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Facilità di posizionamento con particolare riferimento alla presenza di marker radiopachi: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Scorrevolezza : Max punti 2 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo, scorrevolezza.</p>	22
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ, CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta deve essere libera da sbavature, scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIORE conformazione.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	2
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO E RESISTENZA ALLA PRESSIONE	<p>Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino, anche sotto il profilo performante, al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando la siringa presente nel kit offerto.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE VALVOLA DEL CANALE DI RIEMPIMENTO PALLONCINO	<p>Si opera con prova pratica. Viene valutata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facilità/precisione di raccordo alla siringa e le caratteristiche di funzionalità della siringa: Max punti 2 - la tenuta della valvola: Max punti 1 <p>Viene valutata la MIGLIOR caratteristica dei parametri posseduti dalla valvola.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 7	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10
-------------------------	--	-----------

Lotto n.59 - Scheda n.10 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Penetrabilità del trocar: Max punti 5 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	25
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE DELLA PUNTA EDECOGENICITA' DELL'AGO	<p>Punta: Max punti 5 La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione;</p> <p>Ecogenicità: Max punti 5 Da valutare anche su documentazioni tecniche presentate in sede di gara.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DELLA SONDA	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	16
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La robustezza: Max punti 1 - La struttura: Max punti 1 - La facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RAPPORTO TRA IL DIAMETRO ESTERNO E IL DIAMETRO DEL LUME INTERNO, DEL CATETERE	<p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il MINOR valore numerico del rapporto e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA

-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: **Max punti 5**

-Tempi e modalità assistenza post vendita: **Max punti 5**

10

Lotto n.60/61 - Scheda n. 11 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - Scorrevolezza: Max punti 5 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo; la scorrevolezza verso MINOR resistenza alla frizione.</p>	25
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.</p>	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni.</p> <p>Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	3
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	2
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
SISTEMA DI FISSAGGIO	<p>Viene valutata la tenuta del sistema.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX

ASSISTENZA POST VENDITA

-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: **Max punti 5**

-Tempi e modalità assistenza post vendita:
Max punti 5

10

Lotto n.67 - Scheda n.12 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 25 - Facilità di utilizzo: Max punti 25 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità d'uso/posizionamento.</p>	50
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.69/70/71/72/73/74/75/76 - Scheda n. 13

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 13 - Facilità di utilizzo: Max punti 13 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	26
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione	20
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	10
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.77/78/79 - Scheda n.14 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	20
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ERGONOMICITÀ DEGLI AGHI	Viene valutata la MAGGIOR capacità di connessione atraumatica della rete all'ago trasportatore con prova pratica.	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
QUALITÀ DELLA RETE	<p><u>Porosità:</u> Max punti: 7</p> <p><u>Elasticità:</u> Max punti: 7</p> <p>Viene valutato il mantenimento nel tempo della forma adattandosi alla conformazione anatomica senza perdere le dimensioni originarie</p> <p><u>Rivestimento della rete:</u> Max punti: 7</p> <p>Viene valutata la tipologia del rivestimento verso la prevenzione delle contaminazioni batteriche con particolare riferimento alla esistenza di rivestimenti rimovibili o soluzioni similari per finalità.</p> <p><u>Tutte le tre valutazioni sopra indicate terranno conto delle evidenze scientifiche documentali specifiche che il concorrente deve presentare in sede di gara.</u></p>	21
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.80/81 - Scheda n.15 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche della connessione alla sacca: Max punti 25 - facilità di posizionamento: Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo, connessione.</p>	50
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste.</p> <p>Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.82/123/124 - Scheda n. 16 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITÀ D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 15 - Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo, assenza di adesione. 	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punt 2,5 - la struttura: Max punti 2,5 - la facilità di apertura: Max punti 2,5 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2,5 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei materiali Max punti 8 - Leggerezza Max punti 6 - Resistenza Max punti 6 	20
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.83/85/86/87 - Scheda n. 17 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 16 - Facilità di utilizzo: Max punti 16 - Funzionalità del tubo di afflusso: Max punti 14 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e la MIGLIOR funzionalità del tubo.</p>	46
CRITERIO VALUTATIVO 2		
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>Tenuta del rubinetto: Max Punti 3 Tubo anti- inginocchiamento: Max Punti 3</p>	6
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	8
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n. 84 - Scheda n.18 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 18 - Facilità di utilizzo: Max punti 16 - Funzionalità del tubo di afflusso: Max punti 16 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e la MIGLIOR funzionalità del tubo.</p>	50
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	Tubo antingnocchiamento: Max punti 2	2
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	8
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n. 88 - Scheda n. 19 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 14 - Facilità di utilizzo: Max punti 14 - Funzionalità del tubo di afflusso: Max punti 12 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e la MIGLIOR funzionalità del tubo.</p>	40
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>Tenuta del rubinetto Max punti 4 Confort per il paziente Max punti 4 Antingnocchiamento Max punti 4</p>	12
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	8
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<p>-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5</p> <p>-Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5</p>	10

Lotto n. 89 - Scheda n.20 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 14 - Facilità di utilizzo: Max punti 14 - Funzionalità del tubo di afflusso: Max punti 12 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e la MIGLIOR funzionalità del tubo.</p>	40
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>Qualità dei materiali: Max punti 6 Tenuta valvola di scarico: Max punti 6</p>	12
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	8
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.90/91 - Scheda n.21 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITÀ D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento: Max punti 12 - Facilità di utilizzo: Max punti 13 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	25
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.	11
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL CATETERE	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	15
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DELLE PARTI GIÀ CONGIUNTE (SALDATE, PRESSOFUSE, ECC)	La parte interessata dovrebbe apparire uniforme e priva di scanalature, asperità, imperfezioni. Si valuta la Migliore UNIFORMITÀ'	5
CRITERIO VALUTATIVO 6	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto 92/93/94/117 - Scheda n.22 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento: Max punti 20 - Facilità di utilizzo: Max punti 20 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo.	40
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI DEL TAMPONE	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	16
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.95 - Scheda n. 23 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 15 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLA SUPERFICIE DEL CATETERE	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	25
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.96/97/98 - Scheda n. 24 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 15 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLA SUPERFICIE DEL CATETERE	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	11
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
DISPONIBILITÀ ALLA FORNITURA TUTTI I VARI COMPONENTI DEL KIT ANCHE SEPARATAMENTE	Si valuta la disponibilità come SI/NO (SI =15 punti; NO= 0 Punti)	15
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.99 - Scheda n. 25 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 15 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CORRETTA CAPIENZA DELLA SIRINGA E CARATTERISTICA DI TENUTA E DI NON RITORNO DEL PISTONE	<p>Da valutare con prova pratica la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	26
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.100/101 - Scheda n.26 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 - assenza di adesione degli spermatozoi alla punta dell'ago: Max punti 30 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo, assenza di adesione.</p>	50
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2,5 - la struttura: Max punti 2,5 - la facilità di apertura: Max punti 2,5 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2,5 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.102 - Scheda n. 27

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 15 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione	15
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	11
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.103 - Scheda n. 28 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 11 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	21
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.	20
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICI	La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	15
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.104 - Scheda n. 29 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 18 - Facilità di utilizzo: Max punti 18 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	36
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
LEVIGATEZZA DELLE SUPERFICIE DELL'ANELLO	<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.</p>	20
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.105/106/116 - Scheda n. 30 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 15 - Facilità di utilizzo: Max punti 16 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	31
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE E LEVIGATEZZA DEL DISPOSITIVO	Il dispositivo dovrebbe essere libero da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.	25
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

Lotto n.107 - Scheda n. 31 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento : Max punti 13 - Facilità di utilizzo: Max punti 13 Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.	26
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ATRAUMATICITÀ E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione.	20
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
UNIFORMITÀ DI FORMA E SIMMETRIA DEL PALLONCINO	Si opera con prova pratica per verificare il MIGLIOR comportamento del palloncino al gonfiaggio con acqua alla sua massima capacità dichiarata utilizzando una siringa di capacità idonea e uguale per tutti i test. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni.	10
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	-Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10

lotti 108/109/111/113/115/120/121/130 - Scheda n. 32 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Facilità d'uso intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di utilizzo: Max punti 15 Sicurezza e atraumaticità Max punti 15 	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
RANGE DI MISURE	<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CARATTERISTICHE TECNICHE	- Qualità dei materiali e caratteristiche tecniche funzionali	16
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e assistenza personal sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n.110/118/119 - Scheda n. 33 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento : Max punti 30 - Facilità di utilizzo: Max punti 25 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo.</p>	55
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	5
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

Lotto n. 114 – Scheda 34

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 5 - Facilità di utilizzo: Max punti 5 - Buon ostacolo alla migrazione craniale del calcolo: Max punti 20 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, di utilizzo e il MIGLIOR buon ostacolo alla migrazione.</p>	30
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFORMAZIONE DEL MANICO	<p>Si valuta l'ergonomicità dell'impugnatura e la facilità di utilizzo della stessa. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 13 - Caratteristiche strutturali dell'impugnatura: Max punti 13 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento e la MIGLIOR conformazione del manico.</p> <p><u>Tutte le tre valutazioni sopra indicate terranno conto delle evidenze scientifiche documentali specifiche che il concorrente deve presentare in sede di gara.</u></p>	26
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> -Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 -Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5 	10

lotto 122 - Scheda n. 35 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	<p>Facilità d'uso intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <p>- Facilità di utilizzo: Max punti 30</p>	33
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
GRADO DI ATTENDIBILITA'	<p>Grado di attendibilità dei risultati. Evidenza delle validazioni cliniche</p>	33
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 1 - la struttura: Max punti 1 - la facilità di apertura: Max punti 1 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.</p>	4

Lotto n.125/126/127/128/129 - Scheda n. 36 -

CRITERIO VALUTATIVO 1	SUB CRITERI	PUNTI MAX
FACILITA' D'USO	Intesa come il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche: - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 5	15
CRITERIO VALUTATIVO 2	SUB CRITERI	PUNTI MAX
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO	Verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 2,5 - la struttura: Max punti 2,5 - la facilità di apertura: Max punti 2,5 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 2,5 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione.	10
CRITERIO VALUTATIVO 3	SUB CRITERI	PUNTI MAX
QUALITÀ DEI MATERIALI	- Qualità della rete Max punti 10 - Rifinitura dei bordi Max punti 10 - Resistenza alla trazione Max punti 10	30
CRITERIO VALUTATIVO 4	SUB CRITERI	PUNTI MAX
DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA	- Letteratura, pubblicazioni scientifiche	5
CRITERIO VALUTATIVO 5	SUB CRITERI	PUNTI MAX
ASSISTENZA POST VENDITA	- Formazione e assistenza personale sanitario per garantire uso corretto: Max punti 5 - Tempi e modalità assistenza post vendita: Max punti 5	10