

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0091285  
DATA: 15/09/2020  
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in noleggio di sistemi di defibrillazione indossabili.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0091285_2020_Lettera_firmata.pdf	Giorgi Giuseppe	8FFF39CB28BB8CB3E1BFDBD6E2654E8 A8271EA4EA5388314FA2F51FD99126779



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

**OPERATORI ECONOMICI VARI  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Indagine di mercato per la fornitura in noleggio di sistemi di defibrillazione indossabili.


Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza la fornitura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

**Caratteristiche del prodotto:**

- Defibrillatore automatico indossabile per il trattamento dell'arresto cardiaco improvviso
- Elevata vestibilità secondo la corporatura del paziente
- Monitoraggio continuo del tracciato ECG
- Erogazione dello shock di defibrillazione in meno di un minuto preceduta da allarmi acustici e visivi
- Livello energetico degli shock di defibrillazione preconfigurabile per garantire la massima efficacia nella defibrillazione
- Possibilità di registrazione e memorizzazione dei tracciati ECG e degli eventi sintomatici (tracciati ECG in presenza di aritmie)
- Possibilità di trasmissione remota dei dati memorizzati al medico curante
- Alimentazione a batteria ricaricabile con elevata autonomia
- Completo di tutti gli accessori e il materiale dedicato o consumabile necessari al corretto funzionamento e alla preparazione/gestione del sistema

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitan, tramite il Portale Intercent-ER ovvero all'indirizzo di posta elettronica [angela.melucci@ausl.bo.it](mailto:angela.melucci@ausl.bo.it) entro le ore 12 del giorno 22.9.2020.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.



A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:  
Giuseppe Giorgi

**Angela Melucci**  
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)  
051/6079690  
[angela.melucci@ausl.bologna.it](mailto:angela.melucci@ausl.bologna.it)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202