



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0021824
DATA: 18/08/2022
OGGETTO: Indagine di mercato in merito alla fornitura di un Sistema costituito da apparecchiatura dedicata in uso gratuito e materiale di consumo monouso (filtri e linee) per granulocito-monicito aferesi (GMA) necessari all'Unità Operativa Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giorgio Rossi

CLASSIFICAZIONI:

- [02-01-03]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0021824_2022_Lettera_firmata.pdf	Rossi Giorgio	9F6F02A58B6AC4F930BE45C6A2D0EB9A D877C7A30F8D4766D320B222C6F56D67



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



OPERATORI ECONOMICI VARI
0000000000 00000000
000000 000000 (000000)

OGGETTO: Indagine di mercato in merito alla fornitura di un Sistema costituito da apparecchiatura dedicata in uso gratuito e materiale di consumo monouso (filtri e linee) per granulocito-monicito aferesi (GMA) necessari all'Unità Operativa Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

Si informa che questa Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara sta effettuando una indagine di mercato per la fornitura **di un Sistema costituito da apparecchiatura dedicata in uso gratuito e materiale di consumo monouso (filtri e linee) per granulocito-monicito aferesi (GMA)** necessari all'Unità Operativa Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

La fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche del sistema:

Sistema costituito da apparecchiatura dedicata e materiale di consumo monouso (filtro e linee) per granulocito-monicito aferesi (GMA) da utilizzarsi in procedure extracorporee che consentono di rimuovere selettivamente granulociti e monociti (senza intaccare significativamente le piastrine ed i linfociti) implicati nel processo infiammatorio, migliorando lo stato clinico dei pazienti con patologie reumatiche complesse, che non rispondono alle terapie tradizionali.

Caratteristiche del dispositivo:

Filtri in materiale attivo costituito da sfere di acetato di cellulosa in soluzione salina con meccanismo d'azione dimostrato in letteratura (immunomodulazione) e riportato su linee guida internazionali ASFA.

Anticoagulazione con eparina.

Possibilità di trattare fino a 1,8 L. di sangue per seduta

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa, morbo di Crohn, artrite reumatoide, LES, Morbo di Bechet, psoriasi pustolosa. Indicazioni citate sulle IFU (autorizzato da Ente notificato che rilascia la marcatura CE) e letteratura a prova dell'utilizzo del Device in tali indicazioni.



Si invitano pertanto le ditte interessate a manifestare l'interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura in oggetto, inviando **entro le ore 13.00 del 5 Settembre 2022** sulla piattaforma Intercent-ER quanto segue:

- 1) dichiarazione di poter fornire i prodotti richiesti
- 2) scheda tecnica dei dispositivi e certificazione di conformità alla direttiva 98/79/CE (marcatura CE)
- 3) nota contenete la dichiarazione che non sussiste a carico dell'Impresa alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 dlgs 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: **“Riscontro all’indagine di mercato in merito alla fornitura di un Sistema costituito da apparecchiatura dedicata in uso gratuito e materiale di consumo monouso (filtri e linee) per granulocito-monicito aferesi (GMA)**

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo né la Ditta alla partecipazione né l'Azienda Ospedaliero di Ferrara ad avviare la procedura di gara o, in caso di avvio della procedura a mantenere inalterate le caratteristiche e condizioni sopra riportate.

A disposizione per ogni chiarimenti

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Giorgio Rossi

Responsabile procedimento:
Giorgio Rossi