



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0109909
DATA: 03/11/2021
OGGETTO: Indagine di mercato "Sistema completo e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari da installare presso il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell'Ausl di Bologna"

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0109909_2021_Lettera_firmata.pdf	Campa Rosanna	DE3C1FA20FEC45F86E8FCC42D40A0029 D353E1F9768655944B863785AF35C7E9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo
UOC Servizio Acquisti Metropolitan
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di mercato “Sistema completo e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari da installare presso il Laboratorio Unico Metropolitan (LUM) dell’Ausl di Bologna”

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema analitico in oggetto.

Qualora l’Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste sotto indicate, dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti (strumentazione, analiti, reagenti, ecc.) fornibili.

REQUISITI indispensabili

Installazione prevista presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore per le esigenze di risposta rapida dei presidi ospedalieri

Quantità test: 2.500 test/die sulle 16 ore 7 giorni su 7

Tipologia di Fornitura: noleggio gratuito comprensivo di assistenza tecnica; costo test. Durata contratto 12 mesi eventualmente rinnovabile di 1 anno.

Sistema analitico completo per il rilevamento del RNA del virus SARS COV 2 con tecnica RT –PCR con le seguenti caratteristiche:

1. Sistemi che non prevedano fase di estrazione
2. Sistema che identifichi i target previsti da WHO e comprenda un controllo interno esogeno.
3. L’intero processo, dalla dispensazione del campione. alla produzione dei risultati *deve essere garantito entro le 2,5 ore (150 minuti)*; la produttività nelle 16 ore può essere garantita con più strumenti.
4. Garanzia di consegna entro la prima settimana di dicembre 2021. Sono accettati anche sistemi non nuovi di fabbrica purchè perfettamente funzionanti
5. esecuzione di almeno 2.500 test nelle 16 ore (esclusi di controlli calibrazioni) con caratteristiche di massima flessibilità e minimo ingombro.

Silvia Mingardi

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051 6079940
silvia.mingardi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



6. Qualora i sistemi proposti siano da banco devono essere completi di adeguato supporto.
7. Massima automazione e minima manipolazione da parte dell'operatore
8. collegamento al LIS con tracciabilità completa dal campione primario mediante riconoscimento del barcode, tracciabilità di tutte le fasi intermedie fino al dato in refertazione attraverso software interpretativo
9. Flessibilità del sistema in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLUA/B)
10. Compatibilità con i sistemi di tampone ora in uso (eNat, UTM ref 358C, lollisponge)
11. Certificazione CE IVD *delle componenti sistema proposto*
12. *Garanzia di fornitura del materiale consumabile e reagenti necessari alla esecuzione di suddetti test per l'intero periodo contrattuale*
13. Formazione del personale durante la fase di installazione e durante il periodo contrattuale su specifica richiesta del cliente
14. *Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione dei dispositivi componenti guaste) entro 24h solari dalla richiesta*

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all'indirizzo di posta elettronica silvia.mingardi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno **18/11/2021**.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Silvia Mingardi