



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0146885
DATA: 04/12/2018
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.1 Sistema per la perfusione ipotermica e il monitoraggio di fegato e rene dopo l'espianto, completi di materiale di consumo e dei servizi connessi (manutenzione, assistenza tecnica, formazione del personale, ecc).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0146885_2018_Lettera_firmata.pdf	Petrucci Di Vacone Pandolfo	E367B8AE4D5109E86A45BEBE8961BA33 FA563E41B72A7EFBFCB2E7CA93F9F10D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.1 Sistema per la perfusione ipotermica e il monitoraggio di fegato e rene dopo l'espianto, completi di materiale di consumo e dei servizi connessi (manutenzione, assistenza tecnica, formazione del personale, ecc).

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il sistema indicato in oggetto, con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

Apparecchiatura

- sistema di perfusione d'organo in ipotermia (4-11 °C) ossigenata
- monitoraggio tramite monitor integrato di almeno i seguenti parametri: flusso e pressione
- presenza di allarmi acustici e visivi
- possibilità di registrare ed esportare dati
- sistema utilizzabile durante la fase di preparazione dell'organo per ridurre i tempi di ischemia
- possibilità di lavare l'organo e poi in un secondo momento di far ricircolare il liquido di perfusione


Materiale di consumo

Le apparecchiature devono essere fornite con tutto il materiale di consumo necessario all'esecuzione di almeno n. 110 trattamenti totali (55 trattamenti fegato, 55 trattamenti reni), in particolare:

- Set sterili monouso, comprensivi di tutti gli accessori sterili monouso necessari per ogni trattamento, incluse cannule
- Set di soluzioni di riempimento e di mantenimento sterili, comprensivi di tutti gli accessori necessari all'utilizzo dell'apparecchiatura

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare *la sola documentazione tecnica* allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan fax 051 6079989, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it oppure daniela.cavedoni@ausl.bologna.it, entro e non oltre le ore 9 del giorno 20.12.2018.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.



per Dr.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi

Daniela Cavedoni
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079638
daniela.cavedoni@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202