



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0066101
DATA: 01/06/2022
OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica su apparecchiature di produzione Advanced Sterilization Products Modello Sterrad NX per AUSL Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0066101_2022_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	3AAB10045D201373B660CD19AF6B2E7C AC8BA3026D7CDD2026FC013DF4FDE2F7



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica su apparecchiature di produzione Advanced Sterilization Products Modello Sterrad NX per AUSL Bologna

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto il servizio di manutenzione pluriennale su apparecchiature per STERILIZZAZIONE CHIMICA (GAS PLASMA) di produzione ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS secondo le tipologie contrattuali sotto riportate, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016:

FABBISOGNO/SERVIZI RICHIESTI:

Tipologia di Contratto	Descrizione
FULL RISK (FRI)	Contratto "tutto compreso": include mano d'opera, manutenzione preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. A discrezione dell'Azienda Committente potrà essere svolto un intervento di primo livello effettuato con tecnici "interni" all'Azienda stessa.

PRODUTTORE/FABBRICANTE:

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

CLASSE E MODELLO:

CLASSE	MODELLO	SERIALI
STERILIZZAZIONE	CHIMICA, STERRAD 100 NX	1041110019
APPARECCHIO PER		1041110020 33110021

Dario Bani

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079762
dario.bani@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO ANNO: € 30.000 OFC

REQUISITI MINIMI CONTRATTO DI TIPO FULL RISK :

Il contratto di manutenzione di tipo full risk deve includere le apparecchiature ed i relativi accessori
Requisito minimi richiesti:

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva
- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici (CE 93/42 - RUE 2017/745) **per lo specifico apparecchio**
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) a richiesta della macchina
- Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettriche con cadenza annuale
- Aggiornamenti software
- Gestione aggiornamenti e revisioni conseguenti eventuali avvisi di sicurezza

LIVELLI DI SERVIZIO

- **Orari di lavoro**

lun-ven 8.00-17.00

- **Tempistiche**

Tempi intervento: 4 ore lavorative dalla chiamata, 2 ore in caso di materiale bloccato in macchina

Tempi di ripristino: 1 giorno lavorativo dalla chiamata

Invio rapporti di lavoro: entro 24 ore solari dall'intervento, inoltro dei rapporti tecnici all'Ingegneria Clinica (mail: manutenzioni.sic@ausl.bologna.it)

- **Interventi periodici**

verifica di sicurezza elettrica annuale

manutenzione preventiva a richiesta della macchina

ULTERIORI CONDIZIONI:

- in caso di dismissione del sistema prima della scadenza contrattuale: interruzione del contratto e della fatturazione dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione scritta di dismissione



- Penale in caso di segnalazione da parte degli utilizzatori su ritardi/disservizi: 1,0% del canone per singolo apparecchio

Le Ditte dovranno produrre evidenza formale del possesso dei requisiti minimi richiesti in sede di conferma di interesse.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e' pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero all' indirizzo e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 21 **.06.2022**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Dario Bani