



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0004629
DATA: 18/01/2021
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO CON CARATTERE DI URGENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 4 SISTEMI MOTORIZZATI PER ATTIVITA' CHIRURGICA OTORINO OCCORRENTE ALL'AOU DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0004629_2021_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	4DD7D2132AC99F145F7D64F722823240A 10F9D8353FA040116433B091A39885C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO CON CARATTERE DI URGENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 4 SISTEMI MOTORIZZATI PER ATTIVITA' CHIRURGICA OTORINO OCCORRENTE ALL'AOU DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

Sistema destinato a incisione e taglio, rimozione, perforazione e dieresi di tessuto molle e duro, di osso e biomateriali nelle procedure chirurgiche di otorinolaringoiatrica e otoneurochirurgia.

Centralina completa di pedale e cavi di collegamento

Sistema dotato di pompe integrate per l'irrigazione delle frese e refrigeramento

Dotato di monitor touch screen per la gestione delle impostazioni (selezione manipolo, modalità di rotazione, velocità, portata di irrigazione, accelerazione)

Devono essere inclusi i seguenti motori:

- n. 9 trapani elettrici ad alta velocità completi di cassetta di sterilizzazione completi dei seguenti manipoli:
 - n. 4 perforatori
 - n. 4 craniotomi adulti e pediatrici
 - n. 5 manipoli curvi e/o retti da 7 a 9 cm
 - n. 4 manipoli curvi e/o retti da 10 a 15 cm
- n. 2 trapani otologici ad alta velocità
- n. 4 trapani di dimensioni limitate e leggeri per procedure chirurgiche dell'orecchio medio
- n. 2 microdebrider ad alta velocità (non inferiore a 30.000 rpm in modalità avanzamento e 7.500 rpm in modalità oscillante)

Materiale monouso che deve essere disponibile:

- Frese a sfera taglienti e diamantate
- Frese a punta di fiammifero taglienti e diamantate



- Frese a ghianda taglienti e diamantate
- Frese cilindriche taglienti e diamantate
- Lame per craniotomo
- Frese taglio laterale
- Frese transnasali dotate di irrigazione integrata disponibili in varie forme e lunghezze. Destinate ad applicazioni craniali e otologiche.
- Lame per microdebrider

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all'indirizzo di posta elettronica servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it e angela.melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 26.1.2021.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi