

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0104645
DATA: 20/09/2022
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in noleggio di sistema per Immunoistochimica da destinare alla ricerca (no IVD).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0104645_2022_Lettera_firmata.pdf	Campa Rosanna	FD84CA984F17771EE1F8B5F9A82F7C047 EF7A667BDCEE384CF375152B1CBBCB3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo
UOC Servizio Acquisti di Area Vasta
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in noleggio di sistema per Immunoistochimica da destinare alla ricerca (no IVD).


Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema in oggetto, qualora l' Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste sotto indicate, dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti (strumentazione, analiti, reagenti, ecc.) fornibili.

Caratteristiche peculiari:

- 1) sistema per esecuzione di ricerca immunoistochimica con possibilità di eseguire immunoistochimica multipla in campo chiaro fino a 8 colori;
- 2) caricamento in continuo dei reagenti e dei vetrini da processare;
- 3) Tecnologia che permetta il riscaldamento di ogni singolo vetrino secondo protocollo stabilito dall'operatore (personalizzazione);
- 4) Utilizzo di un reagente oleoso (liquid Coverslip) da dispensare sul vetrino per ottimizzare la velocità di reazione;
- 5) Metodiche Ihc, Ish, RNAscope completamente aperte.

Le ditte interessate dovranno indicare il sistema proposto, e produrre una sintetica relazione che specifichi, per ognuno dei punti, le caratteristiche del sistema proposto.





Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica silvia.mingardi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno **06/10/2022**.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa



Silvia Mingardi
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051 6079940
silvia.mingardi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202