

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0031258
DATA: 11/11/2021
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di Sistema di conservazione protetta a breve termine degli endoscopi necessario per L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Andrea Ferrocì

CLASSIFICAZIONI:

- [07-03-02]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0031258_2021_Lettera_firmata.pdf	Ferrocì Andrea	84FDFF49AEE080D5C4C8246539D7EB50 FC620E607A0E131D2456B3E77366CF8D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

OPERATORI ECONOMICI VARI
0000000000 00000000
000000 000000 (000000)

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di Sistema di conservazione protetta a breve termine degli endoscopi necessario per L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

Si informa che questa Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara sta effettuando un'indagine di mercato per la fornitura di un "Sistema di conservazione protetta a breve termine degli endoscopi" da utilizzare presso l'Azienda Ospedaliera stessa.


Le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti.

Sistema di movimentazione e conservazione a breve termine di endoscopi, composto da:

- confezioni di sacchetti sterili con codifica-colore che permettono di identificare immediatamente gli endoscopi puliti o contaminati.
- carrelli con gli appositi vassoi (minimo 6) per conservare gli endoscopi a breve termine in un ambiente protettivo per ogni endoscopio disinfettato.


Le quantità indicative sono quelle sotto indicate:

SEDI ATTIVITA' ENDOSCOPICHE	CONTIPOLOGIA ENDOSCOPI	DIN° /ANNO	ENDOSCOPIEN°	carrelliIN° a 6 vassoi	vassoiIN° /contenitori per trasporto stoccaggio endoscopi /sonde	CNF di SET STERILI MONOUSO (CNF da 200 set)
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	Gastroscoopi	10.000	6	36	50	
C.d.C 98.1	Colonscoopi Duodenoscoopi Enteroscoopi Ecoendoscoopi					
ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	Broncoscoopi	3000	1	6	15	



SEDI ATTIVITA' ENDOSCOPICHE	CONTIPOLOGIA ENDOSCOPI	DIN° /ANNO	ENDOSCOPIEN°	carrelliIN° a 6 vassoi	/contenitori per trasporto stoccaggio endoscopi /sonde	vassoiN° TELI eMONOUSO (CNF da 200 set)	di SET STERILI
C.d.C 95.7 U.O.A.R.U.	Broncoscopi	800	2	12	4		
C.d.C 26.1 U.O.A.R.O.	Broncoscopi	800	2	12	4		
C.d.C 25.1 ENDOSCOPIA CARDIOLOGICA	Sonda TE	1200	1	6	6		
C.d.C 21.3 - 21.A BLOCCO 24 O.	S.Broncoscopi	360	1	B.O. . 24	12	2	
BLOCCO 9 S.O.				1 B.O. 9			
C.d.C SO.1 BLOCCO 21-22 S.O.	Broncoscopi	600	2	12	3		
C.d.C SO.2	Endoscopi flessibili urologici						
TOATALE		16.760	16	96	84		

Si invitano pertanto le ditte interessate a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura in argomento, inoltrando **entro le ore 13.00 del 29 novembre 2021** all'indirizzo: **protocollo@pec.ospfe.it** e mail: **t.cavallari@ospfe.it** e **a.rossi@ospfe.it** e **s.bennati@ausl.fe.it** quanto segue:



- 1) dichiarazione di poter fornire i prodotti richiesti
- 2) scheda tecnica dei dispositivi e certificazione di conformità alla direttiva 98/79/CE (marcatura CE)
- 2) nota contenete la dichiarazione che non sussiste a carico al candidato alcuno dei motivi di esclusione dalle gare previsti dall' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016

La documentazione prodotta dovrà indicare come oggetto: **“Riscontro a Indagine di mercato per fornitura di Sistema di conservazione protetta a breve termine degli endoscopi necessario per l' Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara”.**

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo né la ditta che intende candidarsi alla partecipazione alla procedura di gara, né l'Azienda Ospedaliera di Ferrara ad avviare la procedura di selezione o, in caso di avvio della procedura, a mantenere invariate le caratteristiche e condizioni sopra riportate. Non sono infine previste graduatorie, né punteggi, né classifiche, essendo la finalità del presente avviso unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici ad eseguire la fornitura sopra indicata.

Il Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
Dott. Andrea Ferrocì

Firmato digitalmente da:
Andrea Ferrocì

Responsabile procedimento:
Andrea Ferrocì