



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0036598  
DATA: 02/04/2020  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A PROTESI STENT TRANSENERICO per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna, Imola e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e Ferrara, AVEC

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036598_2020_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	FC7241240617E0305B693182A7C63D295 0618A5CAFFFD532B4220CD59DC3E158



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI  
LORO SEDI

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A PROTESI STENT TRANSENERICO per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna, Imola e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e Ferrara, AVEC

Dovendo procedere a un'indagine conoscitiva di mercato relativa a **Protesi Stent transenterico** si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il dispositivo medico in oggetto, meglio descritto nel dettaglio come segue:

**Descrizione dettagliata** : Stent con marker radiopachi premontato su sistema di rilascio. Il sistema di rilascio deve avere funzionalità di elettrocauterizzazione, adatto per ecoendoscopia-

**Misure** : diametri vari da 6 a 20mm circa, lunghezze 8 e 10mm circa.

In caso positivo, si prega di inviare la sola documentazione tecnica dei prodotti al Servizio Acquisti Metropolitan di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica **paolamaria.gritti@ausl.bologna.it** entro le ore 12:00 del giorno **17/04/2020**.

A disposizione per ogni ulteriore informazioni, si inviano cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:  
Paola Maria Gritti