



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0037963
DATA: 06/04/2020
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A SISTEMA DI ABLAZIONE
ENDOSCOPICA per le esigenze dell'AVEC

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0037963_2020_Lettera_firmata.pdf	Testa Anna Maria	0AFED0884290BD04EDD9C5F8D1855663 EF8030E7531F6053FB060F58BD2337A7



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A SISTEMA DI ABLAZIONE ENDOSCOPICA per le esigenze dell'AVEC

Dovendo procedere a un'indagine conoscitiva di mercato relativa a **Sistema di ablazione endoscopica, con tecnologia laser per l'isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale**, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il dispositivo medico in oggetto, meglio descritto nel dettaglio come segue:

Il sistema deve contenere i seguenti componenti/accessori:

- Console per la gestione dell'immagine endoscopica e la definizione dei parametri dell'energia laser
- Catetere sterile monouso, dotato di pallone gonfiabile, che eroga l'energia laser per produrre l'ablazione termica
- Endoscopio per la visualizzazione real time del catetere durante la procedura di ablazione delle vene polmonari
- Introduttore transettale deflettibile per l'inserimento del catetere per via percutanea
- Liquido di riempimento del pallone gonfiabile

In caso positivo, si prega di inviare la sola documentazione tecnica dei prodotti al Servizio Acquisti Metropolitan di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica **paolamaria.gritti@ausl.bologna.it** entro le ore 12:00 del giorno **21/04/2020**.

A disposizione per ogni ulteriore informazioni, si inviano cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:
Anna Maria Testa

Responsabile procedimento:
Paola Maria Gritti