



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0075642  
DATA: 29/06/2022  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN GENERATORE LASER  
DESTINATO A U.O. UROLOGIA OSPEDALE MAGGIORE –AUSL DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0075642_2022_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	8F84B2B408FF882396186EA388F90A6BE 0133B637F92AF2481F119D71719A8AD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori economici  
Loro sedi

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN GENERATORE LASER DESTINATO A U.O. UROLOGIA OSPEDALE MAGGIORE –AUSL DI BOLOGNA**

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura meglio indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

- Unico generatore modalità continua/pulsata ad alta frequenza Thulium e Holmium-like;
- Trattamento contestuale calcinosi/tessuti molli con 50 livelli di regolazione;
- Ridotto effetto repulsione nella frammentazione calcoli;
- Enucleazione prostata con metodica Thulep e Holep -like.

Il tutto con unica macchina e fibra.


Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare dichiarazione di manifestazione di interesse con la documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it e all'indirizzo di posta elettronica g.vallesi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 15.07.2022.

Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore; pertanto, si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante (IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto .

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.



Firmato digitalmente da:  
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:  
Giuseppe Giorgi