

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggregata, espletata in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la chirurgia vascolare e radiologia interventistica suddivisa in 122 Lotti

Verbale n. 8
(Seduta riservata)

Alle ore 12.30 del giorno 27 novembre 2019, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Paolo Faccendini	Presidente
Dott. Daniele Morosetti	Componente
Dott. Mauro Fresilli	Componente
Dott.ssa Assunta Carlomagno	Segretario Verbalizzante

La Commissione, dopo aver valutato i Lotti dal 6 al 14 nella precedente seduta, riprende i lavori di competenza dal Lotto 45.

Le valutazioni effettuate dalla Commissione nella seduta odierna sono riportate nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, dove per ciascun Lotto esaminato sono indicati:

1. offerte presentate;
2. punteggi massimi per singolo criterio previsti dall'Allegato 1B-Criteri di valutazione del Disciplinare di gara;
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per singolo criterio, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi, prima e dopo la riparametrazione per singolo criterio ove effettuata;
4. punteggi totali per offerta risultanti dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri.

Ad esito della valutazione risultano escluse, per i Lotti di seguito indicati, le seguenti offerte per i motivi a fianco specificati:

- Lotto 45 SISTEMA ENDOVASCOLARE PER TROMBOASPIRAZIONE:

Nessuna esclusione.

- Lotto 46 SISTEMA PER TROMBECTOMIA MECCANICA:

Nessuna esclusione.

- Lotto n. 47 CATETERE A PALLONCINO PER OSTRUZIONI DISTALI:

VIOLATECH SRL per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

- Lotto 48 CATETERI PER ANGIOPLASTICA VASI DI GROSSO CALIBRO:

AB MEDICA S.P.A, GADA ITALIA S.P.A. per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

Risultando escluse dopo la valutazione tecnica tutte le offerte presentate per il Lotto 48, lo stesso NON VA ad aggiudicazione.

- Lotto 49 CATETERI PER ANGIOPLASTICA AD ALTA PRESSIONE:

VIOLATECH SRL, H.D. HEALTH DEFENCE SPA e NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S. DI ANGELO POLIDORI per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

- Lotto 50 CATETERI PER ANGIOPLASTICA IDROFILICI:

AB MEDICA SPA per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo di 36 punti, come previsto al punto 18.1 e 18.4 del Disciplinare di gara; H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A, VIOLATECH SRL, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, ENDOVASCULAR SERVICE SRL per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

- Lotto 51 CATETERI DA PTA PERIFERICA PER ACCESSO OMERALE:

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, H.D. HEALTH DEFENCE SPA per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo di 36 punti, come previsto al punto 18.1 e 18.4 del Disciplinare di gara.

- Lotto 52 CATETERI PER PTA PERIFERICA INFRAPOPLITEI:

VIOLATECH SRL, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, KASTER SRL, H.D. HEALTH DEFENCE SPA, BALMED SRL, GADA ITALIA SPA per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

- Lotto 53 PALLONE SEMI-COMPLIANTE PER PTA:

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo di 36 punti, come previsto al punto 18.1 e 18.4 del Disciplinare di gara;
VIOLATECH SRL, KASTER SRL, H.D. HEALTH DEFENCE SPA, BALMED S.R.L e NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S. DI ANGELO POLIDORI per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

- Lotto 54 CATETERI DA PTA MEDICATI PER SFA:

BALMED S.R.L. per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo di 36 punti, come previsto al punto 18.1 e 18.4 del Disciplinare di gara.

- Lotto 55 CATETERI DA PTA MEDICATI PER SFA (diametri tra 5mm e 7mm):

B. BRAUN MILANO SPA per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo di 36 punti, come previsto al punto 18.1 e 18.4 del Disciplinare di gara.

- Lotto 56 CATETERI PER DILATAZIONE PERIFERICA:

Nessuna esclusione.

- Lotto 57 CATETERE OCCLUSIONE GRANDI VASI:

AB MEDICA SPA per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

- Lotto n. 58 CATETERI A PALLONCINO RICOPERTI IN NITINOL:

VIOLATECH SRL per prodotto non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara per le motivazioni riportate nel prospetto allegato.

Si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale: prospetto valutazioni offerte tecniche dal Lotto 45 al Lotto 58.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 17.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

F.to Dott. Paolo Faccendini

F.to Dott. Daniele Morosetti

F.to Dott. Mauro Fresilli

Il Segretario:

F.to Dott.ssa Assunta Carlomagno