

Sassuolo 12/02/2021

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Per la predisposizione di una procedura di affidamento con procedura negoziata senza bando di gara (D.Lgs. 50/2016 ex dall'art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020) - Aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA PER VIDEOBROCOSCOPIA - ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND (EBUS) [CND Ro7]

L'Ospedale di Sassuolo rende noto che, preordinato alla procedura di affidamento in oggetto, intende avvalersi della consultazione preliminare di mercato alle condizioni degli Art. 66 e 67 del Codice Appalti ("Codice") al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla eventuale procedura negoziata di affidamento.

Gli esiti della consultazione di mercato potranno essere utilizzati per:

- 1) Successiva procedura di "affidamento con procedura negoziata senza bando di gara" pubblicata da Ospedale di Sassuolo SpA per fornitura di un sistema per videobrocoscopia - endobronchial ultrasound (EBUS) [CND Ro7] per l'Ospedale di Sassuolo.

Si invitano tutti gli Operatori Economici (OE) interessati a partecipare alla "consultazione":

1. Manifestando l'interesse a partecipare all'eventuale procedura di selezione.

Tale comunicazione, verrà perfezionata trasmettendo, compilato e firmato, il documento "Documentazione Amministrativa" allegato alla Procedura.

2. Inviando eventuali contributi ritenuti utili alla preparazione della successiva procedura di selezione.

La forma dei contributi è libera purché sintetica e strutturata.

In generale, sono oggetto di contributo gli elementi previsti nel comma 2 dell'Art. 66 del Codice.

Non sono richiesti contributi in merito alla tipologia di procedura e ai criteri di aggiudicazione da utilizzare per l'individuazione dell'aggiudicatario.

Possono essere oggetto di contributo brochure, schede tecniche o altro materiale informativo relativo ai beni/servizi proponibili dall'OE.

Sarà cura degli OE evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

L'invio dei contributi, facoltativo, verrà perfezionato trasmettendo la documentazione nell'apposita sezione della procedura.

3. Comunicando la propria disponibilità a descrivere attraverso una "presentazione" degli elementi tecnico/economici di rilievo relativi ai beni/servizi commercializzati nel rispetto della destinazione d'uso indicata.

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.

Delibera n.102/09 della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna // Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda USL di Modena // Sede

legale: Via F. Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) // C.F. e P.I. 02815350364 – Cap. Soc. € 7.500.000,00 I.V.

Tel. 0536 846294 www.ospedalesassuolo.it // ospedale@pec.ospedalesassuolo.it // dirgen@ospedalesassuolo.it

La presentazione tecnica dei beni/servizi sarà su invito, non obbligatoria, nella modalità che verrà definita e comunicata a seguito della scadenza dei termini per la manifestazione di interesse.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli estremi per la partecipazione sono indicati nella testata dell'avviso pubblicato sulla piattaforma SATER [IntercentER]:

| | |
|-----------------------|--|
| Fascicolo di Sistema: | |
| Registro di Sistema: | |

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma SATER. Ugualmente, la trasmissione della documentazione utile alla partecipazione dovrà essere trasmessa attraverso la piattaforma SATER.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possedere i requisiti di cui all'Art. 45 del Codice.

Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del Codice.

Possedere requisiti tecnici di partecipazione di cui all'Art. 83 del Codice in quanto applicabili.

AVVERTENZE

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Ospedale di Sassuolo SpA e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

La presente "consultazione" non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli articoli 1336 e 1989 del Codice civile.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo L'Ospedale di Sassuolo SpA nei confronti dei soggetti interessati.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura ai sensi del Codice (D.Lgs. 50/2016 ex D.L. 76/2020)

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quanto indicato nelle successive sezioni.

L'Ospedale di Sassuolo SpA può interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

L'Ospedale di Sassuolo SpA si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e "a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza".

QUADRO ECONOMICO

La stima del quadro economico è pari a: 140.000 € IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza.

ESIGENZE FUNZIONALI

L'ecoendoscopia bronchiale ultrasonografica (videobroncoscopia EBUS-TBNA) è una procedura videobroncoscopica invasiva classificata tra le tecniche di pneumologia interventistica con l'obiettivo di campionare prevalentemente le lesioni linfonodali mediastiniche neoplastiche e infiammatorie.

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.

Delibera n.102/09 della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna // Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda USL di Modena // Sede

legale: Via F. Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) // C.F. e P.I. 02815350364 – Cap. Soc. € 7.500.000,00 I.V.

Tel. 0536 846294 www.ospedalesassuolo.it // ospedale@pec.ospedalesassuolo.it // dirgen@ospedalesassuolo.it

Tale procedura prevede l'impiego di videobroncoscopi dotati all'estremità di specifici trasduttori, di dimensioni tollerabili nell'albero bronchiale (6-7 mm), che consentono di effettuare ecografie ad alta risoluzione della parete bronchiale.

Il progetto dell'EBUS presso l'Ospedale di Sassuolo SpA si inserisce in un contesto di rete broncoscopica provinciale in cui l'Ospedale dovrebbe eseguire indicativamente 100 procedure / anno.

Il progetto complessivo prevede in una prima fase l'acquisizione di una piattaforma per videobroncoscopia EBUS a cui potrebbe seguirà una successiva implementazione in ambito gastroscopico (ecoendoscopia gastroscopica o EUS).

La consistenza del parco tecnologico installato presso la Struttura Semplice di Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di Sassuolo potenzialmente di interesse per l'integrazione della fornitura con la tecnologia già disponibile è sintetizzata nella tabella:

| <i>Tipo</i> | <i>CND</i> | <i>Repertorio</i> | <i>Codice fabbricante</i> |
|--|------------|-------------------|---------------------------|
| VIDEOBRONCOSCOPIO | Z12020802 | 50250 | EB-1970K |
| VIDEOBRONCOSCOPIO | Z12020802 | 50250 | EB-1570K |
| VIDEOBRONCOSCOPIO | Z12020802 | 770639 | EB-1575K |
| VIDEOBRONCOSCOPIO | Z12020802 | 1434756 | EB15-J10 |
| VIDEOPROCESSORE | Z12020406 | 1434791 | EPK-I7010 |
| VIDEOPROCESSORE | Z12020406 | 1434791 | EPK-I7010 |
| VIDEOPROCESSORE | Z12020406 | 63557 | EPK-I5000 |
| MONITOR PER VISUALIZZAZIONE DI BIOIMMAGINI | Z11900802 | 1936129 | PV638 |
| MONITOR PER VISUALIZZAZIONE DI BIOIMMAGINI | Z11900802 | 1936129 | PV638 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

La sistema PER BROSCOSCOPIA - EBUS (fornitura), di alta fascia, dovrà essere in grado di consentire la completa funzionalizzazione dell'attività di secondo livello EBUS-TBNA ed integrarsi eventualmente anche alla dotazione tecnologica di sopra riportata.

Tale fornitura dovrebbe essere caratterizzata da:

- 1) Videobroncoscopio per condurre indagini per EBUS-TBNA;
- 2) Ecotomografo di alta fascia compatibile con la fornitura in acquisizione: dovrebbe essere predisposto per eventuali ed ulteriori implementazioni per EUS;
- 3) Ampia compatibilità con i videoprocessori endoscopici disponibili;
- 4) Eventuale strumentario esclusivo per la procedura in oggetto.

Ufficio Acquisti

Davide Lunati