

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Lotto 1 - FORNITURA DI POLTRONE GINECOLOGICHE PER LE ESIGENZE DEL NUOVO POLO MATERNO INFANTILE DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Descrizione della fornitura e della destinazione d'uso

La presente procedura ha come oggetto la fornitura di n. 17 poltrone ginecologiche per l'allestimento del nuovo Polo Materno Infantile delle quali:

- n. 13 poltrone da destinare agli ambulatori di ostetricia;
- n. 3 poltrone da destinare al pronto soccorso ostetrico ginecologico;
- n. 1 da destinare agli ambulatori della ginecologia.

I sistemi richiesti dovranno garantire, sia in modalità poltrona che in modalità lettino, elevate prestazioni in termini di stabilità, confort, accessibilità e sicurezza del paziente nonché una ottimale gestione da parte dell'operatore sanitario.

Caratteristiche tecniche di minima

Le caratteristiche di seguito indicate dovranno essere considerate minimali e imprescindibili. La mancanza di una sola delle caratteristiche seguenti determinerà la non conformità dell'apparecchiatura offerta. Per ciascuna delle caratteristiche richieste dovrà essere indicato il riferimento al manuale o alla scheda/relazione tecnica pena la non valutazione della caratteristica e l'esclusione dalla procedura.

- Possibilità di trasformare la poltrona in lettino da visita in modo agevole compatibilmente con le prescrizioni dei servizi aziendali competenti (SPP) in merito alla limitazione della movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 81/08)
- Poltrona senza meccanismi a vista, con struttura in lamiera di acciaio e rivestimento della superficie d'appoggio in materiale robusto, resistente e ignifugo
- Presenza nella struttura di uno strato con vernice antimicrobica
- Sedile, schienale e poggiatesta con imbottitura anatomica totalmente priva di cuciture esterne
- Rivestimento in similpelle trattato con proprietà antibatteriche
- Superfici lisce e prive di angoli per garantire una facile pulizia e la massima igiene
- Funzioni della poltrona regolate elettricamente. In particolare le movimentazioni e regolazioni dello schienale e dell'altezza devono essere elettrificate, regolabili separatamente e in modo indipendente (senza alcuna reciproca limitazione)
- Altezza di accesso pari indicativamente a 55 cm per garantire un agevole e sicuro accesso al paziente
- Regolazione elettrica dell'altezza durante l'esecuzione della procedura indicativamente da 60 cm a 90 cm
- Regolazione elettrica dello schienale con inclinazione indicativamente di 50°
- Regolazione elettrica del sedile con funzione Trendelenburg/Antitrendelenburg
- Regolazioni silenziose e fluide di tutte le funzioni della poltrona attivabili sia da pedaliera che da tastiera a mano

- Carico di lavoro sicuro non inferiore a 200 kg
- Ridotti ingombri e dimensioni
- Presenza di ruote per un'agevole movimentazione, con sistema di bloccaggio ruote su entrambi i lati

Accessori richiesti in dotazione in tutte le poltrone

- Vaschetta raccogli-liquidi estraibile in acciaio inox con supporto regolabile e con capienza di almeno 2,5 litri
- Cuscino per poggiatesta
- Piano poggia gambe estraibile con sistema a scomparsa
- Alloggiamento per il rotolo di carta
- Pulsantiera a mano multifunzione che garantisca la gestione di tutte le regolazioni elettrificate della poltrona
- Presenza di un supporto per il posizionamento della pulsantiera sulla poltrona
- Pulsantiera a pedale multifunzione e impermeabile ai liquidi che permetta la regolazione delle medesime funzioni presenti nella pulsantiera a mano

Ulteriori accessori richiesti in dotazione nelle poltrone da destinare agli ambulatori di ostetricia (n. 13 poltrone)

- Piano poggia gambe imbottito con rivestimento in similpelle montabile sulla poltrona per trasformarla in lettino da visita. Il piano dovrà essere tale da garantire un elevato confort alla paziente durante lo svolgimento di ecografie addominali anche di lunga durata.
- Coppia di poggiatesta, metodo Goepel. I poggiatesta dovranno essere facilmente rimovibili o ruotabili di lato alla poltrona fino a 180° per garantire un comodo accesso sia frontale che laterale alla poltrona anche per pazienti con difficoltà motorie.

Ulteriori accessori della poltrona richiesti in dotazione nelle poltrone da destinare al pronto soccorso ostetrico ginecologico (n. 3 poltrone)

- Coppia di poggiatesta, metodo Goepel. I poggiatesta dovranno essere facilmente rimovibili o ruotabili di lato alla poltrona fino a 180° per garantire un comodo accesso sia frontale che laterale alla poltrona anche per pazienti con difficoltà motorie.

Ulteriori accessori della poltrona richiesti in dotazione nelle poltrone da destinare agli ambulatori della ginecologia (n. 1 poltrona)

- Coppia di poggiatesta con maniglie integrate regolabili elettricamente e in modo indipendente rispetto alle altre movimentazioni della poltrona

Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione

Per ciascuna delle caratteristiche incluse in offerta e oggetto di valutazione dovrà essere indicato il riferimento al manuale o alla scheda/relazione tecnica e, dove esplicitamente richiesto, dovranno essere inoltre forniti video/immagini dimostrative a supporto della documentazione tecnica, pena la non valutazione della caratteristica.

Di seguito le caratteristiche oggetto di valutazione.

- Carico massimo di lavoro sicuro
- Ingombro minimo e massimo della poltrona
- Presenza di indicatori di avviso in caso di superamento della portata e di eventuali anomalie della poltrona
- Possibilità di memorizzare almeno 4 posizioni richiamabili tramite pedaliera e tastiera a mano
- Manovrabilità e semplicità di utilizzo per gli operatori sanitari:
 - Modalità di montaggio/smontaggio e regolazione dei poggiamambe Goepel
 - Movimentazioni e regolazioni meccaniche ed elettrificate della poltrona
 - Workflow di preparazione paziente per visita ostetrico ginecologica con poggiamambe Goepel
 - Workflow di preparazione paziente per ecografia addominale con poltrona in modalità lettino con piano poggia gambe imbottito. Operazioni necessarie per passare dalla modalità lettino alla modalità poltrona (con poggiamambe Goepel) per condurre un'ecografia transvaginale sulla stessa paziente
- Soluzioni atte a garantire e ottimizzare la pulizia e la sanificazione della poltrona
 - Superfici continue, regolari, lisce e chiuse. Assenza di fori, angoli e cuciture
 - Sezioni rimovibili per pulizia, sanificazione e per l'eventuale sostituzione (es. imbottitura schienale e seduta amovibile/solleevabile)
- Ergonomia, confort e stabilità della poltrona per ogni tipologia di paziente
 - Dimensioni e caratteristiche della colonna e della struttura alla base della poltrona tali da garantirne la massima stabilità
 - Larghezza della seduta e dello schienale interamente imbottiti e rivestiti in similpelle
 - Dimensioni, carico di lavoro sicuro e continuità rispetto alla poltrona del piano poggia gambe imbottito con rivestimento in similpelle per convertire la poltrona in lettino da visita
- Facilità di accesso alla poltrona per tutte le tipologie di paziente
 - Modalità di accesso alla poltrona sia frontale che laterale per pazienti deambulanti e non deambulanti