

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Lotto 2 - FORNITURA DI LETTI PER TRAVAGLIO, PARTO E POST-PARTO PER LE ESIGENZE DEL NUOVO POLO MATERNO INFANTILE DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Descrizione della fornitura e della destinazione d'uso

La presente procedura ha come oggetto la fornitura di n. 8 letti da parto per l'allestimento del nuovo Polo Materno Infantile per consentire tutte le posizioni naturali durante travaglio e parto in grado di garantire un elevato numero di posizioni di parto naturale e parto operativo.

Il letto deve garantire anche la possibilità di posizionamento anche del partner.

I sistemi richiesti dovranno garantire, sia in modalità poltrona che in modalità lettino, elevate prestazioni in termini di stabilità, confort, accessibilità e sicurezza del paziente nonché una ottimale gestione da parte dell'operatore sanitario.

Caratteristiche tecniche di minima

Le caratteristiche di seguito indicate dovranno essere considerate minimali e imprescindibili. La mancanza di una sola delle caratteristiche seguenti determinerà la non conformità dell'apparecchiatura offerta. Per ciascuna delle caratteristiche richieste dovrà essere indicato il riferimento al manuale o alla scheda/relazione tecnica pena la non valutazione della caratteristica e l'esclusione dalla procedura.

- Struttura del letto e della sezione piedi in lamiera di acciaio verniciata
- Il letto deve essere composto da una unità principale e una sezione piedi su ruote che all'occorrenza potrà essere movimentata
- L'unità principale deve essere composta da una sezione schienale e una sezione bacino con le seguenti movimentazioni ad attuazione elettrica gestibili separatamente con un motore dedicato:
 - regolazione in altezza dell'unità principale da circa 65 cm ad almeno 90 cm
 - regolazione sezione schienale da 0° ad almeno 75°
 - regolazione del bacino da 0° ad almeno 25°
 - regolazione trendelemburg 0°/-12°
 - regolazione sezione poggipiedi da circa 50 cm ad almeno 90 cm
- Il letto deve essere movimentabile per garantire la pulizia del locale
- Portata del letto non inferiore a 350 kg
- Larghezza della superficie di appoggio del letto non inferiore a 95 cm
- La sezione piedi deve essere completamente separabile e staccabile dall'unità principale. Deve essere regolabile elettricamente in altezza tramite motore dedicato. Deve essere movimentabile con ruote. Tale sezione deve consentire la realizzazione di:
 - una superficie unica con la sezione bacino e schienale
 - un appoggio piedi
 - uno sgabello (deve essere dotato di poggiaschiena ulteriore rispetto a quello previsto per il letto)

- Le movimentazioni dovranno avvenire tramite due pulsantiere a cavo poste ai lati del letto, attuabili singolarmente o simultaneamente
- Il letto deve essere alimentato elettricamente da rete e deve essere dotato di batteria. Deve essere presente l'indicazione di carica batteria
- Il letto deve essere dotato di materassino ad alta densità con altezza non inferiore a 8 cm
- Letto dotato di poggiamambe tipo Gopel completi di doppio snodo per la regolazione del gambale e della base di appoggio con doppia maniglia. Struttura in acciaio inox. In caso di non utilizzo i poggiamambe devono rimanere agganciati al letto in posizione tale da non intralciare le operazioni
- Letto dotato di sponde laterali rimovibili completamente in acciaio verniciato poste a lato della sezione schienale
- Letto dotato di maniglie di spinta poste a lato della sezione bacino posizionabili a diverse distanze con imbottitura rimovibili in caso di non utilizzo
- Letto dotato di supporto per asta portaflebo

Ulteriori accessori del letto parto richiesti

- Poggiapiedi di spinta da inserirsi nel lato frontale della sezione bacino regolabili. Struttura in acciaio inox e imbottitura per piedi con supporto antiscivolo
- Vaschetta raccogli liquidi in acciaio inox rimovibile
- Barra travaglio in acciaio verniciato completa di due morsetti in acciaio inox e guide di supporto. Rimovibile ed inclinabile