



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0118922
DATA: 02/10/2018
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave (baclofene) per via intratecale/spinale (Ns. fascicolo Babel n. 1578/2018)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0118922_2018_Lettera_firmata.pdf	Petrucci Di Vacone Pandolfo	87FBDD4AAC5973E4D487CB8B228E9E13 8BC6A15EBCBC77EE475EDFF5F33725F8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave (baclofene) per via intratecale/spinale (Ns. fascicolo Babel n. 1578/2018)

Dovendo procedere ad una indagine di mercato relativa a:

POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave (baclofene), per via intratecale / spinale, comprensiva dei relativi cateteri per somministrazione nello spazio intratecale / epidurale.

Pompa in titanio alimentata a batteria. Programmabile dall'esterno tramite unità di controllo per via telemetrica, con alimentazione preferibilmente a batteria.

Dotata di sistema di controllo del flusso infuso, flusso minimo programmabile: circa 0,1 ml/die .

Compatibilità con RMN fino a 3 Tesla. Latex-free.

Serbatoio con capacità 20 ml circa e 40 ml circa, per utilizzo nel paziente pediatrico e nel paziente adulto.

si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza tali dispositivi medici.


Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica all'indirizzo di posta elettronica alice.lenzi@ausl.bologna.it, **entro e non oltre le ore 12 del giorno 18.10.2018.**

Distinti saluti.

Per IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO

Firmato digitalmente da:



Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa

Alice Lenzi
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079733-49733
alice.lenzi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202