



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 08/01/2020

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI3581 80-20	<p>1) lotto 48/49 considerate le quantità triennali riportate nei rispettivi lotti, nello specifico per il lotto 49 misura 15 cm, a nostro avviso indicate una quantità elevata di pezzi se paragonata alla quantità del lotto 48 misura più utilizzata da 30 cm, per questo vi chiediamo una verifica e conferma delle quantità triennali indicate e soprattutto una verifica del prezzo a base d'asta che non ci risulta allineato alla media di mercato attuale ma di un 20% inferiore.</p> <p>2) lotto 50 vi chiediamo se è possibile offrire un prodotto costituito da poliuretano, o ritenete vincolante il cloruro di polivinile?</p> <p>3) lotto 51: viste le descrizioni tecniche riportate nel capitolato di gara si comunica che il nostro device "valvulotomo" oggi ha caratteristiche migliorative e superiori, rispetto a quelle indicate, tali da portare l'utilizzo del device su vasi di calibro inferiore (da 1,5mm). Gli investimenti necessari per questa evoluzione tecnologica supportata da studi clinici oggi hanno portato il prezzo medio di mercato del valvulotomo praticato nelle recenti gare a 1300 euro, si chiede per tanto un adeguamento della base d'asta. si vedano i seguenti provvedimenti: Del. n° 212_2020 AO S.Camillo</p>	Capitolato tecnico – lotti 1,3,4,5,6,39, 44, 48,49,50, 51, 52	<p>In relazione ai quesiti posto si evidenzia quanto segue:</p> <p>1) <b>Lotti 48 e 49:</b> si evidenzia che per mero errore materiale sono state invertite le lunghezze dei dispositivi descritti nei due lotti, pertanto si allega capitolato e scheda economica con indicazione corretta delle lunghezze (lotto 48 lunghezza 15 cm; lotto 49 lunghezza 30 cm), si è inoltre provveduto ad aggiornare il fabbisogno presunto ed il prezzo unitario, si evidenzia che rimangono inalterati i valori complessivi posti a base d'asta. Si pubblica nuovo Allegato 1 capitolato tecnico e nuovo Allegato 9 schema di offerta aggiornati con le indicazioni in argomento. Al più presto verrà aggiornato anche la piattaforma telematica Sater;</p> <p>2) <b>Lotto 50:</b> al fine di garantire la massima partecipazione si accetta anche un prodotto costituito da poliuretano;</p> <p>3) <b>Lotto 51:</b> considerata la tecnica migliorativa utilizzata anche dalla Stazione appaltante e al fine di garantire la massima partecipazione viene aggiornato il prezzo unitario e di conseguenza il fabbisogno presunto, si evidenzia che rimane inalterato il valore complessivo posto a base d'asta. Si pubblica nuovo Allegato 1 capitolato tecnico e nuovo Allegato 9 schema di offerta aggiornati con le indicazioni in argomento. Al più presto verrà aggiornato anche la piattaforma telematica Sater;</p> <p>4) <b>Lotto 52:</b> analogamente al lotto 52 al fine di garantire la massima partecipazione viene aggiornato il prezzo unitario e di conseguenza il fabbisogno presunto, si evidenzia che rimane inalterato il valore complessivo posto a base d'asta. Si pubblica nuovo Allegato 1 capitolato tecnico e nuovo Allegato 9</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>Forlanini – Det. n° 975_2020 Fond IRCCS Ca' Granda - Osped Maggiore Policlinico – Det. n°1211_20 E.O. Galliera – Det. n° 1308_20 ASL 2 Savonese</p> <p>4) lotto 52. Vi comunichiamo che il prezzo indicato per il device descritto nel lotto non è allineato ai prezzi attuali di mercato ma si riferisce a prezzi applicati in gare non recenti. Si chiede cortesemente una revisione della base d'asta in considerazione che il prodotto descritto nel lotto 52 oggi ha un prezzo medio di mercato doppio di quello indicato a base d'asta.</p> <p>5) Lotto 39 si chiede cortesemente una verifica delle misure indicate, visto che la patch richiesto ha dimensioni espresse in centimetri e di conseguenza ci risulta molto grande per l'utilizzo menzionato nel capitolato. Nello specifico si chiede cortesemente una verifica in merito alla larghezza riportata di 10cm.</p> <p>6) Lotti 1,3,4,5,6,44. Si chiede cortesemente una verifica delle basi d'asta perché ci risultano non allineate ai prezzi attuali di mercato e si discostano dal prezzo medio di vendita di circa il 40%.</p>		<p>schema di offerta aggiornati con le indicazioni in argomento. Al più presto verrà aggiornato anche la piattaforma telematica Sater;</p> <p>5) <b>Lotto 39</b>: si evidenzia che per mero errore materiale la larghezza è stata espressa in cm anziché mm, pertanto la larghezza deve intendersi circa 10mm.</p> <p>6) <b>Lotti 1,3,4,5,6,44</b>: si confermano i prezzi unitari e complessivi a base d'asta.</p>
PI0026 27-21	In riferimento ai lotti 30-31-32 si chiede conferma che la dicitura 'eparinato con legame co-valente' si tratta di un refuso in quanto non siamo a conoscenza che sul mercato esistano protesi vascolari con le caratteristiche riportate da questi lotti con eparina.		In relazione al quesito posto per i lotti 30, 31, 32 si conferma che la dicitura 'eparinato con legame co-valente' si tratta di un refuso pertanto tale dicitura viene espunta dalla descrizione. Si pubblica nuovo Allegato 1 capitolato tecnico e nuovo Allegato 9 schema di offerta aggiornati con le indicazioni in argomento.
PI0041 65-21	Siamo a chiedere se per il lotto n. 56 (che si compone di voce A e voce B) sia possibile presentare un unico campione, visto che si tratta	Capitolato tecnico lotto 56	In relazione al quesito posto si conferma che è possibile presentare un solo campione specificando la misura presentata.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	del medesimo prodotto soltanto di 2 lunghezze diverse.		
PI0062 65-21	Facciamo seguito alla vs. Risposta PI350728-20 per chiedervi se, in caso di assenza di Listino, vada comunque compilata la voce "% Sconto" presente sulla "Scheda offerta economica" - All.9 riferita, in tal caso, al solo prodotto offerto.	Disciplinare di gara offerta economica	In caso di assenza di Listino nella voce "% Sconto" dell'allegato 9 "Scheda offerta economica" lasciare il campo vuoto ovvero indicare "non applicabile".
PI0066 67-21	In riferimento alla procedura di gara in oggetto chiediamo quanto segue: - in merito alla presentazione della campionatura dove è indicato 1 nella colonna "Campionatura SI/NO", si intende un pezzo per ogni singolo prodotto offerto ?	Disciplinare di gara – campionatura	In relazione al quesito posto si conferma che è possibile e sufficiente presentare un solo campione anche laddove sono richieste misure diverse, specificando la misura presentata.
PI0081 53-21	Lotto 57: il valore unitario indicato a base d'asta è da intendersi riferito al pezzo singolo oppure alla coppia (dato che per la destinazione d'uso il prodotto è venduto generalmente in busta da n. 2 guaine)? Grazie in anticipo	Capitolato tecnico lotto 57	In relazione al quesito posto e specificando quanto riportato al quesito reg. PI356591-20 si precisa che l'unità di misura indicata nella colonna "u.m." dell'allegato 1 Capitolato speciale e nell'allegato 9 Schema offerta economica il pezzo è da intendersi come coppia (anche in funzione della destinazione d'uso), pertanto in totale sono richieste 6.000 pezzi (coppie) aventi un prezzo unitario a base d'asta del pezzo(coppia) di euro 2,50 ed un prezzo complessivo a base d'asta di euro 15.000.