

5° VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRESIDI SOTTOVUOTO PER IL PRELIEVO DI SANGUE VENOSO E PER LA RACCOLTA DI URINE QUARTA EDIZIONE

Il giorno 19 maggio 2023 alle ore 9:30, in modalità videoconferenza, da canale room con link riservato che garantisce l'inviolabilità a terzi estranei, si riunisce la Commissione giudicatrice, si riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER Dott. Adriano Leli, Prot. 21.03.2023.0015535.U, per l'esame delle offerte tecniche collocate sulla piattaforma SATER dell'Agenzia Intercent-ER relative alla "Procedura aperta per la fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue venoso e per la raccolta di urine quarta edizione", indetta con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 738 del 22/12/2022 per un valore complessivo dell'appalto di € 22.244.315,12 (IVA esclusa), suddivisa in 3 lotti.

Sono collegati tutti i membri della Commissione:

- Dott. Rocco Pio D'Andrea - Capo Tecnico Laboratorio Analisi - AUSL Reggio Emilia
- Dott.ssa Maria Stella Bianchi – Dirigente Farmacista – AUSL Modena
- Dott.ssa Alessia Antolini - Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico - Laboratorio Unico Metropolitano di Bologna, AUSL Bologna
- Dott.ssa Jennifer Guerrini - Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico - UO Direzione Infermieristica e Tecnica ambito Cesena
- Dott.ssa Barbara Cevenini – Responsabile dell'Area Approvvigionamenti Specialistici dell'Agenzia Intercent-ER (con funzioni di Presidente)

La Commissione riprende i lavori e inizia a valutare la risposta al chiarimento richiesto per il **LOTTO 3 "PRESIDI SOTTOVUOTO PER LA RACCOLTA DEL SANGUE – CARATTERISTICHE SPECIALI"** alla Ditta GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L. agli atti con prot. PG.2023.27738 del 08/05/2023 in cui la Ditta dichiara il prodotto offerto con codice 456001 è attualmente in uso presso il Laboratorio Unico di Pievesestina e da loro correttamente validato per l'analisi dei metalli in tracce.

La scheda tecnica allegata in gara riporta correttamente (alleghiamo la medesima con evidenza del paragrafo) che le provette senza additivo, tra cui è compresa quella con codice 456001, sono utilizzabili per la ricerca degli elementi in tracce.

Anche da mappatura Greiner che associa provetta/analiti - allegato 2 - è chiaramente riportato l'utilizzo di provetta con tappo bianco per la ricerca dei metalli in tracce.

La descrizione riportata nella colonna S all'interno del file .xls "Articoli" è stata purtroppo oggetto di un refuso, dovuto all'associazione di un campo sbagliato nel nostro database."

Alla luce del chiarimento ricevuto la Commissione ritiene che tutti i prodotti offerti dalla Ditta GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L. risultino rispondenti ai requisiti minimi richiesti in Capitolato tecnico.

Ultimata la valutazione della rispondenza ai requisiti minimi previsti in Capitolato Tecnico la Commissione procede con l'organizzazione della prova in uso, propedeutica alla valutazione dei criteri ad essa collegati.

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cevenini Barbara

Rocco Pio D'Andrea

Maria Stella Bianchi

Alessia Antolini

Jennifer Guerrini

