

3° VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA' PER LA VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE PRIME CLASSIFICATE IN CIASCUN LOTTO, RELATIVE ALL'APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 7 - TAMPONI, GARZE, OVATTA E BENDE.

Il giorno 9 novembre 2023, alle ore 9,00, in una sala dell'Agenzia Intercent-ER in Viale Aldo Moro 38, a Bologna si riunisce in terza seduta la Commissione idoneità, nominata con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER, dott. Adriano Leli, prot.0051482.U del 25/09/2023 per l'esame della idoneità delle offerte tecniche collocate sulla piattaforma SATER dell'Agenzia Intercent-ER, relative all'Appalto specifico per l'affidamento della fornitura di Materiale da medicazione classica 7 - tamponi, garze, ovatta e bende, indetta con Determinazione n. 401 del 11/06/2023, per un valore complessivo in euro € 8.583.000,00 IVA esclusa, suddiviso in 24 lotti.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

Sono presenti tutti i membri della Commissione:

- Sig. **Nadia Comastri** - E.Q. beni – soggetto aggregatore - Intercent-ER (con funzioni di Presidente);
- Dr.ssa **Francesca Carini** - Farmacista - Referente DM presso l'Azienda USL di Piacenza;
- Dr. **Giampiero Galvani** - Direzione Medica P.O. Rimini, Coordinatore Centrale di Sterilizzazione presso l'Azienda USL della Romagna;
- Dr. **Pietro Abruzzese** - Infermiere UA Chirurgia - Ospedale Maggiore presso l'Azienda USL di Bologna;
- Dr.ssa **Antonella Nicoletta Lozito** - Infermiera medicina interna ospedaliera 1 Case Manager presso l'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

La Commissione riprende i lavori prendendo in esame la risposta ai chiarimenti richiesti nelle precedenti sedute.

Chiarimento pervenuto alla ditta **PIKDARE S.p.A** (PG.2023.57344 del 02/11/2023), per il lotto 10 **“BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE”** dal quale risulta quanto segue:

I prodotti offerti:

Presentano le seguenti caratteristiche:

	BENDA AURICOLARE	BENDA DI GARZA
TITOLO TESSUTO	(Ordito: 105±10; Trama: 62±3) /10cm ²	(Ordito: 96±3; Trama: 77±3) /10cm ²
	(Ordito: 10,5±1; Trama: 6,2±0,3) /cm ²	(Ordito: 9,6±0,3; Trama: 7,7±0,3) /cm ²
TITOLO FILATO	32/40	32/40
PESO	≥ 27 g/m ²	≥ 27g/m ²

Pertanto, i prodotti offerti dalla ditta **PIKDARE s.p.a** per il lotto 10 risultano **NON conformi** alle caratteristiche minime richieste previste nella documentazione di gara, in quanto il titolo del tessuto

non è 12/8 come richiesto nella documentazione di gara.

La Commissione procede quindi con la valutazione dell'offerta seconda in graduatoria: Ditta **SA.VE.PA. S.R.L.**

La Ditta ha presentato la scheda tecnica di ciascuno dei prodotti, così come richiesto dal bando di gara, con l'indicazione del codice dello stesso.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica e la campionatura al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti previsti nella documentazione di gara e rileva quanto segue:

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOLI O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
10	1	BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, cm 10 x 5 mt	PEZZO	BGO4	Bende di garza orlata	cm.10 x5m.	5/10	148112	I prodotti offerti risultano conformi alle caratteristiche minime richieste. La Commissione ritiene i prodotti offerti dalla ditta SA.VE.PA. idonei
10	2	BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, cm 15 x 5 mt	PEZZO	BGO5	Bende di garza orlata	cm.15 x5m.	5/10	148112	
10	3	BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, cm 2 x 5 mt	PEZZO	BGO1	Bende di garza orlata	cm.2x 5m.	5/10	148112	
10	4	BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, cm 5 x 5 mt	PEZZO	BGO2	Bende di garza orlata	cm.5x 5m.	5/10	148112	
10	5	BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE, cm 7 x 5 mt	PEZZO	BGO3	Bende di garza orlata	cm.7x 5m.	5/10	148112	

Si procede quindi con il chiarimento pervenuto alla ditta **MABE s.r.l.** (PG.2023.58107 del 07/11/2023), per il **lotto 18 "TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE CON/SENZA INDICATORE RADIOPACO"** dal quale risulta quanto segue:

"per i dispositivi offerti per il lotto 18 voce 1 e voce 2 (Codici prodotto MABE 1-36 e MABE 1-37), i dati corretti, coerenti anche con la campionatura prodotta, sono i seguenti:

- *Peso: 40 g/m2;*
- *Confezione primaria: 5 pezzi/doppia busta.*

In allegato alla presente si producono le schede tecniche e la dichiarazione di conformità del produttore Henan Zhende Medical Products Co., Ltd. riportanti i dati corretti."

Pertanto, i prodotti offerti dalla ditta **MABE s.r.l.**, per il **lotto 18**, risultano conformi alle caratteristiche minime richieste previste nella documentazione di gara. La Commissione ritiene i prodotti offerti dalla ditta **MABE s.r.l. idonei**.

Chiarimento pervenuto alla ditta **MABE s.r.l.** (PG.2023.58257 del 08/11/2023), per il **lotto 19 "COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI"** dal quale risulta quanto segue:

"l'esatta descrizione dei dispositivi offerti per il lotto 19 voce 1 e voce 2 è la seguente, come da estratto della Scheda Tecnica corretta (in allegato):

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Medicazione in TNT pesante (40g/m²), non sterile, ripiegata su sé stessa, con bordi rivolti all'interno.
- Latex free
- Esenti da difetti di taglio e tessitura regolare, uniforme, non obliqua, senza nodi e false pieghe.
- Compresse prodotte con fibre non tessute e senza l'utilizzo di leganti chimici;
- Sono morbidi e garantiscono l'anti-staticità.
- Ciascun prodotto è anallergico, non tossico, inodore ed inoltre non contiene fibre di vetro, resine, collanti e lattice e non disperde fibre ("peluria") soprattutto durante l'utilizzo.

In merito alle ulteriori richieste tecniche si riportano le specifiche tecniche:

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE	VALORI
Composizione	Viscosa 65% e poliestere 35%
Colore	Bianco
Odore	Inodore
Fibre estranee	Assenti
Acidità – Alcalinità	Assenti
Sostanze tensioattive	Assenti
Amido – Destrine	Assenti
Coloranti	Assenti
Peso	40 g/m ²

Pertanto, i prodotti offerti dalla ditta **MABE srl**, per il **lotto 19**, risultano conformi alle caratteristiche minime richieste previste nella documentazione di gara. La Commissione ritiene i prodotti offerti dalla ditta **MABE srl** idonei.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nadia Comastri

Francesca Carini

Giampiero Galvani

Pietro Abruzzese

Antonella Nicoletta Lozito