

2° VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI IDONEITA' PER LA VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE PRIME CLASSIFICATE IN CIASCUN LOTTO, RELATIVE ALL'APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 7 - TAMPONI, GARZE, OVATTA E BENDE.

Il giorno 31 ottobre 2023, alle ore 9,00, in una sala dell'Agenzia Intercent-ER in Viale Aldo Moro 38, a Bologna si riunisce in seconda seduta la Commissione idoneità, nominata con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER, dott. Adriano Leli, prot.0051482.U del 25/09/2023 per l'esame della idoneità delle offerte tecniche collocate sulla piattaforma SATER dell'Agenzia Intercent-ER, relative all'Appalto specifico per l'affidamento della fornitura di Materiale da medicazione classica 7 - tamponi, garze, ovatta e bende, indetta con Determinazione n. 401 del 11/06/2023, per un valore complessivo in euro € 8.583.000,00 IVA esclusa, suddiviso in 24 lotti.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

Sono presenti tutti i membri della Commissione:

- Sig. **Nadia Comastri** - E.Q. beni – soggetto aggregatore - Intercent-ER (con funzioni di Presidente);
- Dr.ssa **Francesca Carini** - Farmacista - Referente DM presso l'Azienda USL di Piacenza;
- Dr. **Giampiero Galvani** - Direzione Medica P.O. Rimini, Coordinatore Centrale di Sterilizzazione presso l'Azienda USL della Romagna;
- Dr. **Pietro Abruzzese** - Infermiere UA Chirurgia - Ospedale Maggiore presso l'Azienda USL di Bologna;
- Dr.ssa **Antonella Nicoletta Lozito** - Infermiera medicina interna ospedaliera 1 Case Manager presso l'Azienda Ospedaliera di Ferrara.

La Commissione inizia i lavori prendendo in esame, per la valutazione, la documentazione e la campionatura dei prodotti offerti per il **Lotto 17 - TAMPONE ROTONDO IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO**, prendendo in esame l'offerta del primo concorrente in graduatoria: Ditta **MABE S.R.L.**

La Ditta ha presentato la scheda tecnica di ciascuno dei prodotti, così come richiesto dal bando di gara, con l'indicazione del codice dello stesso.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica e la campionatura al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti previsti nella documentazione di gara e rileva quanto segue:

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOLI O.O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
17	1	TAMPONE ROTONDO IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO, Ø 30 mm	PEZZO	MABE 1- 35	TAMPONE ROTONDO IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO	Ø mm 30	100 pezzi	24524 71	I prodotti offerti risultano conformi alle caratteristiche minime richieste. La Commissione ritiene i prodotti offerti dalla ditta MABE idonei

La Commissione procede con la valutazione dei prodotti del **Lotto 18 - TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE CON/SENZA INDICATORE RADIOPACO** prendendo in esame l'offerta del primo concorrente in graduatoria: Ditta **MABE S.R.L.**

La Ditta ha presentato la scheda tecnica di ciascuno dei prodotti, così come richiesto dal bando di gara, con l'indicazione del codice dello stesso.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica e la campionatura al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti previsti nella documentazione di gara e rileva quanto segue:

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOLI O.O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
18	1	TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE CON INDICATORE RADIOPACO, Ø 50 mm	PEZZO	MABE1-36	TAMPONE ROTONDO IN TNT STERILE CON INDICATORE RADIOPACO	Ø 50 mm	10 pezzi	2452477	<p>La Commissione rileva che: *</p> <ul style="list-style-type: none"> nella scheda tecnica di entrambi i prodotti offerti, sono indicati i seguenti dati: Peso: 40 g/m²; Confezione primaria: 10 pezzi/doppia busta nella dichiarazione di conformità del produttore: Henan Zhende Medical Products Co., Ltd. sono indicati i seguenti dati: cod. MABE1-36 Ø5cm e codice cod. MABE1-37 Ø3cm: Peso: 30g/m² e Confezione primaria: 5pcs/double paper+plastic blister with double label, 20blisters/printing box, 12printing boxes/carton. <p>vista l'incongruenza dei dati, si ritiene pertanto di procedere con la richiesta di un chiarimento in merito, ovvero di indicare quale dei documenti riporta i dati corretti e quindi di ricevere la documentazione corretta</p> <p>In attesa di risposta, la valutazione dei prodotti offerti da MABE viene sospesa.</p>

La Commissione procede con la valutazione dei prodotti del **Lotto 19 - COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI** prendendo in esame l'offerta del primo concorrente in graduatoria: Ditta **MABE S.R.L.**

La Ditta ha presentato la scheda tecnica di ciascuno dei prodotti, così come richiesto dal bando di gara, con l'indicazione del codice dello stesso.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica e la campionatura al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti previsti nella documentazione di gara e rileva quanto segue:

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOLI O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
19	1	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA, 4 STRATI, cm 25 x 25 cm	PEZZO	1089	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI	cm 25 x 25 cm	100 pezzi	24524 92	La Commissione rileva che nella documentazione tecnica presentata, per entrambi i prodotti offerti, è indicato nella descrizione del prodotto: <i>"Medicazione in TNT pesante, sterile, ripiegata su sé stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico (latex free)" ...</i> I tamponi sono prodotti con fibre non tessute e senza l'utilizzo di leganti chimici, sono morbidi e garantiscono l'anti-staticità", caratteristiche dei tamponi e non delle compresse. Vista l'incongruenza dei dati, di ricevere la documentazione corretta, con l'indicazione del peso e della composizione della medicazione. In attesa di risposta, la valutazione dei prodotti offerti da MABE viene sospesa.
19	2	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA, 4 STRATI, cm 40 x 40 cm	PEZZO	1090	COMPRESSA IN TNT NON STERILE SENZA INDICATORE RADIOPACO PIEGATA - 4 STRATI	cm 40 x 40 cm	100 pezzi	24524 92	

La Commissione procede con la valutazione dei prodotti del **Lotto 20 - COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y - 4/6 STRATI** prendendo in esame l'offerta del primo concorrente in graduatoria: Ditta **F.A.S.E. S.R.L.**

La Ditta ha presentato la scheda tecnica di ciascuno dei prodotti, così come richiesto dal bando di gara, con l'indicazione del codice dello stesso.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica e la campionatura al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti previsti nella documentazione di gara e rileva quanto segue:

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOLI O.O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
20	1	COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y, 4 STRATI, cm 10 x 10 cm	PEZZO	482-229	COMPRESSA STERILE IN TNT TAGLIO AD Y	cm.10 x10	CONF.STERILE DA 5 PZ. IN DOPPIA BUSTA	136270	I prodotti offerti risultano conformi alle caratteristiche minime richieste. La Commissione ritiene i prodotti offerti dalla ditta F.A.S.E. idonei
20	2	COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y 4 STRATI, cm 5 x 5 cm	PEZZO	482-226	COMPRESSA STERILE IN TNT TAGLIO AD Y	cm.5x5	CONF.STERILE DA 5 PZ. IN DOPPIA BUSTA	136270	
20	3	COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y, 4 STRATI, cm 7,5 x 7,5 cm	PEZZO	TNT4S 7,5X7,5 Y-CUT	COMPRESSA STERILE IN TNT TAGLIO AD Y	cm.7,5 x7,5	CONF.STERILE DA 5 PZ. IN DOPPIA BUSTA	1146461	
20	4	COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y, 6 STRATI, cm 5 x 5 cm	PEZZO	TNT6S 5X5 Y-CUT	COMPRESSA STERILE IN TNT TAGLIO AD Y	cm.5x5	CONF.STERILE DA 5 PZ. IN DOPPIA BUSTA	1146461	
20	5	COMPRESSA IN TNT STERILE FESSURATA TAGLIO Y, 6 STRATI, cm 7,5 x 7,5 cm	PEZZO	TNT6S 7,5X7,5 Y-CUT	COMPRESSA STERILE IN TNT TAGLIO AD Y	cm.7,5 x7,5	CONF.STERILE DA 5 PZ. IN DOPPIA BUSTA	1146461	

La Commissione procede con la valutazione dei prodotti del **Lotto 23 - GARZE IN COTONE STERILI SENZA FETTUCCE - 4 STRATI CUCITE (GRUPPO A)** prendendo in esame l'offerta del primo concorrente in graduatoria: Ditta **FARMAC - ZABBAN S.P.A.**

La Ditta ha presentato la scheda tecnica di ciascuno dei prodotti, così come richiesto dal bando di gara, con l'indicazione del codice dello stesso.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica e la campionatura al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti previsti nella documentazione di gara e rileva quanto segue:

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOLI O.O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
23	1	GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 1,5 x 40 cm	PEZZO	153735 1541C	Laparatomiche di garza sterili, con indicatore radiopaco, a 4 strati	cm 1,5x40 cm	doppio blister da 10 pz.	40309	I prodotti offerti risultano conformi alle caratteristiche minime richieste. La Commissione ritiene i prodotti offerti dalla ditta FARMAC - ZABBAN idonei
23	2	GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 2 x 95 cm	PEZZO	153338 0297AC	Laparatomiche di garza sterili, con indicatore radiopaco, a 4 strati	cm 2x95 cm	doppio blister da 10 pz.	40309	
23	3	GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 5 x 20 cm	PEZZO	153371 0522AC	Laparatomiche di garza sterili, con indicatore radiopaco, a 4 strati	cm 5x20 cm	doppio blister da 10 pz.	40309	

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOL O O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
23	4	GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 5 x 95 cm	PEZZO	153123 0596AC	Laparatomiche di garza sterili, con indicatore radiopaco, a 4 strati	cm 5x95 cm	doppio blister da 10 pz.	40309	
23	5	GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 9 x 95 cm	PEZZO	153347 0996AC	Laparatomiche di garza sterili, con indicatore radiopaco, a 4 strati	cm 9x95 cm	doppio blister da 10 pz.	40309	

La Commissione procede con la valutazione dei prodotti del **Lotto 24 - GARZE IN COTONE STERILI SENZA FETTUCCE - 4 STRATI CUCITE (GRUPPO B)** prendendo in esame l'offerta del primo concorrente in graduatoria: Ditta **FARMAC - ZABBAN S.P.A.**

La Ditta ha presentato la scheda tecnica di ciascuno dei prodotti, così come richiesto dal bando di gara, con l'indicazione del codice dello stesso.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica e la campionatura al fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti previsti nella documentazione di gara e rileva quanto segue:

Lotto	Voce	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM	COD. ARTICOL O O.E.	DENOMINAZIONE ARTICOLO O.E.	Misure offerte	Conf. primario offerto	Codice REP	valutazione
24	1	GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 50 x 55 cm	PEZZO	153339 5055AC	Laparatomiche di garza sterili, con indicatore radiopaco, a 4 strati	cm 50x55 cm	doppio blister da 5 pz.	40309	I prodotti offerti risultano conformi alle caratteristiche minime richieste. La Commissione ritiene i prodotti offerti dalla ditta FARMAC - ZABBAN idonei
24	2	GARZE STERILI IN COTONE CON INDICATORE RADIOPACO SENZA FETTUCCE - 4 strati CUCITE cm 20 x 80 cm	PEZZO	153736 2081AC	Laparatomiche di garza sterili, con indicatore radiopaco, a 4 strati	cm 20x80 cm	doppio blister da 10 pz.	40309	

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Nadia Comastri

Francesca Carini

Giampiero Galvani

Pietro Abruzzese

Antonella Nicoletta Lozito