

Quesito nr. PI041151-25 del 30.01.2025

DITTA C

QUESITO 1

In riferimento al documento "Allegato A" a pag. 11 viene indicato che "Tutta la dotazione dei riferimenti C, D, E ed F deve essere dotata di tutto il necessario per essere riprocessata con i sistemi di pre-lavaggio e disinfezione e stoccaggio, già in dotazione alla UO di Gastroenterologia (pompe di lavaggio, lava endoscopi e armadi ventilati)". Ai fini di formulare un'offerta congrua alle Vs. Esigenze, si chiede al Vs. Spett.le Ente di indicare marca, modello e quantitativo dei sistemi di pre-lavaggio, delle macchine lavaendoscopi, dei sistemi di stoccaggio che dovranno essere utilizzati in combinazione con gli strumenti oggetto di gara.

RISPOSTA 1

Ad oggi nella sala di reprocessing della UO di Gastroenterologia sono presenti:

- 3 apparecchiature per LAVAGGIO E DISINFEZIONE ENDOSCOPI STEELCO SPA modello EW 1 S dotate ognuna di due camere di lavaggio.
- 4 sistemi di stoccaggio METALARREDINOX SPA mod. N07AR054

Non sono al momento presenti sistemi di prelavaggio che potranno essere acquisiti successivamente.

In ogni caso la ditta aggiudicataria nel corso del contratto, nel caso di sostituzione da parte della stazione appaltante dei sistemi dei sistemi di pre-lavaggio, delle macchine lavaendoscopi, dei sistemi di stoccaggio, dovrà sempre garantire la dotazione necessaria per il loro utilizzo con le attrezzature fornite

QUESITO 2

In riferimento al documento "Disciplinare di gara" a pag. 37 al criterio b.4.1 viene indicato che sono assegnati "2 punti alla durata più lunga" del training di formazione offerto, ma nella formula riportata e nella medesima tabella il punteggio massimo assegnato è pari a 1 pt. Al fine di fare chiarezza, si chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che per tale criterio il massimo punteggio ottenibile sia pari a 1 pt e che la citazione dei 2 pt sia un refuso.

RISPOSTA 2

Si conferma che trattasi di un refuso e il valore corretto è 1 pt

QUESITO 3

In riferimento alla presente procedura, ai fini di fornire al Vs. Spett.le Ente un progetto di qualità e ad elevate performance clinico-diagnostiche, si chiede al Vs. Spett.le che sia possibile per la stessa voce (Rif) offrire modelli diversi purché siano rispettate le caratteristiche tecniche di minima riportate in Allegato A ed i quantitativi complessivi da Voi richiesti.

RISPOSTA 3

Possono essere offerti modelli diversi con il solo vincolo che nella scheda offerta venga indicato un costo unico dei vari modelli offerti per stessa voce Rif.

QUESITO 4

In riferimento al documento “Disciplinare di gara” a pag. 42, al paragrafo “C Modalità di prova pratica” viene indicato che “Le apparecchiature dovranno essere interfacciate con il sistema di integrazione audio video ... (VideomedTruelink 1) e dovranno essere configurate per inviare immagini al PACS aziendale (Philips Vue PACS)...”. Ai fini di effettuare un corretto espletamento della prova pratica, si chiede al Vs. Spett.le Ente di confermare che la modalità di interfacciamento sia al sistema di integrazione audio e video, sia al PACS aziendale avvenga tramite DVI.

RISPOSTA 4

Si conferma che l'interfacciamento al sistema di integrazione audio e video avviene tramite collegamento DVI. E' il sistema di integrazione video che poi invia le immagini al PACS una volta acquisite dalla modalità

QUESITO 5

In riferimento al metodo di attribuzione dell'offerta economica (“Disciplinare di gara” pag. 39) e alle risposte ai chiarimenti pervenute in data 14/01/2025, si chiede al Vs. Spett.le Ente di esplicitare quale sia la formula corretta di attribuzione del punteggio economico con evidenza dell'esponente allo 0,6, considerato che, come già fatto notare, la radice quadrata ha un esponente pari a 0,5.

RISPOSTA 5

All'Operatore Economico che avrà offerto il Prezzo dei sistemi pari all'importo a base d'asta sarà assegnato il punteggio di 0,00. Per le altre offerte verrà utilizzata la seguente formula:

$PEs(i)$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il prezzo dei sistemi

PEs_max = punteggio massimo attribuibile al prezzo dei sistemi pari a 25

$Ps(i)$ = valore dell'offerta economica (prezzo) dei sistemi del concorrente i-esimo

BA = prezzo a base d'asta (valore soglia)

Ps_min = valore dell'offerta economica (prezzo) dei sistemi più conveniente;

$\alpha = 0,60$

QUESITO 6

In riferimento al documento “Disciplinare di gara” a pag. 31, viene indicato al punto B di inserire in offerta tecnica il modulo Allegato F e il “modulo (Allegato G “Modulo BD_RDM”) da compilare obbligatoriamente”. Si chiede conferma al Vs. Spett.le Ente che nel caso in cui sia esaustiva la compilazione dell'allegato F e che non sia necessaria la compilazione dell'Allegato G, quest'ultimo possa non essere compilato.

RISPOSTA 6

Si conferma

QUESITO 7

A seguito di sopralluogo effettuato, poiché si è notato che i ripiani dei pensili supportano pesi differenti (i.e. 20 Kg, 50 Kg, ...), ai fini di formulare un'offerta che rispetti le Vs. esigenze strutturali/dimensionali, per ciascuna sala endoscopica, si chiede al Vs. Spett.le Ente di indicare il peso massimo supportato dai diversi ripiani.

RISPOSTA 7

La portata massima di ogni ripiano dei pensili è 50 kg. Le due barre laterali di ogni ripiano possono supportare un peso massimo di 20kg che sono inclusi nella portata dei ripiani di 50kg (ad. Esempio se su una barra laterale aggancio un peso di 10kg, sul ripiano potrò andare a mettere un peso di massimo 40kg)