

## ***CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO A***

**PROCEDURA COMPETITIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI LABORATORI ESTERNI PER LA ANALISI E LA CONSEGUENTE REFERTAZIONE DI TAMPONI, CHE DOVRANNO RISULTARE AUTORIZZATI ALL'ESECUZIONE DI TEST MOLECOLARI DALLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED INSERITI QUALI LABORATORI AGGIUNTIVI NELLA RETE DEI LABORATORI IDENTIFICATI DALLA REGIONE STESSA PER EFFETTUARE LA DIAGNOSI DI SARS COV-2, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DGR 19468 DEL 5/11/2020.**

Il presente capitolato d'oneri disciplina l'erogazione del servizio di analisi e refertazione di tamponi per diagnosi Sars Cov-2 a laboratori esterni che dovranno essere autorizzati all'esecuzione di test molecolari e inseriti nella rete dei laboratori identificati dalla Regione Emilia Romagna, al momento della presentazione dell'offerta, in osservanza a quanto previsto dalla DGR 19468 del 5/11/2020 (che ha formalizzato la proposta DGR 19740 del 3/11/2020).

L'appalto è costituito da un lotto unico e indivisibile e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Di seguito sono indicati i requisiti indispensabili richiesti e i punteggi attribuiti a ciascun criterio di valutazione delle caratteristiche tecniche per il servizio oggetto di gara.

Non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che non raggiungeranno il punteggio minimo complessivo di 36 punti qualità.

La valutazione delle offerte presentate è dettagliata all'articolo 9 dell'avviso di procedura semplificata.

**CARATTERISTICHE INDISPENSABILI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**  
**OGGETTO DI GARA:**

num	Caratteristiche indispensabili all'erogazione del servizio
1	I laboratori partecipanti dovranno garantire la piena adesione a quanto indicato nella DGR 19468 del 5/11/2020. Dovranno inoltre possedere i necessari requisiti ed essere di conseguenza inseriti nella lista dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute al momento della presentazione dell'offerta alla presente procedura competitiva.
2	Oltre alla connessione col sistema regionale (indicato in DGR 19468) i laboratori dovranno assicurare e garantire l'interfacciamento bidirezionale (invio programmazione e ricezione risultati) con il software DNLAB o con il middleware di settore COPERNICO.
3	I test per la individuazione dello RNA virale di SARS CoV-2 potranno essere basati su tecnologia real time RT PCR o su tecniche di amplificazione isoterma (TMA e LAMP).
4	I laboratori partecipanti dovranno garantire, in modo autonomo e a spese loro, il prelievo dei materiali biologici da analizzare presso la propria sede analitica almeno una volta al giorno nel periodo di tempo fra le 10.00 e le 20.00 (inclusi i giorni prefestivi. Nei Festivi il prelievo sarà concordato in base ad accordi di volta in volta attuati almeno 5 giorni prima del giorno festivo stesso).
5	I laboratori partecipanti dovranno fornire, a loro carico e secondo le norme vigenti in materia di trasporto di materiale biologico, contenitori primari idonei opzionali (asta + tubo) e necessariamente contenitori secondari e terziari idonei.
6	Il numero massimo giornaliero di test che saranno esternalizzati è di 2500: tale numero sarà comunque modulato preventivamente su base settimanale in base alle specifiche esigenze diagnostiche derivanti dall'andamento epidemico. Ci si riserva la possibilità di NON esternalizzare alcun test in caso di andamento epidemico ridotto.
7	I tempi di refertazione dovranno essere non superiori alle 72 ore dalla raccolta del materiale biologico.

**REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

RIF.	PUNT. MAX	DESCRIZIONE CRITERIO QUALITATIVO	MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1.1	30	Riduzione del tempo di refertazione a meno di 72 ore dalla raccolta del materiale biologico.	Verranno attribuiti 15 punti per ogni 24 ore di riduzione TAT.
1.2	15	Fornitura diretta dei sistemi di prelievo: asta naso o orofaringea e contenitore primario (tubo con adeguato terreno di trasporto) - secondo DGR 19468.	Attribuzione massima di 15 punti.
1.3	10	Sistema di prelievo NON inattivante la vitalità virale.	Attribuzione massima di 10 punti.
1.4	15	Ampia gamma di sistemi di prelievo accettabili e processabili anche simultaneamente nello stesso invio.	Un solo sistema 5 punti; 2 sistemi: 10 punti; 3 sistemi o >3 sistemi: 15 punti.