MARIASTELLA B
2024.02.16 10:44:56
CN=MARIASTELLA BIANC
C=IT
2.5.4.4=BIANCHI
2.5.4.42=MARIASTELLA
RSA/2048 bits

CAPITOLATO TECNICO
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2^ TRANCHE
CATETERISMO VENOSO AVANZATO E POMPE ELASTOMERICHE

Totale fornitura QUADRIENNALE (iva escl.)
€ 21.428.798,82

I REQUISITI DI MINIMA, descritti nel presente capitolato, non sono “mere indicazioni” ma rappresentano elementi fondamentali ai fini della partecipazione, la cui mancanza, pertanto, potrà comportare l’esclusione dalla prosecuzione della procedura di gara.
Altre opzioni migliorative, ivi descritte, vanno intese come **OPZIONI NON VINCOLANTI** ma preferibili per l’utilizzo del device alle quali sarà attribuito un maggior punteggio.
Tutti i prodotti devono avere la certificazione latex free e ftalati free.
Tutti i dispositivi impiantabili devono riportare etichette staccabili per consentire la tracciabilità.
I prodotti sterili devono sempre riportare la data di scadenza.
Le confezioni singole, monouso, sterili, devono consentire che il materiale non aderisca internamente alla confezione, facilitando il prelievo senza inquinamento.
Il prodotto richiesto deve essere contenuto in una confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto, la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento.
Qualora siano necessarie condizioni particolari per la conservazione, queste devono essere indicate esplicitamente nell’offerta tecnica.
I prodotti offerti pungenti/taglienti dovranno preferibilmente essere dotati di meccanismi di protezione (NPDs) e di smaltimento rapido**,** come previsto dalle Linee di indirizzo e criteri d’uso dei dispositivi medici con meccanismo di sicurezza per la prevenzione di ferite da taglio o da punta, stabiliti dalla Commissione Regionale Dispositivi Medici, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Febbraio 2015.
Nei lotti in cui sono previsti DM ad alta pressione, gli Operatori Economici devono presentare opportuna DICHIARAZIONE E/O CERTIFICAZIONE ALTA PRESSIONE.
Le misure indicate nei lotti in gara sono da intendersi indicative con un range di tolleranza sulla misura indicata.
Per quanto invece attiene ai lotti con il TIP NAVIGATION si rimanda a quanto contenuto nell'allegato "capitolato speciale manutenzione".

LOTTO N 1
SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE MONOLUME A PUNTA APERTA (ad inserzione periferica) Misura 3F

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (circa 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misure 3F, singolo lume
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile
- Latex free
- Ftalati free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 3 Fr

CND prevalente: C010102
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 7.200 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 84,168
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 609.009,60

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 2
SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE MONOLUME A PUNTA APERTA ad inserzione periferica Misura 4F

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (circa 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misure 4F singolo lume
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile
- Latex free
- Ftalati free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 4 FR

CND prevalente: C010102
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 8.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 58,32
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 466.560,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 3
SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE MONOLUME A PUNTA APERTA (ad inserzione periferica) Misura 5F

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (circa 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misure 5F, singolo lume
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile
- Latex free
- Ftalati free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 5 FR

CND prevalente: C010102
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 8.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 75,60
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 604.800,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 4
SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE BILUME A PUNTA APERTA (ad inserzione periferica)

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (maggiore o uguale 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misure da 4F a 5F doppio lume
- Latex free
- Ftalati free
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz. misura 4 Fr (da visionare)
n. 2 pz misura 4 Fr (per prova su paziente)

CND prevalente: **C010102**
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 6.400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 91,08
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 582.912,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO Misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 5
SET MICROINTRODUTTORE DI TIPO PEEL AWAY

Descrizione del lotto:

- SET di introduzione per tecnica Seldinger modificata per posizionamento cateteri da 3 a 6,5 F circa
- Ago con punta ecogenica, 21G da 4 a 7cm circa
- guida in nitinol a punta retta
- Introduttore a guaina apribile
- siringa da 10 ml
- bisturi con meccanismo di sicurezza
- Latex free
- Ftalati free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: **C0503**
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 14.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 54,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 756.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE anti inginocchiamento, senza effetto memoria, tenuta senza sfrangiamento della punta	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di introduzione del dilatatore	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 6

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) Singolo lume Misura 3F

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 3 F
- Singolo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato
- Latex free e Ftalati Free

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz.

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 800 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 105,60
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 84.480,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10

ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 7
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) Singolo lume 4F

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 4 FR
- Singolo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥300 PSI)
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz.

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.600 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 312.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10

ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 8

SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) Singolo e doppio lume

Descrizione del Lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 40-60 cm circa
- Misure 5-6 FR circa
- Singolo lume, doppio lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥300 PSI)
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato
- Latex free e Ftalati free

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz.

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 48.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicita	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento	10

dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 9
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) TRIPLO LUME

Descrizione del Lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 5 FR
- Triplo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥300 PSI)
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Idoneo dispositivo di fissaggio e di medicazione
- metro centimetrato
- Latex free e Ftalati free

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz.

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 4.200 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 504.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile (coprisonda adattabile a tutte le sonde wireless) • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento	10

dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 10
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) TRIPLO LUME

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 6 FR
- TRIPLO LUME
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥300 PSI)
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Idoneo dispositivo di fissaggio e di medicazione
- metro centimetrato

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz.

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 48.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali	10

Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 11
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) Singolo e doppio lume CON TRACKING MAGNETICO

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 4-5 FR circa
- Singolo lume, doppio lume
- Sistema di Navigazione del catetere a mezzo di idoneo dispositivo magnetico
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥300 PSI)
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Coprisonda ecografica con gel sterile
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile
- metro centimetrato

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di navigazione magnetica attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz. misura 5 FR

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 172,80
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 69.120,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei	10

materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 12
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) TRIPLO LUME CON TRACKING MAGNETICO

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 5-6 FR
- TRIPLO LUME
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Sistema di Navigazione del catetere a mezzo idoneo dispositivo magnetico
- Resistenza ad alte pressioni (≥300 PSI)
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Coprisonda ecografica con gel sterile
- Idoneo dispositivo di fissaggio e di medicazione
- 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile
- metro centimetrato

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di navigazione magnetica attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz. misura 5 Fr

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 180,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 72.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento	10

dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 13
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC A PUNTA CHIUSA/VALVOLA ANTIREFLUSSO TIPO GROSHONG - (TERAPIE EV > 30GG)

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 4-5 FR
- Singolo e doppio lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex free e Ftalati free
- Idoneo dispositivo di fissaggio
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Idonea medicazione trasparente semipermeabile

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz. misura 4 Fr

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 200 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 334,812
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 66.962,40

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10

ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 14
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC PORT - POWER INJECTABLE (TERAPIE EV > 30GG)

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 55cm circa
- Camera impiantabile tipo port brachiale:
- da circa 20 mm di diametro a 30 mm con altezza da 8 a 12 cm.
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (maggiore o uguale 300 psi)
- Misure da 4 a 6 FR circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, preferibilmente Power Injectable
- Ago ipodermico
- Possibilità di tip confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzionne catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 4 Fr

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 5.200 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 624.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni, ergonomicità del device al fine del comfort del paziente	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO Flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai set che dispongono di un maggior range di misure	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento ecoguidato; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA	5

Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 15
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE TIPO PORT - POWER INJECTABLE (TERAPIE EV > 30GG) – SISTEMA IMPIANTABILE PER INFUSIONE VENOSA STANDARD

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 50 cm circa
- Camera impiantabile tipo port STANDARD
- da circa 20 mm di diametro a 32 mm con altezza da 8 a 14 mm.
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (maggiore o uguale 300 psi)
- Misure da 6 a 8 FR circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, preferibilmente Power Injectable
- ago ipodermico
- Possibilità di tip confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzionne catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 6 Fr

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 240.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO Flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai set che dispongono di un maggior range di misure	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento ecoguidato; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA	5

Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 16
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE TIPO PORT - POWER INJECTABLE (TERAPIE EV > 30GG) -SISTEMA IMPIANTABILE PER INFUSIONE VENOSA STANDARD A BASSO PROFILO

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 55cm circa
- Camera impiantabile tipo port a BASSO PROFILO: da circa 20 mm di diametro a circa 32 mm con altezza da 8 a 14 mm circa
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (>300 psi)
- Misure da 6 a 8 FR circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, preferibilmente Power Injectable
- ago ipodermico
- Possibilità di TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzione catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 6 Fr

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 6.800 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 816.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO Misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento ecoguidato; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura	5

Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 17
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE TIPO PORT - POWER INJECTABLE PEDIATRICO

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 55cm circa
- Camera impiantabile tipo port a BASSO PROFILO:
- da circa 20 mm di diametro a 32 mm circa con altezza da 8 a 10 mm circa
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (>300 psi)
- Misure da 4,5 a 6,5 Fr circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, ad alta pressione
- Ago ipodermico
- Possibilità di tip confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzione catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Si richiede alle Ditte offerenti di fornire, secondo necessità a richiesta delle aziende, in comodato d'uso gratuito il sistema completo di tip navigation attraverso ECG intracavitario, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX free ai sensi dell'art.1803c.c. e s.m.i. La Ditta dovrà impegnarsi a mantenere in perfetto funzionamento le apparecchiature fornite in comodato d'uso e a sostituirle in caso di guasto.

Campionatura obbligatoria: n. 2 pz. misura 4 Fr

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 600 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 72.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO Flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai set che dispongono di un maggior range di misure	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento ecoguidato; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore)	5

all’avvio della fornitura Disponibilità all’affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall’Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 18
SET PER CATETERISMO VENOSO PERIFERICO TIPO AGO CANNULE LUNGHE POWER INJECTABLE (TERAPIE EV < 29 gg)

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Lunghezza da 4 a 15 cm circa
- Power Injectable (con ≥ 300 PSI)
- Dimensioni almeno da 2 FR e 3 FR
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set venopuntura con ago ecogenico
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente

Campionatura obbligatoria: n. 2 pz misura 2 Fr
n. 2 pz misura 3 Fr

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 5.720 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 58,32
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 333.590,40

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: ● Coprisonda ecografica con gel sterile (coprisonda adattabile a tutte le sonde wireless con gel sterile) ● 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 19
SET PER CATETERISMO VENOSO PERIFERICO TIPO AGO CANNULE LUNGHE POWER INJECTABLE (TERAPIE EV < 29 gg)

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Lunghezza da 15 a 25 cm circa
- Power Injectable (con ≥ 300 PSI)
- Dimensioni almeno da 4 a 5 Fr
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set venopuntura con ago ecogenico
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Coprisonda ecografica con gel sterile, adattabile alle sonde wireless
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio

Campionatura obbligatoria: n. 2 pz misura 4 Fr (non sterile)
n. 1 pz misura 4 Fr (sterile per prova su paziente)
n. 1 pz misura 5 Fr (sterile per prova su paziente)

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 22.920 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 96,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 2.200.320,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 20
SET PER CATETERISMO VENOSO PERIFERICO TIPO AGO CANNULE LUNGHE POWER INJECTABLE E SISTEMA ALL-IN-ONE CON FILO GUIDA INTERGRATO (TERAPIE EV < 29 gg)

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Lunghezza da 8 a 10 cm circa
- Power Injectable (con ≥ 300 PSI)
- Dimensioni da 18 a 22 G
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente integrato al sistema di venipuntura
- Garze sterili e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 18G

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 800 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 48,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 38.400,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 21

SET PER CATETERISMO VENOSO PERIFERICO TIPO AGO CANNULE LUNGHE PER TERAPIE INFUSIVE VELOCI IN EMERGENZA URGENZA IN GIUGULARE INTERNA O VENA PERIFERICA (TERAPIE EV < 29gg)

Descrizione del lotto:

- Ago-Catetere acciaio-poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Tecnica inserimento over the needle per rapida esecuzione
- Lunghezze varie 6-8 cm circa
- Vari calibri da 14G a 18G
- Latex free
- Ftalati free
- Idonea medicazione e fissaggio sutureless
- coprisonda ecografica sterlie
- telo sterile con foro

Sarebbe preferibile il device con meccanismo di sicurezza integrato

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 14G
n. 3 pz misura 18G

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 14,40
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 34.560,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità Verrà assegnato il punteggio massimo previsto dal criterio nel caso il dispositivo sia fornito d'idoneo sistema di sicurezza e di smaltimento rapido (NPDs)	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 22
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA AD ATTIVITA' ANTIMICROBICA (TERAPIE EV > 30GG) Singolo, doppio e triplo lume

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica impregnato di materiale ad attività antimicrobica
- Lunghezza di 40-60 cm circa
- Misure da 4 a 6 FR
- Singolo lume, doppio lume, triplo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥300 PSI)
- Latex free e Ftalati free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misure 14G e 18G

CND prevalente: C01020101
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.200 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 210,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 252.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni, presenza nel catetere di sostanze ad attività antitrombotica Verrà assegnato il punteggio massimo previsto ai kit che prevedono: • Coprisonda ecografica con gel sterile (coprisonda adattabile a tutte le sonde wireless) • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needless)	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti)	5

Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 23
AGO CANNULA A DUE VIE CON PROLUNGA E RACCORDO A Y A CIRCUITO CHIUSO CON MECCANISMO DI SICUREZZA

Descrizione del lotto:

- ago cannula a due vie
- compatibilità all'infusione di tutti i farmaci, liquidi e sostanze idonee ad essere infuse sia per via endovenosa che sottocutanea
- idoneo meccanismo di sicurezza
- ago cannula in poliuretano
- radiopacità
- punta del catetere atraumatica
- assenza di memoria- effetto anti kinking
- pareti lubrificate e sottili in modo da massimizzare la portata
- la connessione della cannula al cono deve essere resistente alla trazione
- tappo luer con filtro idrofobico sulla seconda via
- Le alette di fissaggio devono essere in materiale plastico di uso medicale, atossiche, morbide e a seconda della misura contraddistinte da codice colore secondo gli standard convenzionali e internazionali
- IL tubo di estensione deve essere parte integrante del dispositivo
- L'ago cannula deve possedere una 2° via di accesso supplementare (raccordo ad "Y")
- Il tubo di estensione deve essere dotato di dispositivo tale da garantire una perfetta tenuta e la conseguente realizzazione di un "sistema chiuso" tale da consentire l'infusione di farmaci
- Il tubo di estensione deve essere compatibile con raccordo luer-lock
- L'ago guida deve essere in acciaio inossidabile, lubrificato sia internamente che esternamente, da sfilare dopo l'introduzione della cannula
- L'ago guida deve avere una punta a triplice affilatura per favorire una introduzione atraumatica.
- L'ago deve essere sufficientemente robusto da non spezzarsi se piegato ad angolo retto
- L'ago deve essere compatibile con risonanza magnetica nucleare.
- Cono di connessione in entrambe le vie di tipo luer lock
- Misure da G22 da 19 a 20 mm
- Misure da G24 da 19 mm
- latex free e ftalati free

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz di tutte le misure

CND prevalente: C010103
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 260.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,70
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 1.482.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Flessibilità del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilita di scorrimento ago, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA	5

Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 24
SIRINGA A PERDITA DI RESISTENZA CON ATTACCO NRFIT LUER LOCK

Descrizione del lotto:

- Siringa sterile, monouso a tre pezzi (cilindro, pistone, gommino con anello), apirogena, atossica munita di raccordo **luer lock NRFit** conforme alla ISO 80369-6
- Latex free, Ftalati free
- Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale
- Corpo cilindrico trasparente, chimicamente stabile, tale da non avere residui, non cedere sostanze, né determinare reazioni chimiche con i prodotti in essa contenuti nel breve periodo in cui è utilizzata. Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d'aria o da altri difetti che possano comprometterne la tenuta, provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone
- La siringa deve essere provvista di alette per impugnatura ergonomica
- Lo stantuffo/pistone deve essere di colore giallo dotato di una capsula di gomma tale da garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta, conformata con la parte terminale del cilindro
- È ammesso l'impiego di lubrificanti in qualità e quantità previste dalle normative comunitarie, come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana non deve essere superiore a 0,25 mg/cm² e conforme alle norme UNI EN ISO di riferimento
- Deve riportare una scala graduata, ben visibile, nitida e leggibile, anche in presenza del contenuto, in millilitri, incisa o stampata con inchiostro indelebile

Campionatura obbligatoria: n. 2 pezzi

CND prevalente: A02010701
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 10.500 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 6,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 63.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Efficacia tenuta della perdita della resistenza, scorrevolezza dello stantuffo	20
PRATICITA' D'USO Presenza codice colore giallo	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 25
SIRINGA A PERDITA DI RESISTENZA CON ATTACCO NRFIT LUER SLIP

Descrizione del lotto:

- Siringa sterile, monouso a tre pezzi (cilindro, pistone, gommino con anello), apirogena, atossica munita di raccordo **luer slip NRFit** conforme alla ISO 80369-6.
- compressione coassiale interna al cilindro
- pressione interna al cilindro 20KPa costante
- spirale a compressione coassiale in acciaio inox
- Latex free, Ftalati free
- Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale
- Corpo cilindrico trasparente, chimicamente stabile, tale da non avere residui, non cedere sostanze, né determinare reazioni chimiche con i prodotti in essa contenuti nel breve periodo in cui è utilizzata. Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d'aria o da altri difetti che possano comprometterne la tenuta, provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone
- La siringa deve essere provvista di alette per impugnatura ergonomica
- Lo stantuffo/pistone deve essere di colore giallo dotato di una capsula di gomma tale da garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta, conformata con la parte terminale del cilindro
- È ammesso l'impiego di lubrificanti in qualità e quantità previste dalle normative comunitarie, come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana non deve essere superiore a 0,25 mg/cm² e conforme alle norme UNI EN ISO di riferimento
- Deve riportare una scala graduata o parabolica ben visibile, nitida e leggibile, anche in presenza del contenuto, in millilitri, incisa o stampata con inchiostro indelebile

Campionatura obbligatoria: n. 2 pezzi

CND prevalente: A02010701
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.300 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 6,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 13.800,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Efficacia tenuta della perdita della resistenza, scorrevolezza dello stantuffo	20
PRATICITA' D'USO Presenza codice colore giallo	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte) Indicare la possibilità di accreditamento ECM	5
TOTALE PUNTI	**70**

ACCESSORI PER CATETERISMO VENOSO
PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO N 26 ACCORDO QUADRO
SISTEMI ADESIVI DI FISSAGGIO DI CATETERI VASCOLARI ADULTO E PEDIATRICO

Descrizione del lotto:

- Sistema di fissaggio catetere suturless, a due alette, antidecubito universale, in tessuto o altro materiale biocompatibile, a lunga permanenza, a basso profilo
- Sistema di fissaggio ESD (Engineered Stabilization Device) adesivo
- Confezione sterile per i cateteri venosi centrali o periferici
- Sutureless
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: **n. 3 pz Adulto e n. 3 pz pediatrico**

CND prevalente: M04010299
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 262.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 8,28
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 2.169.360,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ancoraggio del catetere solido e resistente a trazioni, adesività alla cute tenace nel tempo	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di rimozione delle coperture delle parti adesive	20
PRATICITA' D'USO Flessibilità/rigidità	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi e di preparazione della cute	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 27
SISTEMI DI FISSAGGIO DI CATETERI VASCOLARI CON ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO

Descrizione del lotto:

- Sistema di fissaggio ESD (Engineered Stabilization Device) sottocutaneo
- Varie misure per cateteri di calibro diverso almeno da 3-12 Fr
- Confezione sterile per i cateteri venosi centrali o periferici
- Sutureless
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz per ogni misura

CND prevalente: M04010299
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 9.240 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 36,00
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 332.640,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ancoraggio del catetere solido e resistente a trazioni, ancoraggio alla cute tenace nel tempo	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di impianto e di rimozione	20
PRATICITA' D'USO Flessibilità/rigidità	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta-	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 28
SOLUZIONE LOCK ANTIMICROBICA E ANTITROMBOTICA PER SALVATAGGIO CATETERI
Ciclo-Taurolidina, Citrato al 4% e Eparina (HEP 500 UI/ml)

Descrizione de lotto:

- Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari
- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: C010280
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 6.160 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,40
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 33.264,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimcrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 29
SOLUZIONE LOCK ANTIMICROBICA E ANTITROMBOTICA PER SALVATAGGIO CATETERI
Ciclo-Taurolidina, Citrato al 4% e Urochinasi (25.000 UI)

Descrizione del lotto:

- Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari
- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: C010280
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 33.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 27,60
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 910.800,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimcrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 30
SOLUZIONE LOCK ANTIMICROBICA E ANTITROMBOTICA PER SALVATAGGIO CATETERI a sola base di Ciclo Taurolidina, senza Eparina e/o Urochinasi.

Descrizione del lotto:

- Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari
- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: C010280
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 10.120 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,40
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 54.648,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimcrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 31
SOLUZIONE lock antimicrobica e antitrombotica con taurolidina al 2% - Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari

Descrizione del lotto:

- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: C010280
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.560 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 6,84
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 10.670,40

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimcrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 32
COLLA DERMICA PER FISSAGGIO CATETERI VASCOLARI

Descrizione del lotto:

- Colla in N-butil cianoacrilato
- Efficacia nella riduzione del sanguinamento e delle infezioni
- Potenziamento del fissaggio del device
- Specifica progettazione per gli accessi vascolari
- impermeabile
- Confezione sterile
- Soluzione sterile
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: M04010299
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 45.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 8,82
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 396.900,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facilita di somministrazione, soluzione sterile	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e comoda stesura della colla	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso del device in confezioni monouso	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 33
SISTEMA COMPOSTO DI MEDICAZIONE CON ATTIVITA' ANTIMICROBICA PER ACCESSI VENOSI

Descrizione del lotto:

- medicazione antimicrobica assorbente in schiuma di poliuretano a lento rilascio di Clorexidina
- capacita di ridurre il rischio di contaminazione sulla superficie della cute e CRBSI
- sistemi con varie misure per device vascolari di calibri diversi
- Medicazione composta da pellicola in poliuretano di misure varie
- Medicazione semipermeabile e trasparente ad alta traspirazione
- Collante di medicazione ipoallergenico
- Confezione sterile
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. per misura

CND prevalente: M04040602
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 120 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 9,60
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 1.152,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Tenace adesività e traspirazione, resistenza ai solleciti e alle trazioni, adesività mantenuta nel tempo	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di posizionamento e di rimozione del device	20
PRATICITA' D'USO Facilità di applicazione	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi e di preparazione della cute	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 34
TUNNELLIZZATORE

Descrizione del lotto:

- lunghezza 26 cm circa per cateteri di Ø interno da 0.5 a 1.2 mm circa
- lunghezza 26 cm circa per cateteri di Ø interno da 1.3 a 2.0 mm circa
- Confezione sterile
- Soluzione sterile
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie misure/calibro

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. per misura

CND prevalente: C010280
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.360 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 19,224
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 45.368,64

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile utilizzo per materiale metallico resistente alle sollecitazioni	20
MANEGGEVOLEZZA Permette di cambiare direzioni con basso rischio di lesioni per l'operatore	20
PRATICITA' D'USO Non tagliente	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto e delle misure del prodotto. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 35
TAPPI DISINFETTANTI PER CONNETTORI LUER MASCHIO

Descrizione del lotto:

- dispositivo monouso per la disinfezione e la protezione dei connettori luer maschio
- tappo in idoneo materiale biomedicale contenente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%
- Connessione luer-lock per needle-free connector
- Capacità di rapida disinfezione e protezione fino a 7gg
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di stoccaggio

Campionatura obbligatoria: n.10

CND prevalente: A0706
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 48.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 0,30
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 14.400,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile rimozione copertura e facile innesto, materiale resistente e antiscivolo	20
MANEGGEVOLEZZA Agevole avvitamento del tappo per diversi tipi di needle-free connector	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso dei tappi, facile identificazione visiva	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del tipo di prodotto. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 36
TAPPI DISINFETTANTI PER CONNETTORI LUER FEMMINA

Descrizione del lotto:

- dispositivo monouso per la disinfezione ela protezione dei connettori femmina aperti
- tappo in idoneo materiale biomedicale contenente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%
- Connessione luer-lock per needle-free connector
- Capacità di rapida disinfezione e protezione fino a 7gg
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di stoccaggio

Campionatura obbligatoria: n.10 pz.

CND prevalente: A0706
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 36.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 0,2856
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 10.281,60

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile rimozione copertura e facile innesto, materiale resistente e antiscivolo	20
MANEGGEVOLEZZA Agevole avvitamento del tappo per diversi tipi di needle-free connector	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso dei tappi, facile identificazione visiva	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del tipo di prodotto. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 37
TAPPI DISINFETTANTI PER CONNETTORI NEEDLE FREE DA DIALISI

Descrizione del lotto:

- tappo in idoneo materiale biomedicale contenente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%
- compatibile con il connettore needle-free da dialisi Tego
- Connessione luer-lock per needle-free connector
- Capacità di rapida disinfezione e protezione fino a 7gg
- Latex free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di stoccaggio

Campionatura obbligatoria: n.10 pz.

CND prevalente: A07050202
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 8.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 1,74
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 13.920,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile rimozione copertura e facile innesto, materiale resistente e antiscivolo	20
MANEGGEVOLEZZA Agevole avvitamento del tappo per diversi tipi di needle-free connector	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso dei tappi, facile identificazione visiva	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del tipo di prodotto. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 38
DISPOSITIVO ANTIDECUBITO PER CATETERI VASCOLARI

Descrizione del lotto:

- Dispositivo in schiuma poliuretanica
- Compatibilità con dispositivi di fissaggio dei cateteri vascolari avanzati
- Disponibilità di varie misure e forme adatte ai diversi device adulti e pediatrici
- Basso profilo
- Collante ipoallergenico
- Confezione sterile
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: C010199
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 3,84
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 9.216,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Tenace adesività e morbido facilmente conformabile	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di posizionamento e di rimozione	20
PRATICITA' D'USO Facilità di applicazione	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi e di preparazione della cute.	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 39 ACCORDO QUADRO
COPRISONDA ECOGRAFICA

Descrizione del lotto:

- KIT coprisonda lineare con gel ecogenico sterile e idonei sistemi di fissaggio
- Misura 14x122 cm circa
- Confezione sterile
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T030102
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 86.400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 4,80
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 414.720,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Gel e copertura resistenti ed ecocompatibili	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Facilita di applicazione	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento.	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 40
COPRISONDA ECOGRAFICA PER SONDA WIRELESS

Descrizione del lotto:

- KIT coprisonda lineare con gel ecogenico sterile e idonei sistemi di fissaggio
- misura min 10x40 cm circa
- Confezione sterile
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T030102
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 20.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 9,60
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 192.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Gel e copertura resistenti ed ecocompatibili	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Facilita di applicazione	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento.	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 41
KIT POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI

Descrizione del lotto:

- Telo copri servitore/di avvolgimento 120x120 cm circa
- Camice sterile misura L da Sala Operatoria
- Salviette asciugamani x 2
- Pinza per disinfettare
- Medicazione con sistema di fissaggio
- Tappo disinfettante needle free
- Connettore antireflusso
- ciotola porta clorexidina/fisiologica
- Garze sterili 10x10 multistrato 10pz
- Coprisonda ecografica sterile minimo 14x120 cm, sistema di fissaggio e gel sterile
- Telo misure minime 75 x 100 cm circa e fenestratura adesiva minima 15x15 cm circa
- sistema o contenitore per smaltimento taglienti
- Confezione sterile
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T0202
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 12.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 20,40
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 244.800,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 42
KIT MEDICAZIONE CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI AVANZATI

- Telo chirurgico 40x60 cm circa con tolleranza del 30% sulle dimensioni
- Garze sterili 10x10 multistrato 5pz circa
- Sistema fissaggio catetere sutureless
- Medicazione semipermeabile trasparente 10 x 12 cm circa
- 2 siringhe pre-riempite luerlock fisiologica 0,9% per flush
- Connettore needless
- Tappo disinfettante
- Confezione sterile
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T0202
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.400 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 50,40
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 120.960,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 43
KIT procedurale per impianto PORT, PICC PORT, PICC e MIDLINE

Descrizione del lotto:
Kit sterile, monouso, con la seguente composizione minima:

- Camice chirurgico misura XL
- 2 panni di carta assorbente
- Telo copripaziente 150 X 180 cm circa
- Telo assorbente 100 x 120 cm circa, con foro centrale ovale adesivo 9 x 6 cm circa
- Siringa 2 ml Luer-slip
- Siringa 10 ml luer-lock
- Siringa 5 ml Luer-slip
- Ago 25G x 16 mm
- Bustina di gel sterile
- Coprisonda 15 x 120 cm circa con elastici
- Vassoio, preferibilmente con 3 scomparti
- Ciotola 150 ml circa
- Telo per tavolino servitore in materiale impermeabile 100 x 150 cm circa
- Garze 7,5 x 7,5 cm circa pezzi 10

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T0202
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 49.200 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 22,356
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 1.099.915,20

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Qualità TNT, dei DM richiesti e dei singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 44
Kit procedurale per impianto Minimidline

Descrizione del lotto:
Kit sterile, monouso, con la seguente composizione minima:

- Telo assorbente 100 x 120 cm circa, con foro centrale ovale adesivo 9 x 6 cm circa
- Coprisonda 15 x 60 cm circa con elastici
- Prolunga 10 cm con attacchi luer lock
- Connettore a pressione neutra (NFC), non saldato alla prolunga
- Dispositivo di fissaggio ad adesività cutanea con alloggio per le alette
- Bustina di gel sterile

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T0202
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 18.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 11,988
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 215.784,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Qualità TNT, dei DM richiesti e dei singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 45
SET STERILE MONOUSO PER ANESTESIA LOCOREGIONALE

Il set deve essere così composto:

- 1 telo 90x90 cm o 90x85 cm senza adesivo
- 1 telo 75x100 circa con foro da circa 10-20 cm x 10 cm
- 2 salviette assorbenti 40x40 cm circa
- 10 garze TNT 10x10 cm circa 4 strati
- 1 siringa 10 ml luer slip
- 1 Ago ipodermico 21 G circa
- 1 ciotola graduata da 250 ml
- 1 pinza kelly

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T0202
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 13.600 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 4,164
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 56.630,40

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile, maneggevolezza e facilità di utilizzo	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 46
SET STERILE MONOUSO PER ANESTESIA PERIFERICA

Il set deve essere così composto:

- n. 2 teli assorbenti/salviette cm. 35X35 circa
- n. 1 telo carrello cm 60x80 circa
- n. 1 telo fenestrato cm 70x100 circa con foro adesivo
- n. 10 compresse TNT cm 10x10 circa piegate 4 strati
- n. 1 siringa 2,5 ml c/ago 22g
- n. 1 siringa 5 ml c/ago 21 g
- n. 1 ciotola da 200 ml circa
- n. 1 pinza emostatica/kelly monouso
- n. 1 ago 18G 1 ½ per prelievo da flacone con filtro da 5 micron
- confezione singola sterile 13a, etichetta 13b
- Campionatura obbligatoria:
- n. 2 set

Campionatura obbligatoria: n. 3 set

CND prevalente: T0202
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 5.200 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 3,792
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 19.718,40

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile, maneggevolezza e facilità di utilizzo	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 47
SISTEMA PER LA VERIFICA DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI BASATO SUL METODO DELL'ECG INTRACAVITARIO

Descrizione del lotto:

- Sistema di trasmissione del segnale a mezzo soluzione salina
- Sistema che consenta il monitoraggio continuo del segnale ECG per la verifica in tempo reale della posizione della punta del catetere venoso centrale
- Confezione sterile
- Latex free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: C0180
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 24.000 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 21,12
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 506.880,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità, raccordo siringa luer lock e stabile aggancio con connettore ecg	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 48
SISTEMA IMPIANTABILE PER INFUSIONE INTRASPINALE (PERIDURALE E SUBARACNOIDEA)

Descrizione del lotto:

- camera in titanio o polisulfone amagnetica di dimensioni circa mm 27x19x11 con capacità ml 0,5
- catetere in poliuretano radiopaco o altro idoneo materiale, dotato di fori laterali ed estremità chiusa
- filtro per peridurale da 50 micron
- connettore
- 1 ago punta tronca
- 1 ago non carotante di tipo Huber da 22Gx25,4 mm circa
- 1 ago di Tuohy 17Gx90mm circa
- 1 tunnellizzatore
- confezione singola sterile

Campionatura obbligatoria: n.1 pz.

CND prevalente: N020201
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 100 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): € 127,20
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 12.720,00WS

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Atraumaticità del sistema di introduzione, qualità del raccordo, sistema anti-kinking, singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile, peso ed ingombro della camera, compliance tempo di permanenza	20
PRATICITA' D'USO Facilita di inserimento, apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	**70**

POMPE ELASTOMERICHE

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto riportato nelle singole descrizioni contenute nell'allegato B "Elenco Prodotti" e a quanto di seguito descritto.
Caratteristiche generali: sistema chiuso, sterile, monouso in confezione singola, apirogeno, idoneo all'infusione continua di farmaci in terapia analgesica post-operatoria, antalgica sul paziente cronico, e chemioterapica antiblastica, per tutte le vie di somministrazione: venosa, arteriosa, sottocutanea ed epidurale.

Il sistema può essere a flusso predeterminato o a flusso variabile e deve essere costituito dai seguenti **componenti:**

- un serbatoio (reservoir) a palloncino in materiale elastomerico di uso medicale, trasparente, robusto ed estremamente estensibile, che deve essere chimicamente inerte e garantire la compatibilità/stabilità dei farmaci destinati alla somministrazione;
- un contenitore esterno di protezione antischiacciamento in materiale plastico rigido e trasparente, che deve consentire un'agevole ispezione visiva del contenuto e un costante controllo del comportamento della soluzione all'interno del reservoir (variazioni cromatiche, formazioni di microaggregati e/o di depositi);
- via di riempimento ad attacco L/L, unidirezionale ed anti-recupero che deve consentire il caricamento in modo rapido e sicuro con tutte le siringhe a cono L/L; la via di riempimento diversa dalla via di somministrazione;
- via di somministrazione con linea di infusione anti-inginocchiamento ed antiocclusione, di lunghezza non inferiore a cm 90, trasparente, provvista di terminale ad attacco L/L munito di tappo di chiusura;
- per i lotti 1 e 2:
  - il dispositivo deve essere dotato di un filtro antimicrobico 0.2µm con idonea superficie filtrante, preferibilmente in linea oppure fornito a parte. In quest'ultimo caso il dispositivo dovrà essere dotato di filtro antiparticellare già integrato;
- per i **lotti 3 e 4**:
  - il dispositivo deve essere dotato di un filtro antiparticellare integrato;
  - il contenitore esterno deve avere una schermatura UV.
- per il **lotto 2** a flusso variabile il dispositivo deve essere provvisto di selettore o regolatore di flusso da impostare a valori predefiniti dotato di sistema di sicurezza.

Il sistema a flusso predeterminato e a flusso variabile deve avere le seguenti **caratteristiche:**

- precisione dell'infusione nel tempo e per piccoli volumi residui di farmaci;
- volume residuo trascurabile, indicato in scheda tecnica e/o sull'IFU;
- tutte le parti del dispositivo che andranno a contatto con il farmaco dovranno essere di materiale plastico medicale chimicamente inerte, che garantisca la compatibilità/stabilità dei farmaci destinati alla somministrazione. Il materiale deve essere latex free e dehp free;
- deve essere presente una scala graduata che consenta la lettura della quantità infusa di farmaco. La scala di lettura deve essere precisa e le indicazioni apposte devono essere riportate in modo leggibile e indelebile;
- indicazione della velocità flusso ml/h ben visibile, sul dispositivo stesso e sul confezionamento primario;
- accuratezza del flusso ≤ +/- 10%;
- possibilità di posizionare l'etichetta paziente direttamente sull'elastomero;
- compatibilità e stabilità con i principali farmaci ed eventuali miscele maggiormente utilizzate in oncologia, analgesia e medicina generale;
- per il **lotto 3** i dispositivi devono essere compatibili almeno con i seguenti farmaci:
  - fluorouracile e miscela ifosfamide/mesna fino a 7 giorni a temperatura ambiente · per il lotto 4 i dispositivi devono essere compatibili con il farmaco trabectedina fino a 30 ore a temperatura ambiente;
  - possibilità di riconoscimento delle varie tipologie, preferibilmente tramite codice colore;
  - numero lotto indicato anche sul prodotto;
  - istruzioni per l'uso allegate ad ogni confezione, preferibilmente nella confezione primaria;
  - la ditta deve fornire indicazione circa la tolleranza sul riempimento, ossia il volume massimo e minimo con cui il reservoir può essere caricato.

LOTTO N 49
SISTEMI ELASTOMERICI A FLUSSO PREDETERMINATO

Descrizione del lotto:

A) Volume nominale tra ml 48-60; flusso 0,5 ml/ora; Tempo di infusione 4-5 gg
B) Volume nominale tra ml 48-60; flusso 0,5 ml/ora; Tempo di infusione 4-5 gg con busta di protezione
C) Volume nominale tra ml 48-60; flusso 0,5 ml/ora+boli; Tempo di infusione 4-5 gg
D) Volume nominale tra ml 80-100; flusso 0,5 ml/ora; Tempo di infusione 7-8 gg
E) Volume nominale tra ml 48-60; flusso 1 ml /ora; Tempo di infusione 48 ore
F) Volume nominale tra ml 95-100; flusso 1 ml /ora; Tempo di infusione 4 gg
G) Volume nominale tra ml 250-300; flusso 1,5 ml ora; Tempo di infusione 7-8 gg
H) Volume nominale tra ml 48-60; flusso 2 ml/ora; Tempo di infusione 1 giorno+6H
I) Volume nominale tra ml 48-65; flusso 2 ml/ora; Tempo di infusione 1-3 giorni
J) Volume nominale tra ml 96-100; flusso 2 ml/ora; Tempo di infusione 2gg
K) Volume nominale tra ml 96-100; flusso 2 ml/ora; Tempo di infusione 2gg
L) Volume nominale tra ml 240-300; flusso 2 ml/ora; Tempo di infusione 5-6gg
M) Volume nominale 60 ml; flusso 5ml/h; Tempo di infusione 12 h senza busta di protezione
N) Volume nominale 60 ml; flusso 5ml/h; Tempo di infusione 12 h con busta di protezione
O) Volume nominale 272-275 ml; flusso7ml/h; Tempo di infusione 39h
P) Volume nominale tra ml 240 - 300; flusso 5ml/ora; Tempo di infusione 2-2,5 giorni
Q) Volume nominale tra ml 240 - 300; flusso 10 ml/ora; Tempo di infusione 1-1,4 giorni

Campionatura obbligatoria: n.1 pz.

CND prevalente:
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 247.516 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): Specificato nell'Allegato 8a
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 2.746.554,72

Criteri di valutazione Elastomeri	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato Facilità, chiarezza e accuratezza nel quantificare visivamente il volume ancora da infondere; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Dati di stabilità con i più comuni principi attivi nel tempo: antibiotici, antalgici e loro miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riferimento. - Numero di principi attivi compatibili ed eventuali associazioni tra gli stessi, in riferimento ai dati di stabilità e compatibilità certificati	20
MANEGGEVOLEZZA Sicurezza e portabilità per il paziente e accuratezza/completezza dell'infusione; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Codice colore - Presenza del filtro uv - Filtro 0,2µm in linea	20
PRATICITA' D'USO Praticità di allestimento, facilità e sicurezza di caricamento per gli elastomeri a flusso variabile, facilità di impostazione del flusso, disponibilità di volumi di riempimento, indicazione del volume residuo in corso di infusione	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta e nello specifico: etichetta con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità infusione. etichetta con indicazione di "latex free" e "dehp free" Idoneo spazio su involucro esterno per applicazione etichette o identificazione del paziente e della terapia Foglio illustrativo riportante avvertenze ed istruzioni d'uso nel confezionamento primario	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 50
SISTEMI ELASTOMERICI A FLUSSO VARIABILE

Descrizione del lotto:

A) Volume nominale ml 96-100; flusso 1-2-3 ml/ora tempo di infusione 1-4 giorni
B) Volume nominale ml 96-100; flusso 1-2-3-4 ml/ora tempo di infusione 1-4 giorni
C) Volume nominale ml 240-300; flusso 2-3-5 ml/ora; tempo di infusione 2-6 giorni
D) Volume nominale ml 240-300; flusso 5 (oppure 6) - 7 (oppure 8) - 12 ml/ora; tempo di infusione gg.1-2
E) Volume nominale ml 240-300; flusso 5 (oppure 6) - 7 (oppure 8) - 12 ml/ora+ bolo; tempo di infusione gg.1-2

Campionatura obbligatoria: n.1 pz.

CND prevalente:
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 21.696 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): Specificato nell'Allegato 8a
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 371.959,68

Criteri di valutazione Elastomeri	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato Facilità, chiarezza e accuratezza nel quantificare visivamente il volume ancora da infondere; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Dati di stabilità con i più comuni principi attivi nel tempo: antibiotici, antalgici e loro miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riferimento. - Numero di principi attivi compatibili ed eventuali associazioni tra gli stessi, in riferimento ai dati di stabilità e compatibilità certificati	20
MANEGGEVOLEZZA Sicurezza e portabilità per il paziente e accuratezza/completezza dell'infusione; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Codice colore - Presenza del filtro uv - Filtro 0,2µm in linea	20
PRATICITA' D'USO Praticità di allestimento, facilità e sicurezza di caricamento per gli elastomeri a flusso variabile, facilità di impostazione del flusso, disponibilità di volumi di riempimento, indicazione del volume residuo in corso di infusione	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta e nello specifico: etichetta con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità infusione. etichetta con indicazione di "latex free" e "dehp free" Idoneo spazio su involucro esterno per applicazione etichette o identificazione del paziente e della terapia Foglio illustrativo riportante avvertenze ed istruzioni d'uso nel confezionamento primario	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 51
SISTEMI ELASTOMERICI A FLUSSO PREDETERMINATO PER FARMACI ONCOLOGICI

Descrizione del lotto:

A) Volume nominale ml 80-100; flusso 0,5 ml/ora; tempo infusione gg.7-8
B) Volume nominale 120 ml; flusso 2,5 ml/h; tempo di infusione 48 h
C) Volume nominale ml. 250-300; flusso 1.5 ml/ora; tempo di infusione gg. 7-8
D) Volume nominale tra ml 96-100; flusso 2 ml/ora; tempo infusione gg 2 (ore 48-50)
E) Volume nominale 240 ml; flusso 2ml/h; tempo di infusione 5 giorni
F) Volume nominale tra ml 240-300; flusso 2 ml/ora; tempo infusione gg.5-6 (ore 120-150)
G) Volume nominale ml. 100 - 120; flusso 5 ml/ora; tempo di infusione gg. 1 (ore 20-24)
H) Volume nominale tra ml 240 - 300; flusso 5ml/ora; tempo infusione gg.2-2,5 (ore 48-60)

Campionatura obbligatoria: n.1 pz.

CND prevalente:
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 28.548 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): Specificato nell'Allegato 8a
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 1.011.006,66

Criteri di valutazione Elastomeri	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato Facilità, chiarezza e accuratezza nel quantificare visivamente il volume ancora da infondere; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Dati di stabilità con i più comuni principi attivi nel tempo: antibiotici, antalgici e loro miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riferimento. - Numero di principi attivi compatibili ed eventuali associazioni tra gli stessi, in riferimento ai dati di stabilità e compatibilità certificati	20
MANEGGEVOLEZZA Sicurezza e portabilità per il paziente e accuratezza/completezza dell'infusione; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Codice colore - Presenza del filtro uv - Filtro 0,2µm in linea	20
PRATICITA' D'USO Praticità di allestimento, facilità e sicurezza di caricamento per gli elastomeri a flusso variabile, facilità di impostazione del flusso, disponibilità di volumi di riempimento, indicazione del volume residuo in corso di infusione	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta e nello specifico: etichetta con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità infusione. etichetta con indicazione di "latex free" e "dehp free" Idoneo spazio su involucro esterno per applicazione etichette o identificazione del paziente e della terapia Foglio illustrativo riportante avvertenze ed istruzioni d'uso nel confezionamento primario	10
TOTALE PUNTI	**70**

LOTTO N 52
SISTEMI ELASTOMERICI A FLUSSO PREDETERMIANTO PER FARMACI ONCOLOGICI 240 - 300 ML - 10 ML/H

Descrizione del lotto:
Volume nominale ml. 240-300; flusso 10 ml/ora; tempo di infusione gg. 1-1,4 (ore 24-30)

Campionatura obbligatoria: n.1 pz.

CND prevalente:
Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.016 pz
BASE D'ASTA (importo unitario): Specificato nell'Allegato 8a
IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 22.014,72

Criteri di valutazione Elastomeri	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato Facilità, chiarezza e accuratezza nel quantificare visivamente il volume ancora da infondere; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Dati di stabilità con i più comuni principi attivi nel tempo: antibiotici, antalgici e loro miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riferimento. - Numero di principi attivi compatibili ed eventuali associazioni tra gli stessi, in riferimento ai dati di stabilità e compatibilità certificati	20
MANEGGEVOLEZZA Sicurezza e portabilità per il paziente e accuratezza/completezza dell'infusione; Verrà assegnato il massimo punteggio del presente criterio ai dispositivi che presentano: - Codice colore - Presenza del filtro uv - Filtro 0,2µm in linea	20
PRATICITA' D'USO Praticità di allestimento, facilità e sicurezza di caricamento per gli elastomeri a flusso variabile, facilità di impostazione del flusso, disponibilità di volumi di riempimento, indicazione del volume residuo in corso di infusione	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta e nello specifico: etichetta con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità infusione. etichetta con indicazione di "latex free" e "dehp free" Idoneo spazio su involucro esterno per applicazione etichette o identificazione del paziente e della terapia Foglio illustrativo riportante avvertenze ed istruzioni d'uso nel confezionamento primario	10
TOTALE PUNTI	**70**