



Allegato A - Caratteristiche Tecniche

FIBROBRONCOSCOPIO PORTATILE

SPECIFICHE TECNICHE MINIME

Per le specifiche esigenze sono necessari broncoscopi di diametro esterno circa 5 mm, con canale operativo circa 2,5mm, con lunghezza utile di 600mm e profondità di campo compresa tra 3 e 50mm, completi di fonte luce integrata a batteria.

Di conseguenza, tra i modelli presenti nella vetrina Invitalia (FB-18V E FI-16RBS PENTAX; TM2 -BF-TE2 OLYMPUS) quelli corrispondenti alle esigenze sono il (FI-16RBS PENTAX e il TM2 OLYMPUS)

Ogni strumento dovrà essere corredato da:

- Fonte di luce "integrata" a batteria
- n.1 Set strumentale standard (es. Spazzolino per pulizia canale operativo, raccordi per collegamenti con sistemi di sterilizzazione chimica/alta disinfezione , valvole di aspirazione, pinza biottica,...) ;
- N.1 Set manutenzione standard (es. tester tenuta)

CUP E31B20000610003

Quantitativi e base d'asta

n. 7 sistemi

Importo: 9.000€ + IVA di legge cadauno, con opzione per 1 ulteriore Broncoscopio

Consegna sistemi

I sistemi dovranno essere consegnati:

- entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine informatizzato

Aggiudicazione

Al minor prezzo